

## Specificații tehnice (F4.1)



SC „DMLink” SRL c/f: 1016600004084  
 RM, or. Chișinău, str. Podul Inalt 20/1 ,ap.9,  
 IBAN MDL: MD27MO2224ASV97876117100, cod: MOBBMD22  
 Bank: BC”MOBIASBANCA - OTP GROUP” S.A, Filiala Nr.9,Chisinau  
 Cod TVA: 0405270  
 email:a.canter@dmlink.md, Tel: 076004003

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1630666210153 din 26.09.2021
Denumirea procedurii de achiziție: Articole parafarmaceutice pentru anul 2022

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
33100000-1	Pulsoximetr u portabil p/u adulti	Pulse Oximeter LK87	China	Fingertip Pulse Oximeter LK87	Determinarea saturației de oxigen (SpO2) și a ratei pulsului; Certificat de conformitate actualizat.	Proprietăți de bază: Senzor SpO2 încorporat și afișaj tactil Volum mic și ușor de transportat Funcționarea produsului este simplă, eficientă din punct de vedere energetic Funcții de meniu personalizabile Valorile SpO2 afișate	Conform SIA RSAP

						<p>Afișarea ritmului cardiac și graficul cu bare</p> <p>Reprezentarea impulsului de formă de undă</p> <p>Funcția de oprire automată în cazul în care dispozitivul nu se află în starea de măsurare, se va opri automat în 5 secunde sau dacă un deget cade din sondă în timpul măsurării.</p> <p>Specificații:</p> <p>Interval de măsurare SpO2: 0% ~ 100%, (rezoluție 1%).</p> <p>Precizie: 70% ~ 100%: ± 2%, sub 70% nedefinit.</p> <p>PR Domeniu de măsurare: 30bpm ~ 250bpm, (rezoluție 1bpm)</p> <p>Precizie: ± 2bpm sau ± 2% (alegeți mai multe)</p> <p>Consum de energie: mai mic de 25mA</p> <p>Putere: baterie litiu reîncărcabilă de 1,5V × 2</p>	
33100000-1	Termometru infrarosu non-contact	<b>HG01 V1</b>	China	Hunan Honggao Electronic Tehnology Co., Ltd.	Termometru infrarosu non-contact * Mostre - Se vor prezenta 1 buc. ambalate și etichetate	<p><b>Digital Infrared Thermometer, HG01 V1</b></p> <p>Digital, infraroșu, non-contact pentru corp și suprafețe. Diapazon de măsurare: -30°C + 50°C, alimentare baterie, precizia de măsurare &lt;0,1° C (grade Celsius), Măsurarea temperaturii de la distanța 1~10 cm.</p> <p>Marcaj CE, certificat CE.</p>	Conform SIARSAP

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Aurelia Canțer

În calitate de: Manager Vânzări

Ofertantul: Societate cu răspundere limitată „DMLink”

Adresa: mun. Chișinău, strada Columna, 153, MD-2032

Data: “ 26” septembrie 2021