

**Specificații tehnice**

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1712230427732 din 14.04.2024

Obiectul achiziției: Frigider combinat cu congelator de laborator

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Frigider combinat cu congelator de laborator	YCD-EL300	China	Meiling	Conform caietului de sarcini	<p><b>Cerințe generale:</b>                      Pe picioare / role: 4 role cu frane                      Domeniu de temperatură:                      Frigider: reglabil între +2 °C și +8 °C;                      Congelator: reglabil între -10 °C și -25 °C;                      Acuratețe: 0,1°C;                      Dimensiuni externe : (W*D*H) 700x640x1876 mm                      Capacitate:                      Frigider: 197 lit;                      Congelator: 103 lit;                      Sistem de răcire: 2 circuite separate;                      Nr. de uși: 2;                      Nr. de compartimente: 2;                      Nr. Rafturi 3 + 3;                      Alimentare / Tensiune: 220-230V;                      Controler integrat;                      Ecran digital;                      Alarmer de temperatură ridicată și joasă;                      Ceas cu alarmă la ușă;                      Închizători standard pentru uși;                      Agenți frigorifici de hidrocarburi;                      Cu garanție : 12 luni;  <b>Izolație fără HCFC și CFC</b></p>	Declaratie de conformitate

Semnat: Numele, prenumele: Ghenadie Rusu\_ În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL BIO ANALITICA Adresa: str. Podul Inalt 20/2, of.10, or. Chisinau