

# S.R.L.”AZICA-GRUP”

mun. Chişinău, str. Independenţei 10/4,ap 97 telmobil+373/69215630,email:dorinbreahna@gmail.com

n/o	SPECIFICATII TEHNICE						
	Numărul licitaţiei: LP nr. . <a href="#">ocds-b3wdp1-MD-1777354935195</a> Privind încheierea acordului-cadru - Consumabile, pentru realizarea plasmaferezei, pentru anul 2026 din 07.05.2026						
Cod CPV	Denumirea poziţiei	Modelul articolului	Ţara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificaţia tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referinţe
33100000-1	Set consumabile pentru realizarea plasmaferezei	Model seturi plasmafereză: Dispozitive Plasma Apheresis Set, Model: P-4319	China	Sichuan Nigale Biotechnology Co., LTD	Compatibil cu echipamentul DigiPla 80	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sistem de unică folosinţă. Tubulaturile de conexiune la soluţia NaCl şi soluţia anticoagulantă fiind asigurate cu clame;</li><li>• Sistemul de recoltare a probei sanguine de laborator în eprubetă vacuum, dotată cu holder şi ac tip 16 G, cu fisură laterală:<ul style="list-style-type: none"><li>*integrat în sistemul închis şi steril al tubulaturii de recoltare;</li><li>*asigurat cu clamă;</li><li>*amplasat pe tubulatura de recoltare până la ramificarea racordului Y.</li></ul></li><li>• Sistemul de captonare a acului post-donare cu utilizare ulterioară inofensivă – obligatoriu prezent.</li><li>• Bol-centrifugă pentru colectarea sângelui transparent;</li><li>• Soluţie anticoagulantă – conţinut de citrat de sodiu 4%, steril, apirogen, volum de 250 ml, în recipient de plastic, asigurat cu element ce va permite fixarea recipientului în suport.</li><li>• Container dublu ( 2 x 1000 ml) pentru colectarea plasmei în volum 2000 ml, adaptat pentru fixarea la bol şi cu ac polimer pentru conectarea la recipientul din plastic cu soluţie NaCl;</li></ul>	DOC, CE, DM000201982

					<p>Eticheta de fond și marcajul containerului pentru colectarea plasmăi – inviolabilă, rezistentă la temperatură joasă și umiditate sporită, cu inscripțiile obligatorii despre tipul, volumul containerului, lot/serie, termenii de valabilitate, producătorul și notificarea “STERIL”.</p> <p>Forma de ambalare: toate componentele setului să fie integrate într-un sistem închis, în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire, număr lot/serie, termeni de valabilitate, condiții de păstrare) și prezența notificărilor „DE UNICĂ FOLOSINȚĂ”, „STERIL”. Datele de identitate expuse pe ambalaj vor coincide în mod obligator cu cele de pe fiecare set sau componentă a acestuia.</p> <p>Oferirea gratuită de 5 seturi consumabile pentru realizarea plasmaferezei în vederea testării. set 1000 4000 1 760 000</p>	
--	--	--	--	--	---	--

Data completării 06/05/2026

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: Breahna Dorin Funcția: Director  
Denumirea operatorului economic Azica Grup SRL  
IDNO al operatorului economic 1006600028430