

IDNO: 1010600028048;
adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău
tel. +373-22-808719, fax +373-22-808519
e-mail: biosistem.mld@gmail.com

Anexa nr. 7
la Documentația standard
conform Ordin MF Nr. 115
din 15.09.2021

CERERE DE PARTICIPARE

Către: I.M.S.P. CENTRUL MEDICILOR DE FAMILIE FLORESTI

adresa: 5001, MOLDOVA, Florești, or.Florești (r-l Florești), str.Stefan cel Mare 37

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și/sau SIA RSAP MTender, nr. ocds-b3wdp1-MD-1734935169394 din 29.12.2024, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de Reagenți și consumabile de laborator (sistem închis) pentru anul 2025

noi, SRL Biosistem mld, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării: 26.12.2024

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL Biosistem mld

(semnătura autorizată)

IDNO: 1010600028048;
adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău
tel. +373-22-808719, fax +373-22-808519
e-mail: biosistem.mld@gmail.com

Anexa nr. 7
la Documentația standard
conform Ordin MF Nr. 115
din 15.09.2021

DECLARAȚIE privind valabilitatea ofertei

Către: I.M.S.P. CENTRUL MEDICILOR DE FAMILIE FLOREȘTI
adresa: 5001, MOLDOVA, Florești, or.Florești (r-l Florești), str.Ștefan cel Mare 37
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea de: "Reagenți și consumabile de laborator (sistem închis) pentru anul 2025"

prin procedura de achiziție - Achiziții cu costuri mici Nr. ocds-b3wdp1-MD-1734935169394 din 29.12.2024

pentru o durată de 30 (treizeci) zile, respectiv până la data de 28.01.2025, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării: 26.12.2024

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL Biosistem mld _____

(semnătura autorizată)

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1734935169394 din 29.12.2024									
Obiectul achiziției:						Reagenți și consumabile de laborator (sistem închis) pentru anul 2025			
Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.1	Lot.1. Reactive pentru A-15 și A-25 Biosystems (sistem închis)	BILIRUBIN (TOTAL)	12506 BILIRUBIN (TOTAL)	Spania	Biosystems	Metoda de determinare: Fotometrică Iendruce. Reagenți: Lichid Stabli, gata pentru foloie. Biosystem Limita minimă de detecție pentru set ≤ 1,3 nmol/L. Coeficientul de variație intraserial ≤ 5,0 Coeficientul de variație extraserial ≤ 5,0 Interferențe: Acid ascorbic: pH la 1,7mmol/Bilirubina pH la 0,7 mmol/L. Hemoglobina pH la 3,8 g/L.lipemie-trigliceride pH la 21 g/L.Flacones compatibile cu analizatorul biologic automat A-15/A-25 (Biosystem Spania)/Ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 18 luni	Metoda de determinare: Fotometrică Iendruce. Reagenți: Lichid Stabli, gata pentru foloie. Biosystem Limita minimă de detecție pentru set ≤ 1,3 nmol/L. Coeficientul de variație intraserial ≤ 5,0 Coeficientul de variație extraserial ≤ 5,0 Interferențe: Acid ascorbic: pH la 1,7mmol/Bilirubina pH la 0,7 mmol/L. Hemoglobina pH la 3,8 g/L.lipemie-trigliceride pH la 21 g/L.Flacones compatibile cu analizatorul biologic automat A-15/A-25 (Biosystem Spania)/Ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 18 luni	ISO, CE	
1.2		BILIRUBIN (DIRECT)	12504 BILIRUBIN (DIRECT)	Spania	Biosystems	Metoda de determinare: Fotometrică Iendruce. Reagenți: Lichid Stabli, gata pentru foloie. Biosystem Limita minimă de detecție pentru set ≤ 1,8 nmol/L. Coeficientul de variație intraserial ≤ 0,03 Coeficientul de variație extraserial ≤ 0,01 Interferențe: Acid ascorbic: pH la 1,7mmol/Bilirubina pH la 0,7 mmol/L. Hemoglobina pH la 3,8 g/L.lipemie-trigliceride pH la 21 g/L.Flacones compatibile cu analizatorul biologic automat A-15/A-25 (Biosystem Spania)/Ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 18 luni	Metoda de determinare: Fotometrică Iendruce. Reagenți: Lichid Stabli, gata pentru foloie. Biosystem Limita minimă de detecție pentru set ≤ 1,8 nmol/L. Coeficientul de variație intraserial ≤ 0,03 Coeficientul de variație extraserial ≤ 0,01 Interferențe: Acid ascorbic: pH la 1,7mmol/Bilirubina pH la 0,7 mmol/L. Hemoglobina pH la 3,8 g/L.lipemie-trigliceride pH la 21 g/L.Flacones compatibile cu analizatorul biologic automat A-15/A-25 (Biosystem Spania)/Ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 18 luni	ISO, CE	
1.3		ALANINE AMINOTRANSFERASE (ALT/GPT)	12533 ALANINE AMINOTRANSFERASE(ALT/GPT)	Spania	Biosystems	Ambalaj 500 ml, specific pentru A-15/A-25 Metoda de determinare: Fotometrică Iendruce. Cinetică. Reagenți: Lichid Stabli, gata pentru foloie. Biosystem Limita minimă de detecție pentru set ≤ 4,0 U/L. Coeficientul de variație intraserial ≤ 1,5 Coeficientul de variație extraserial ≤ 1,0 Interferențe: Acid ascorbic: pH la 1,7mmol/L Bilirubina pH la 0,7 mmol/L. Hemoglobina pH la 3,8 g/L Lipemie-trigliceride pH la 21 g/L. Flacones compatibile cu analizatorul biologic automat A-15/A-25 (Biosystem Spania) Ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 18 luni	Ambalaj 500 ml, specific pentru A-15/A-25 Metoda de determinare: Fotometrică Iendruce. Cinetică. Reagenți: Lichid Stabli, gata pentru foloie. Biosystem Limita minimă de detecție pentru set ≤ 4,0 U/L. Coeficientul de variație intraserial ≤ 1,5 Coeficientul de variație extraserial ≤ 1,0 Interferențe: Acid ascorbic: pH la 1,7mmol/L Bilirubina pH la 0,7 mmol/L. Hemoglobina pH la 3,8 g/L Lipemie-trigliceride pH la 21 g/L. Flacones compatibile cu analizatorul biologic automat A-15/A-25 (Biosystem Spania) Ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 18 luni	ISO, CE	

1.4	ASPARTATE AMINOTRANSFERASE (AST/GOT)	12531 ASPARTATE AMINOTRANSFERASE (AST/GOT)	Spania	Biosystems	Amplaj 5x50 ml, specific pentru A-15/A-25 Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Cinetică. Reagenți: Lichid Stabil, gata pentru foloie. Bireagent Limita minimă de detecție pentru set ≤ 2 UI/L Coeficientul de variație intraserial ≤ 2,0 Coeficientul de variație extraserial ≤ 1,5 Interferențe: Acid ascorbic: până la 1,7mmol/l Bilirubina: până la 0,7 mmol/L Hemoglobina: până la 3,8 g/l Lipemie-trigliceride: până la 21 g/L Fluconice compatibile cu analizatorul biochimic automat A-15/A-25 (Biosistem Spania) Amplaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termeni de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicat pe amplaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Termenul de valabilitate indicat pe amplaj de producător nu mai mic de 18 luni	Amplaj 5x50 ml, specific pentru A-15/A-25 Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Cinetică. Reagenți: Lichid Stabil, gata pentru foloie. Bireagent Limita minimă de detecție pentru set ≤ 2 UI/L Coeficientul de variație intraserial ≤ 2,0 Coeficientul de variație extraserial ≤ 1,5 Interferențe: Acid ascorbic: până la 1,7mmol/l Bilirubina: până la 0,7 mmol/L Hemoglobina: până la 3,8 g/l Lipemie-trigliceride: până la 21 g/L Fluconice compatibile cu analizatorul biochimic automat A-15/A-25 (Biosistem Spania) Amplaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termeni de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicat pe amplaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Termenul de valabilitate indicat pe amplaj de producător nu mai mic de 18 luni	ISO, CE
1.5	GLUCOSE	12503 GLUCOSE	Spania	Biosystems	Amplaj 10x50 ml, specific pentru A-15/A-25Metoda de determinare: Fotometrică GOD-PAP. Reagenți: Lichid Stabil, gata pentru foloie. Monoreagent Limita minimă de detecție pentru set ≤ 0,1 mmol/l Coeficientul de variație intraserial ≤ 7,0 Coeficientul de variație extraserial ≤ 3,0 Interferențe: Acid ascorbic: până la 1,7mmol/lBilirubina: până la 0,7 mmol/L Hemoglobina: până la 3,8 g/Lipemie-trigliceride: până la 21 g/LFluconice compatibile cu analizatorul biochimic automat A-15/A-25 (Biosistem Spania)Amplaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicat pe amplaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Termenul de valabilitate indicat pe amplaj de producător nu mai mic de 18 luni	Amplaj 10x50 ml, specific pentru A-15/A-25Metoda de determinare: Fotometrică GOD-PAP. Reagenți: Lichid Stabil, gata pentru foloie. Monoreagent Limita minimă de detecție pentru set ≤ 0,1 mmol/l Coeficientul de variație intraserial ≤ 7,0 Coeficientul de variație extraserial ≤ 3,0 Interferențe: Acid ascorbic: până la 1,7mmol/lBilirubina: până la 0,7 mmol/L Hemoglobina: până la 3,8 g/Lipemie-trigliceride: până la 21 g/LFluconice compatibile cu analizatorul biochimic automat A-15/A-25 (Biosistem Spania)Amplaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicat pe amplaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Termenul de valabilitate indicat pe amplaj de producător nu mai mic de 18 luni	ISO, CE
1.6	UREA/BUN - UV	12516 UREA/BUN - UV	Spania	Biosystems	Amplaj 5x50 ml, specific pentru A-15/A-25 Metoda de determinare: Fotometrică Ureaase UV. Reagenți: Lichid Stabil, gata pentru foloie. Bireagent Limita minimă de detecție pentru set ≤ 0,3 mmol/L Coeficientul de variație intraserial ≤ 2,0 Coeficientul de variație extraserial ≤ 3,5 Interferențe: Acid ascorbic: până la 1,7mmol/l Bilirubina: până la 0,7 mmol/L Hemoglobina: până la 3,8 g/l Lipemie-trigliceride: până la 21 g/L Fluconice compatibile cu analizatorul biochimic automat A-15/A-25 (Biosistem Spania) Amplaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termeni de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicat pe amplaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Termenul de valabilitate indicat pe amplaj de producător nu mai mic de 18 luni	Amplaj 5x50 ml, specific pentru A-15/A-25 Metoda de determinare: Fotometrică Ureaase UV. Reagenți: Lichid Stabil, gata pentru foloie. Bireagent Limita minimă de detecție pentru set ≤ 0,3 mmol/L Coeficientul de variație intraserial ≤ 2,0 Coeficientul de variație extraserial ≤ 3,5 Interferențe: Acid ascorbic: până la 1,7mmol/l Bilirubina: până la 0,7 mmol/L Hemoglobina: până la 3,8 g/l Lipemie-trigliceride: până la 21 g/L Fluconice compatibile cu analizatorul biochimic automat A-15/A-25 (Biosistem Spania) Amplaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termeni de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicat pe amplaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Termenul de valabilitate indicat pe amplaj de producător nu mai mic de 18 luni	ISO, CE

1.7	CREATININE	12502 CREATININE	Spania	Biosystems	Ampluaj 10x50 ml, specific pentru A-15/A-25 Metoda de determinare: Fotometrică Jaffe fără deproteizare. Cinetică. Reagenți: Lichid Stabil, gata pentru folosite. Monoreagent. Limita minimă de detecție pentru set ≤ 15 μmol/l Coeficientul de variație intraserial ≤ 0,05 Coeficientul de variație extraserial ≤ 0,05 Interferențe: Acid ascorbic: până la 1,7mmol/l Bilirubina: până la 0,7 mmol/l Hemoglobina: până la 3,8 g/l Lipemie-trigliceride: până la 21 g/L Fluconce compatibile cu analizatorul bichimic automat A-15/A-25 (Biosistem Spania) Ampluaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicat pe ampluaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Termenul de valabilitate indicat pe ampluaj de producător nu mai mic de 18 luni	Ampluaj 10x50 ml, specific pentru A-15/A-25 Metoda de determinare: Fotometrică Jaffe fără deproteizare. Cinetică. Reagenți: Lichid Stabil, gata pentru folosite. Monoreagent. Limita minimă de detecție pentru set ≤ 15 μmol/l Coeficientul de variație intraserial ≤ 0,05 Coeficientul de variație extraserial ≤ 0,05 Interferențe: Acid ascorbic: până la 1,7mmol/l Bilirubina: până la 0,7 mmol/l Hemoglobina: până la 3,8 g/l Lipemie-trigliceride: până la 21 g/L Fluconce compatibile cu analizatorul bichimic automat A-15/A-25 (Biosistem Spania) Ampluaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicat pe ampluaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Termenul de valabilitate indicat pe ampluaj de producător nu mai mic de 18 luni	ISO, CE
1.8	CHOLESTEROL	12505 CHOLESTEROL	Spania	Biosystems	Ampluaj 10x50 ml, specific pentru A-15/A-25Metoda de determinare: Fotometrică CHOD-PAP. Reagenți: Lichid Stabil, gata pentru folosite. Monoreagent. Limita minimă de detecție pentru set ≤ 0,08 U/L Coeficientul de variație intraserial ≤ 2,0 Coeficientul de variație extraserial ≤ 2,5 Interferențe: Acid ascorbic: până la 1,7mmol/lBilirubina: până la 0,7 mmol/l Hemoglobina: până la 3,8 g/Lipemie-trigliceride: până la 21 g/LFluconce compatibile cu analizatorul bichimic automat A-15/A-25 (Biosistem Spania) Ampluaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicat pe ampluaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Termenul de valabilitate indicat pe ampluaj de producător nu mai mic de 18 luni	Ampluaj 10x50 ml, specific pentru A-15/A-25Metoda de determinare: Fotometrică CHOD-PAP. Reagenți: Lichid Stabil, gata pentru folosite. Monoreagent. Limita minimă de detecție pentru set ≤ 0,08 U/L Coeficientul de variație intraserial ≤ 2,0 Coeficientul de variație extraserial ≤ 2,5 Interferențe: Acid ascorbic: până la 1,7mmol/lBilirubina: până la 0,7 mmol/l Hemoglobina: până la 3,8 g/Lipemie-trigliceride: până la 21 g/LFluconce compatibile cu analizatorul bichimic automat A-15/A-25 (Biosistem Spania) Ampluaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicat pe ampluaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Termenul de valabilitate indicat pe ampluaj de producător nu mai mic de 18 luni	ISO, CE
1.9	TRIGLYCERIDES	12528 TRIGLYCERIDES	Spania	Biosystems	Ampluaj 10x50 ml, specific pentru A-15/A-25Metoda de determinare: Fotometrică GPO. Reagenți: Lichid Stabil, gata pentru folosite. Monoreagent. Limita minimă de detecție pentru set ≤ 0,01 mmol/l Coeficientul de variație intraserial ≤ 3,5 Coeficientul de variație extraserial ≤ 3,0 Interferențe: Acid ascorbic: până la 1,7mmol/lBilirubina: până la 0,7 mmol/l Hemoglobina: până la 3,8 g/Lipemie-trigliceride: până la 21 g/LFluconce compatibile cu analizatorul bichimic automat A-15/A-25 (Biosistem Spania) Ampluaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicat pe ampluaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Termenul de valabilitate indicat pe ampluaj de producător nu mai mic de 18 luni	Ampluaj 10x50 ml, specific pentru A-15/A-25Metoda de determinare: Fotometrică GPO. Reagenți: Lichid Stabil, gata pentru folosite. Monoreagent. Limita minimă de detecție pentru set ≤ 0,01 mmol/l Coeficientul de variație intraserial ≤ 3,5 Coeficientul de variație extraserial ≤ 3,0 Interferențe: Acid ascorbic: până la 1,7mmol/lBilirubina: până la 0,7 mmol/l Hemoglobina: până la 3,8 g/Lipemie-trigliceride: până la 21 g/LFluconce compatibile cu analizatorul bichimic automat A-15/A-25 (Biosistem Spania) Ampluaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicat pe ampluaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Termenul de valabilitate indicat pe ampluaj de producător nu mai mic de 18 luni	ISO, CE

1.10	CHOLESTEROL HDL DIRECT	12757 CHOLESTEROL HDL DIRECT	Spania	Biosystems	Ampluaj 4x20 ml, specific pentru A-15/A-25Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Cu imunoînhibiția a colesterolului LDL și VLDL.Fără sedimentareReagenți: Lichid Stabil, gata pentru folioare. Bireagent Limita minimă de detecție pentru set ≤ 0,03 mmol/l Coeficientul de variație intraerial ≤ 1,5 Coeficientul de variație extraerial ≤ 2,0 Interferențe: Acid ascorbic: pH la 1,7mmol/lBilirubina pH la 0,7 mmol/l Hemoglobina pH la 3,8 g/lLipemie-trigliceride pH la 21 g/LFluconce compatibile cu analizatorul bichimic automat A-15/A-25 (Biosistem Spania)Ampluaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 18 luni	Ampluaj 4x20 ml, specific pentru A-15/A-25Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Cu imunoînhibiția a colesterolului LDL și VLDL.Fără sedimentareReagenți: Lichid Stabil, gata pentru folioare. Bireagent Limita minimă de detecție pentru set ≤ 0,03 mmol/l Coeficientul de variație intraerial ≤ 1,5 Coeficientul de variație extraerial ≤ 2,0 Interferențe: Acid ascorbic: pH la 1,7mmol/lBilirubina pH la 0,7 mmol/l Hemoglobina pH la 3,8 g/lLipemie-trigliceride pH la 21 g/LFluconce compatibile cu analizatorul bichimic automat A-15/A-25 (Biosistem Spania)Ampluaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 18 luni	ISO, CE
1.11	CHOLESTEROL LDL DIRECT	12785 CHOLESTEROL LDL DIRECT	Spania	Biosystems	Ampluaj 4x20 ml, specific pentru A-15/A-25Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Cu protecția selectivă a colesterolului LDL.Fără sedimentare Reagenți: Lichid Stabil, gata pentru folioare. Bireagent Limita minimă de detecție pentru set ≤ 0,03 mmol/l Coeficientul de variație intraerial ≤ 1,5 Coeficientul de variație extraerial ≤ 1,5 Interferențe: Acid ascorbic: pH la 1,7mmol/lBilirubina pH la 0,7 mmol/l Hemoglobina pH la 3,8 g/lLipemie-trigliceride pH la 21 g/LFluconce compatibile cu analizatorul bichimic automat A-15/A-25 (Biosistem Spania)Ampluaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 18 luni	Ampluaj 4x20 ml, specific pentru A-15/A-25Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Cu protecția selectivă a colesterolului LDL.Fără sedimentare Reagenți: Lichid Stabil, gata pentru folioare. Bireagent Limita minimă de detecție pentru set ≤ 0,03 mmol/l Coeficientul de variație intraerial ≤ 1,5 Coeficientul de variație extraerial ≤ 1,5 Interferențe: Acid ascorbic: pH la 1,7mmol/lBilirubina pH la 0,7 mmol/l Hemoglobina pH la 3,8 g/lLipemie-trigliceride pH la 21 g/LFluconce compatibile cu analizatorul bichimic automat A-15/A-25 (Biosistem Spania)Ampluaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 18 luni	ISO, CE
1.12	alpha-AMYLASE - DIRECT	12550 alpha-AMYLASE - DIRECT	Spania	Biosystems	Ampluaj 5x20 ml, specific pentru A-15/A-25 Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Cinetică CNP-G3. Reagenți: Lichid Stabil, gata pentru folioare. Monoreagent Limita minimă de detecție pentru set ≤ 33 U/L Coeficientul de variație intraerial ≤ 5,0 Coeficientul de variație extraerial ≤ 8,0 Interferențe: Acid ascorbic: pH la 1,7mmol/l Bilirubina pH la 0,7 mmol/l Hemoglobina pH la 3,8 g/l Lipemie-trigliceride pH la 21 g/L Fluconce compatibile cu analizatorul bichimic automat A-15/A-25 (Biosistem Spania) Ampluaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 18 luni	Ampluaj 5x20 ml, specific pentru A-15/A-25 Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Cinetică CNP-G3. Reagenți: Lichid Stabil, gata pentru folioare. Monoreagent Limita minimă de detecție pentru set ≤ 33 U/L Coeficientul de variație intraerial ≤ 5,0 Coeficientul de variație extraerial ≤ 8,0 Interferențe: Acid ascorbic: pH la 1,7mmol/l Bilirubina pH la 0,7 mmol/l Hemoglobina pH la 3,8 g/l Lipemie-trigliceride pH la 21 g/L Fluconce compatibile cu analizatorul bichimic automat A-15/A-25 (Biosistem Spania) Ampluaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 18 luni	ISO, CE

1.13	PROTEIN (TOTAL)	12500 PROTEIN (TOTAL)	Spania	Biosystems	Amplaj 10x50 milMetoda de determinare: Fotometrică cu buret. Reagenți: Lichid Stabil, gata pentru foloșire. Monoreagent Limita minimă de detecție pentru set ≤ 5,0 g/L Coeficientul de variație intraserial ≤ 0,1 Coeficientul de variație extraserial ≤ 0,15 Interferențe: Acid ascorbic: pH la 1,7mmol/lBilirubina pH la 0,7 mmol/lHemoglobina pH la 3,8 g/lLipemie-trigliceride pH la 21 g/lFluconice compatibile cu analizatorul biologic automat A-15/A-25 (Biosistem Spans)Amplaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicat pe amplaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Termenul de valabilitate indicat pe amplaj de producător nu mai mic de 18 luni	Amplaj 10x50 milMetoda de determinare: Fotometrică cu buret. Reagenți: Lichid Stabil, gata pentru foloșire. Monoreagent Limita minimă de detecție pentru set ≤ 5,0 g/L Coeficientul de variație intraserial ≤ 0,1 Coeficientul de variație extraserial ≤ 0,15 Interferențe: Acid ascorbic: pH la 1,7mmol/lBilirubina pH la 0,7 mmol/lHemoglobina pH la 3,8 g/lLipemie-trigliceride pH la 21 g/lFluconice compatibile cu analizatorul biologic automat A-15/A-25 (Biosistem Spans)Amplaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicat pe amplaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Termenul de valabilitate indicat pe amplaj de producător nu mai mic de 18 luni	ISO, CE
1.14	ALBUMIN	12547 ALBUMIN	Spania	Biosystems	Amplaj 5x50 ml, specific pentru A-15/A-25 Metoda de determinare: Fotometrică cu buret Reagenți: Lichid Stabil, gata pentru foloșire. Monoreagent Limita minimă de detecție pentru set ≤ 2 g/l Coeficientul de variație intraserial ≤ 0,15 Coeficientul de variație extraserial ≤ 0,15 Interferențe: Acid ascorbic: pH la 1,7mmol/lBilirubina pH la 0,7 mmol/lHemoglobina pH la 3,8 g/lLipemie-trigliceride pH la 21 g/lFluconice compatibile cu analizatorul biologic automat A-15/A-25 (Biosistem Spans) Amplaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicat pe amplaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Termenul de valabilitate indicat pe amplaj de producător nu mai mic de 18 luni	Amplaj 5x50 ml, specific pentru A-15/A-25 Metoda de determinare: Fotometrică cu buret Reagenți: Lichid Stabil, gata pentru foloșire. Monoreagent Limita minimă de detecție pentru set ≤ 2 g/l Coeficientul de variație intraserial ≤ 0,15 Coeficientul de variație extraserial ≤ 0,15 Interferențe: Acid ascorbic: pH la 1,7mmol/lBilirubina pH la 0,7 mmol/lHemoglobina pH la 3,8 g/lLipemie-trigliceride pH la 21 g/lFluconice compatibile cu analizatorul biologic automat A-15/A-25 (Biosistem Spans) Amplaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicat pe amplaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Termenul de valabilitate indicat pe amplaj de producător nu mai mic de 18 luni	ISO, CE
1.15	URIC ACID	12521 URIC ACID	Spania	Biosystems	Amplaj 10x50 ml, specific pentru A-15/A-25 Metoda de determinare: Fotometrică cu buret Reagenți: Lichid Stabil, gata pentru foloșire. Monoreagent Limita minimă de detecție pentru set ≤ 4,2 mmol/L Coeficientul de variație intraserial ≤ 0,1 Coeficientul de variație extraserial ≤ 0,15 Interferențe: Acid ascorbic: pH la 1,7mmol/lBilirubina pH la 0,7 mmol/lHemoglobina pH la 3,8 g/lLipemie-trigliceride pH la 21 g/lFluconice compatibile cu analizatorul biologic automat A-15/A-25 (Biosistem Spans) Amplaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicat pe amplaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Termenul de valabilitate indicat pe amplaj de producător nu mai mic de 18 luni	Amplaj 10x50 ml, specific pentru A-15/A-25 Metoda de determinare: Fotometrică cu buret Reagenți: Lichid Stabil, gata pentru foloșire. Monoreagent Limita minimă de detecție pentru set ≤ 4,2 mmol/L Coeficientul de variație intraserial ≤ 0,1 Coeficientul de variație extraserial ≤ 0,15 Interferențe: Acid ascorbic: pH la 1,7mmol/lBilirubina pH la 0,7 mmol/lHemoglobina pH la 3,8 g/lLipemie-trigliceride pH la 21 g/lFluconice compatibile cu analizatorul biologic automat A-15/A-25 (Biosistem Spans) Amplaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicat pe amplaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Termenul de valabilitate indicat pe amplaj de producător nu mai mic de 18 luni	ISO, CE

1.16	CALCIUM-ARSENAZO	12570 CALCIUM-ARSENAZO	Spania	Biosystems	Metoda de determinare: Fotometrică cu Arsenazo III Reagenți: Lichid Stabil, gata pentru folioare. Monoreagent. Limita minimă de detecție pentru set ≤ 0,01 mmol/l Coeficientul de variație intraserial ≤ 0,3 Coeficientul de variație extraserial ≤ 0,3 Interferențe: Acid ascorbic: pH la 1,7mmol/l Bilirubina pH la 0,7 mmol/l Hemoglobina pH la 3,8 g/l Lipemie-trigliceride pH la 21 g/L Flacone compatibile cu analizatorul biochimic automat A-25 (Biosistem Spania) Ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicat pe ambalaj trebuie să concide în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 18 luni	Metoda de determinare: Fotometrică cu Arsenazo III Reagenți: Lichid Stabil, gata pentru folioare. Monoreagent. Limita minimă de detecție pentru set ≤ 0,01 mmol/l Coeficientul de variație intraserial ≤ 0,3 Coeficientul de variație extraserial ≤ 0,3 Interferențe: Acid ascorbic: pH la 1,7mmol/l Bilirubina pH la 0,7 mmol/l Hemoglobina pH la 3,8 g/l Lipemie-trigliceride pH la 21 g/L Flacone compatibile cu analizatorul biochimic automat A-25 (Biosistem Spania) Ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicat pe ambalaj trebuie să concide în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 18 luni	ISO, CE
1.17	IRON FERROZINE	12509 IRON FERROZINE	Spania	Biosystems	Metoda de determinare: Fotometrică cu ferrozin Reagenți: Lichid Stabil, gata pentru folioare. Bireagent Limita minimă de detecție pentru set ≤ 0,9 mmol/l Coeficientul de variație intraserial ≤ 3,0 Coeficientul de variație extraserial ≤ 4,0 Interferențe: Acid ascorbic: pH la 1,7mmol/l Bilirubina pH la 0,7 mmol/l Hemoglobina pH la 3,8 g/l Lipemie-trigliceride pH la 21 g/L Flacone compatibile cu analizatorul biochimic automat A-25 (Biosistem Spania) Ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicat pe ambalaj trebuie să concide în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 18 luni	Metoda de determinare: Fotometrică cu ferrozin Reagenți: Lichid Stabil, gata pentru folioare. Bireagent Limita minimă de detecție pentru set ≤ 0,9 mmol/l Coeficientul de variație intraserial ≤ 3,0 Coeficientul de variație extraserial ≤ 4,0 Interferențe: Acid ascorbic: pH la 1,7mmol/l Bilirubina pH la 0,7 mmol/l Hemoglobina pH la 3,8 g/l Lipemie-trigliceride pH la 21 g/L Flacone compatibile cu analizatorul biochimic automat A-25 (Biosistem Spania) Ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicat pe ambalaj trebuie să concide în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 18 luni	ISO, CE
1.18	ALKALINE PHOSPHATASE (ALP)-AMP	12518 ALKALINE PHOSPHATASE(ALP)-AMP	Spania	Biosystems	Ambalaj 5x20 ml, specific pentru A-15/A-25 Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Cinetică Reagenți: Lichid Stabil, gata pentru folioare. Bireagent Limita minimă de detecție pentru set ≤ 3,0 U/L Coeficientul de variație intraserial ≤ 3,0 Coeficientul de variație extraserial ≤ 3,0 Interferențe: Acid ascorbic: pH la 1,7mmol/l Bilirubina pH la 0,7 mmol/l Hemoglobina pH la 3,8 g/l Lipemie-trigliceride pH la 21 g/L Flacone compatibile cu analizatorul biochimic automat A-15/A-25 (Biosistem Spania) Ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicat pe ambalaj trebuie să concide în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 18 luni	Ambalaj 5x20 ml, specific pentru A-15/A-25 Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Cinetică Reagenți: Lichid Stabil, gata pentru folioare. Bireagent Limita minimă de detecție pentru set ≤ 3,0 U/L Coeficientul de variație intraserial ≤ 3,0 Coeficientul de variație extraserial ≤ 3,0 Interferențe: Acid ascorbic: pH la 1,7mmol/l Bilirubina pH la 0,7 mmol/l Hemoglobina pH la 3,8 g/l Lipemie-trigliceride pH la 21 g/L Flacone compatibile cu analizatorul biochimic automat A-15/A-25 (Biosistem Spania) Ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicat pe ambalaj trebuie să concide în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 18 luni	ISO, CE

1.19	LIPASE BSA	12760 LIPASE BSA	Spania	Biosystems	Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Căutecă. Reagenți: Lichid Stabli, gata pentru folosire. Bireagent Limita minimă de detecție pentru set ≤ 2 U/L Coeficientul de variație intrașerual ≤ 1,5 Coeficientul de variație extrașerual ≤ 1 Interferențe: Acid ascorbic: pH la 1,7mmol/l Bilirubina pH la 0,7 mmol/l Hemoglobina pH la 3,8 g/l Lipemie-trigliceride pH la 21 g/l Plăcuțe compatibile cu analizatorul biochimic automat A-25 (Biosistem Spania) Ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de plată) ale produsului indicat pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 18 luni	Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Căutecă. Reagenți: Lichid Stabli, gata pentru folosire. Bireagent Limita minimă de detecție pentru set ≤ 2 U/L Coeficientul de variație intrașerual ≤ 1,5 Coeficientul de variație extrașerual ≤ 1 Interferențe: Acid ascorbic: pH la 1,7mmol/l Bilirubina pH la 0,7 mmol/l Hemoglobina pH la 3,8 g/l Lipemie-trigliceride pH la 21 g/l Plăcuțe compatibile cu analizatorul biochimic automat A-25 (Biosistem Spania) Ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de plată) ale produsului indicat pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 18 luni	ISO, CE
1.20	gamma- GLUTAMYL TRANSFERASE	12520 gamma-GLUTAMYL TRANSFERASE	Spania	Biosystems	Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Căutecă. Reagenți: Lichid Stabli, gata pentru folosire. Bireagent Limita minimă de detecție pentru set ≤ 2 U/L Coeficientul de variație intrașerual ≤ 2,0 Coeficientul de variație extrașerual ≤ 1,5 Interferențe: Acid ascorbic: pH la 1,7mmol/l Bilirubina pH la 0,7 mmol/l Hemoglobina pH la 3,8 g/l Lipemie-trigliceride pH la 21 g/l Plăcuțe compatibile cu analizatorul biochimic automat A-25 (Biosistem Spania) Ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de plată) ale produsului indicat pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 18 luni	Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Căutecă. Reagenți: Lichid Stabli, gata pentru folosire. Bireagent Limita minimă de detecție pentru set ≤ 2 U/L Coeficientul de variație intrașerual ≤ 2,0 Coeficientul de variație extrașerual ≤ 1,5 Interferențe: Acid ascorbic: pH la 1,7mmol/l Bilirubina pH la 0,7 mmol/l Hemoglobina pH la 3,8 g/l Lipemie-trigliceride pH la 21 g/l Plăcuțe compatibile cu analizatorul biochimic automat A-25 (Biosistem Spania) Ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de plată) ale produsului indicat pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 18 luni	ISO, CE
1.21	alpha- AMYLASE - PANCREATIC	12799 alpha-AMYLASE - PANCREATIC	Spania	Biosystems	Metoda de determinare: Imunoturbidimetrică cantitativă fără preelaj Reagenți: Lichid Stabli, gata pentru folosire. Monoreagent Limita minimă de detecție pentru set ≤ 33 U/L Coeficientul de variație intrașerual ≤ 5,0 Coeficientul de variație extrașerual ≤ 8,0 Interferențe: Acid ascorbic: pH la 1,7mmol/l Bilirubina pH la 0,7 mmol/l Hemoglobina pH la 3,8 g/l Lipemie-trigliceride pH la 21 g/l Plăcuțe compatibile cu analizatorul biochimic automat A-25 (Biosistem Spania) Ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de plată) ale produsului indicat pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 18 luni	Metoda de determinare: Imunoturbidimetrică cantitativă fără preelaj Reagenți: Lichid Stabli, gata pentru folosire. Monoreagent Limita minimă de detecție pentru set ≤ 33 U/L Coeficientul de variație intrașerual ≤ 5,0 Coeficientul de variație extrașerual ≤ 8,0 Interferențe: Acid ascorbic: pH la 1,7mmol/l Bilirubina pH la 0,7 mmol/l Hemoglobina pH la 3,8 g/l Lipemie-trigliceride pH la 21 g/l Plăcuțe compatibile cu analizatorul biochimic automat A-25 (Biosistem Spania) Ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de plată) ale produsului indicat pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 18 luni	ISO, CE

1.22	C-REACTIVE PROTEIN (CRP)	13921 C-REACTIVE PROTEIN (CRP)	Spania	Biosystems	Antibuzaj 1x50 ml, specific pentru A-15/A-25 Metoda de determinare: Imunoturbidimetrică cantitativă fără prediluație. Reagenți: Lichid Stabil, gata pentru folioare. Reagent Limita minimă de detecție pentru ser < 8,0 IU/ml. Coeficientul de variație intra-serial < 7,0 Coeficientul de variație extra-serial < 12 Interferențe: Acid ascorbic: până la 1,7mmol/l Bilirubina până la 0,7 mmol/l Hemoglobina până la 3,8 g/l Lipemie-trigliceride: până la 21 g/l Flacone compatibile cu analizatorul biochimic automat A-15/A-25 (Biosistem Spania) Antibuzaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termeni de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicat pe ambalaj trebuie să corespundă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 18 luni	Antibuzaj 1x50 ml, specific pentru A-15/A-25 Metoda de determinare: Imunoturbidimetrică cantitativă fără prediluație. Reagenți: Lichid Stabil, gata pentru folioare. Reagent Limita minimă de detecție pentru ser < 8,0 IU/ml. Coeficientul de variație intra-serial < 7,0 Coeficientul de variație extra-serial < 12 Interferențe: Acid ascorbic: până la 1,7mmol/l Bilirubina până la 0,7 mmol/l Hemoglobina până la 3,8 g/l Lipemie-trigliceride: până la 21 g/l Flacone compatibile cu analizatorul biochimic automat A-15/A-25 (Biosistem Spania) Antibuzaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termeni de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicat pe ambalaj trebuie să corespundă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 18 luni	ISO, CE
1.24	ANTI-STREPTOLYSIN O (ASO)	13923 ANTI-STREPTOLYSIN O (ASO)	Spania	Biosystems	Antibuzaj 1x50 ml, specific pentru A-15/A-25 Metoda de determinare: Imunoturbidimetrică cantitativă fără prediluație. Reagenți: Lichid Stabil, gata pentru folioare. Reagent Limita minimă de detecție pentru ser < 2 U/L Coeficientul de variație intra-serial < 2,0 Coeficientul de variație extra-serial < 1,5 Interferențe: Acid ascorbic: până la 1,7mmol/l Bilirubina până la 0,7 mmol/l Hemoglobina până la 3,8 g/l Lipemie-trigliceride: până la 21 g/l Flacone compatibile cu analizatorul biochimic automat A-15/A-25 (Biosistem Spania) Antibuzaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termeni de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicat pe ambalaj trebuie să corespundă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 18 luni	Antibuzaj 1x50 ml, specific pentru A-15/A-25 Metoda de determinare: Imunoturbidimetrică cantitativă fără prediluație. Reagenți: Lichid Stabil, gata pentru folioare. Reagent Limita minimă de detecție pentru ser < 2 U/L Coeficientul de variație intra-serial < 2,0 Coeficientul de variație extra-serial < 1,5 Interferențe: Acid ascorbic: până la 1,7mmol/l Bilirubina până la 0,7 mmol/l Hemoglobina până la 3,8 g/l Lipemie-trigliceride: până la 21 g/l Flacone compatibile cu analizatorul biochimic automat A-15/A-25 (Biosistem Spania) Antibuzaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termeni de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicat pe ambalaj trebuie să corespundă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 18 luni	ISO, CE
1.25	HEMOGLOBIN A1C-DIRECT (HbA1C-DIR) BA	22047 HEMOGLOBIN A1C-DIRECT (HbA1C-DIR) BA	Spania	Biosystems	Metoda de determinare: Imunoturbidimetrică Reagenți: Lichid Stabil, gata pentru folioare. Reagent Limita minimă de detecție pentru ser < 5 U/L Coeficientul de variație intra-serial < 10,0 Coeficientul de variație extra-serial < 8 Interferențe: Acid ascorbic: până la 1,7mmol/l Bilirubina până la 0,7 mmol/l Hemoglobina până la 3,8 g/l Lipemie-trigliceride: până la 21 g/l Flacone compatibile cu analizatorul biochimic automat A-25 (Biosistem Spania) Antibuzaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termeni de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicat pe ambalaj trebuie să corespundă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 18 luni	Metoda de determinare: Imunoturbidimetrică Reagenți: Lichid Stabil, gata pentru folioare. Reagent Limita minimă de detecție pentru ser < 5 U/L Coeficientul de variație intra-serial < 10,0 Coeficientul de variație extra-serial < 8 Interferențe: Acid ascorbic: până la 1,7mmol/l Bilirubina până la 0,7 mmol/l Hemoglobina până la 3,8 g/l Lipemie-trigliceride: până la 21 g/l Flacone compatibile cu analizatorul biochimic automat A-25 (Biosistem Spania) Antibuzaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termeni de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicat pe ambalaj trebuie să corespundă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 18 luni	ISO, CE

1.26	C-REACTIVE PROTEIN (CRP) - SLIDE*	31012 C-REACTIVE PROTEIN (CRP) - SLIDE*	Spania	Biosystems	Antibali standard: Reactiv: Suspensie de particule de latex acoperite cu anticorpi anti CRP umana, azida de sodiu 0.95 g/L - 1 x 1 mL. Control negativ : Ser continand CRP <6 mg/L - 1 x 1 mL. Control pozitiv: Ser uman continand CRP=6 mg/L - 1 x 1 mL. Carduri test(cu slide-uri) - 6 buc. Betisoare amestecatoare - 1 x 150. Reactivi si dispozit de certificat, sau declaratia CE. Reactivii si fi obligatori in ambalajul produselor. Date de identitate (denumirea, numarul lotului, seria, termenii de valabilitate, conditiile de pstrare) ale produsului indicat pe ambali trebuie sa coada in mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse in set. Toate pozitiile lotului si fi produs de acela produsor. - Detectabilitate: 6 mg/L CRP, utilizand un standard intern trasat la Standard Reference Material BCR 470 (Institute for Reference Materials and Measurement, IRMM). Valoarea degranita (cut-off value) poate varia cu pana la 25% depinzand de variabilele incontrolabile ale procedurii si de experienta de citire a operatorului. - Efect de inapstrare (concentratie ridicata): Valoarea fals negative datorate efectului de concentratie ridicata sunt absente cel putin pana la 250 mg/L. - Rezultate false: Rezultate obtinute cu acest reactiv nu au aratat diferente semnificative prin comparatie cu reactivi de referinta. Detalii ale experimentelor comparative sunt disponibile la cerere. - Interferente: hemoglobina (5 g/L), bilirubina (15 mg/dL) si lipemia (5 g/L) nu interfera. Factorul reumatoid poate interfera (25 UI/mL). Alte medicamente a substante pot interfera.	Antibali standard: Reactiv: Suspensie de particule de latex acoperite cu anticorpi anti CRP umana, azida de sodiu 0.95 g/L - 1 x 1 mL. Control negativ : Ser continand CRP <6 mg/L - 1 x 1 mL. Control pozitiv: Ser uman continand CRP=6 mg/L - 1 x 1 mL. Carduri test(cu slide-uri) - 6 buc. Betisoare amestecatoare - 1 x 150. Reactivi si dispozit de certificat, sau declaratia CE. Reactivii si fi obligatori in ambalajul produselor. Date de identitate (denumirea, numarul lotului, seria, termenii de valabilitate, conditiile de pstrare) ale produsului indicat pe ambali trebuie sa coada in mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse in set. Toate pozitiile lotului si fi produs de acela produsor. - Detectabilitate: 6 mg/L CRP, utilizand un standard intern trasat la Standard Reference Material BCR 470 (Institute for Reference Materials and Measurement, IRMM). Valoarea degranita (cut-off value) poate varia cu pana la 25% depinzand de variabilele incontrolabile ale procedurii si de experienta de citire a operatorului. - Efect de inapstrare (concentratie ridicata): Valoarea fals negative datorate efectului de concentratie ridicata sunt absente cel putin pana la 250 mg/L. - Rezultate false: Rezultate obtinute cu acest reactiv nu au aratat diferente semnificative prin comparatie cu reactivi de referinta. Detalii ale experimentelor comparative sunt disponibile la cerere. - Interferente: hemoglobina (5 g/L), bilirubina (15 mg/dL) si lipemia (5 g/L) nu interfera. Factorul reumatoid poate interfera (25 UI/mL). Alte medicamente a substante pot interfera.	ISO, CE
1.27	RHEUMATOID FACTORS (RF)- SLIDE*	31014 RHEUMATOID FACTORS (RF) - SLIDE*	Spania	Biosystems	Antibali standard: Reactiv: Suspensie de particule de latex acoperite cu gama-globulina umana, azida de sodiu 0.95 g/L, tampon glicina 100 mmol/L, pH 8.2 - 1 x 1 mL. Control negativ : Ser continand RF <30 UI/mL. - 1 x 1 mL. Control pozitiv: Ser uman continand CRP=30 UI/mL. - 1 x 1 mL. Carduri test(cu slide-uri) - 6 buc. Betisoare amestecatoare - 1 x 150. Reactivi si dispozit de certificat, sau declaratia CE. Reactivii si fi obligatori in ambalajul produselor. Date de identitate (denumirea, numarul lotului, seria, termenii de valabilitate, conditiile de pstrare) ale produsului indicat pe ambali trebuie sa coada in mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse in set. Toate pozitiile lotului si fi produs de acela produsor. - Detectabilitate: 30 UI/mL RF, utilizand un standard intern trasat la WHO Reference Material W1060 (International Laboratory for Biological Standards, Amsterdam). Valoarea de granita (cut-off value) poate varia cu pana la 25% depinzand de variabilele incontrolabile ale procedurii si de experienta de citire a operatorului. - Efect de inapstrare (concentratie ridicata): valoarea fals negative datorate efectului de concentratie ridicata sunt absente cel putin pana la 800 UI/mL RF. - Rezultate false: Rezultate obtinute cu acest reactiv nu au aratat diferente semnificative prin comparatie cu reactivi de referinta. Detalii ale experimentelor comparative sunt disponibile la cerere. - Interferente: hemoglobina (5 g/L), bilirubina (15 mg/dL) si lipemia (5 g/L) nu interfera. Alte medicamente a substante pot interfera.	Antibali standard: Reactiv: Suspensie de particule de latex acoperite cu gama-globulina umana, azida de sodiu 0.95 g/L, tampon glicina 100 mmol/L, pH 8.2 - 1 x 1 mL. Control negativ : Ser continand RF <30 UI/mL. - 1 x 1 mL. Control pozitiv: Ser uman continand CRP=30 UI/mL. - 1 x 1 mL. Carduri test(cu slide-uri) - 6 buc. Betisoare amestecatoare - 1 x 150. Reactivi si dispozit de certificat, sau declaratia CE. Reactivii si fi obligatori in ambalajul produselor. Date de identitate (denumirea, numarul lotului, seria, termenii de valabilitate, conditiile de pstrare) ale produsului indicat pe ambali trebuie sa coada in mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse in set. Toate pozitiile lotului si fi produs de acela produsor. - Detectabilitate: 30 UI/mL RF, utilizand un standard intern trasat la WHO Reference Material W1060 (International Laboratory for Biological Standards, Amsterdam). Valoarea de granita (cut-off value) poate varia cu pana la 25% depinzand de variabilele incontrolabile ale procedurii si de experienta de citire a operatorului. - Efect de inapstrare (concentratie ridicata): valoarea fals negative datorate efectului de concentratie ridicata sunt absente cel putin pana la 800 UI/mL RF. - Rezultate false: Rezultate obtinute cu acest reactiv nu au aratat diferente semnificative prin comparatie cu reactivi de referinta. Detalii ale experimentelor comparative sunt disponibile la cerere. - Interferente: hemoglobina (5 g/L), bilirubina (15 mg/dL) si lipemia (5 g/L) nu interfera. Alte medicamente a substante pot interfera.	ISO, CE
1.28	ANTI-STREPTOLYSIN O (ASO) -SLIDE*	31086 ANTI-STREPTOLYSIN O (ASO) - SLIDE*	Spania	Biosystems	Antibali standard: Reactiv: Suspensie de particule de latex acoperite cu streptolizina O, azida de sodiu 0.95 g/L, tampon clorura de amoniu 200 mmol/L, pH 8.2 - 1 x 1 mL. Control negativ : Ser continand ASLO < 200 UI/mL. - 1 x 1 mL. Control pozitiv: Ser uman continand ASLO > 200 UI/mL. - 1 x 1 mL. Carduri test(cu slide-uri) - 6 buc. Betisoare amestecatoare - 1 x 150. Reactivi si dispozit de certificat, sau declaratia CE. Reactivii si fi obligatori in ambalajul produselor. Date de identitate (denumirea, numarul lotului, seria, termenii de valabilitate, conditiile de pstrare) ale produsului indicat pe ambali trebuie sa coada in mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse in set. Toate pozitiile lotului si fi produs de acela produsor. - Detectabilitate: 200 UI/mL ASLO, utilizand un standard intern trasat la Biological Reference Material BCR 971662 (National Institute for Biological Standards and Control, UK). Valoarea de granita (cut-off value) poate varia cu pana la 25% depinzand de variabilele incontrolabile ale procedurii si de experienta de citire a operatorului. - Efect de inapstrare (concentratie ridicata): Valoarea fals negative datorate efectului de concentratie ridicata sunt absente cel putin pana la 800 UI/mL ASLO. - Interferente: Hemoglobina (5 g/L), bilirubina (15 mg/dL), factorul reumatoid (300 UI/mL) si lipemia (5 g/L) nu interfera. Alte medicamente a substante pot interfera.	Antibali standard: Reactiv: Suspensie de particule de latex acoperite cu streptolizina O, azida de sodiu 0.95 g/L, tampon clorura de amoniu 200 mmol/L, pH 8.2 - 1 x 1 mL. Control negativ : Ser continand ASLO < 200 UI/mL. - 1 x 1 mL. Control pozitiv: Ser uman continand ASLO > 200 UI/mL. - 1 x 1 mL. Carduri test(cu slide-uri) - 6 buc. Betisoare amestecatoare - 1 x 150. Reactivi si dispozit de certificat, sau declaratia CE. Reactivii si fi obligatori in ambalajul produselor. Date de identitate (denumirea, numarul lotului, seria, termenii de valabilitate, conditiile de pstrare) ale produsului indicat pe ambali trebuie sa coada in mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse in set. Toate pozitiile lotului si fi produs de acela produsor. - Detectabilitate: 200 UI/mL ASLO, utilizand un standard intern trasat la Biological Reference Material BCR 971662 (National Institute for Biological Standards and Control, UK). Valoarea de granita (cut-off value) poate varia cu pana la 25% depinzand de variabilele incontrolabile ale procedurii si de experienta de citire a operatorului. - Efect de inapstrare (concentratie ridicata): Valoarea fals negative datorate efectului de concentratie ridicata sunt absente cel putin pana la 800 UI/mL ASLO. - Interferente: Hemoglobina (5 g/L), bilirubina (15 mg/dL), factorul reumatoid (300 UI/mL) si lipemia (5 g/L) nu interfera. Alte medicamente a substante pot interfera.	ISO, CE

1.29	BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM I (HUMAN)	18042 BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM I (HUMAN)	Spania	Biosystems	Flacone cu volum 5 ml. Ser uman cu 40 de parametri (include) : Alb-Aminaza (alfa-Aminaza) CNP-G3 Bilirubin Direct - m.d. Iendrușe Bilirubin Total - m.d. Iendrușe Calcii - m.d. Arsenazo III, Iron - m.d. Ferrozine... Calibratori si materiale de control sa fie produse in conformitate cu standardul ISO 17511:2020 "Dispozitive medicale de diagnosticare in vitro - Cerințe pentru stabilirea trasabilității metrologice a valorilor atribuite calibratorilor, materialelor de control de verificare și probelor umane". Calibratori si materiale de control sa poase certificate de trasabilitate internaționala NIST sau echivalentul. Calibratori si materiale de control sa fie produse de același producător ca si reagenții.	Flacone cu volum 5 ml. Ser uman cu 40 de parametri (include) : Alb-Aminaza (alfa-Aminaza) CNP-G3 Bilirubin Direct - m.d. Iendrușe Bilirubin Total - m.d. Iendrușe Calcii - m.d. Arsenazo III, Iron - m.d. Ferrozine... Calibratori si materiale de control sa fie produse in conformitate cu standardul ISO 17511:2020 "Dispozitive medicale de diagnosticare in vitro - Cerințe pentru stabilirea trasabilității metrologice a valorilor atribuite calibratorilor, materialelor de control de verificare și probelor umane". Calibratori si materiale de control sa poase certificate de trasabilitate internaționala NIST sau echivalentul. Calibratori si materiale de control sa fie produse de același producător ca si reagenții.	ISO, CE
1.30	BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM II (HUMAN)	18043 BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM II (HUMAN)	Spania	Biosystems	Flacone cu volum 5 ml. Ser uman cu 40 de parametri (include) : Alb-Aminaza (alfa-Aminaza) CNP-G3 Bilirubin Direct - m.d. Iendrușe Bilirubin Total - m.d. Iendrușe Calcii - m.d. Arsenazo III, Iron - m.d. Ferrozine... Calibratori si materiale de control sa fie produse in conformitate cu standardul ISO 17511:2020 "Dispozitive medicale de diagnosticare in vitro - Cerințe pentru stabilirea trasabilității metrologice a valorilor atribuite calibratorilor, materialelor de control de verificare și probelor umane". Calibratori si materiale de control sa poase certificate de trasabilitate internaționala NIST sau echivalentul. Calibratori si materiale de control sa fie produse de același producător ca si reagenții.	Flacone cu volum 5 ml. Ser uman cu 40 de parametri (include) : Alb-Aminaza (alfa-Aminaza) CNP-G3 Bilirubin Direct - m.d. Iendrușe Bilirubin Total - m.d. Iendrușe Calcii - m.d. Arsenazo III, Iron - m.d. Ferrozine... Calibratori si materiale de control sa fie produse in conformitate cu standardul ISO 17511:2020 "Dispozitive medicale de diagnosticare in vitro - Cerințe pentru stabilirea trasabilității metrologice a valorilor atribuite calibratorilor, materialelor de control de verificare și probelor umane". Calibratori si materiale de control sa poase certificate de trasabilitate internaționala NIST sau echivalentul. Calibratori si materiale de control sa fie produse de același producător ca si reagenții.	ISO, CE
1.31	BIOCHEMISTRY CALIBRATOR HUMAN	18044 BIOCHEMISTRY CALIBRATOR HUMAN	Spania	Biosystems	Flacone cu volum 5 ml. Ser uman cu 40 de parametri (include) : Alb-Aminaza (alfa-Aminaza) CNP-G3 Bilirubin Direct - m.d. Iendrușe Bilirubin Total - m.d. Iendrușe Calcii - m.d. Arsenazo III, Iron - m.d. Ferrozine... Calibratori si materiale de control sa fie produse in conformitate cu standardul ISO 17511:2020 "Dispozitive medicale de diagnosticare in vitro - Cerințe pentru stabilirea trasabilității metrologice a valorilor atribuite calibratorilor, materialelor de control de verificare și probelor umane". Calibratori si materiale de control sa poase certificate de trasabilitate internaționala NIST sau echivalentul. Calibratori si materiale de control sa fie produse de același producător ca si reagenții.	Flacone cu volum 5 ml. Ser uman cu 40 de parametri (include) : Alb-Aminaza (alfa-Aminaza) CNP-G3 Bilirubin Direct - m.d. Iendrușe Bilirubin Total - m.d. Iendrușe Calcii - m.d. Arsenazo III, Iron - m.d. Ferrozine... Calibratori si materiale de control sa fie produse in conformitate cu standardul ISO 17511:2020 "Dispozitive medicale de diagnosticare in vitro - Cerințe pentru stabilirea trasabilității metrologice a valorilor atribuite calibratorilor, materialelor de control de verificare și probelor umane". Calibratori si materiale de control sa poase certificate de trasabilitate internaționala NIST sau echivalentul. Calibratori si materiale de control sa fie produse de același producător ca si reagenții.	ISO, CE

1.32	HEMOGLOBIN A1C CONTROL (NORMAL)	18001 HEMOGLOBIN A1C CONTROL (NORMAL)	Spania	Biosystems	Flacon cu volum 1 ml. Control trebuie să fie produs de același producător ca și reactiv pentru determinarea Hemoglobinei glicozilate. Ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicat pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 18 luni	Flacon cu volum 0.5 ml. Control trebuie să fie produs de același producător ca și reactiv pentru determinarea Hemoglobinei glicozilate. Ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicat pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 18 luni	ISO, CE
1.33	HEMOGLOBIN A1C CONTROL (ELEVATED)	18002 HEMOGLOBIN A1C CONTROL (ELEVATED)	Spania	Biosystems	Flacon cu volum 1 ml. Control trebuie să fie produs de același producător ca și reactiv pentru determinarea Hemoglobinei glicozilate. Ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicat pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 18 luni	Flacon cu volum 0.5 ml. Control trebuie să fie produs de același producător ca și reactiv pentru determinarea Hemoglobinei glicozilate. Ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicat pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 18 luni	ISO, CE
1.34	HEMOGLOBIN A1C- DIRECT (HbA1CDIR) STANDAR	31048 HEMOGLOBIN A1C-DIRECT (HbA1C-DIR)STANDAR	Spania	Biosystems	Flacon cu volum 2 ml. Calibrator trebuie să fie produs de același producător ca și reactiv pentru determinarea Hemoglobinei glicozilate. Ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicat pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 18 luni	Flacon cu volum 0.5 ml. Calibrator trebuie să fie produs de același producător ca și reactiv pentru determinarea Hemoglobinei glicozilate. Ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicat pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 18 luni	ISO, CE

1.35	Calibrator Antistreptolizina O(ASO)	31119 ANTI-STREPTOLYSIN (ASO) STANDARD	Spania	Biosystems	Flacone cu volum 1 ml. Calibratorul trebuie să fie produs de același producător ca și reactivii pentru determinarea Antistreptolizinei O (ASO) și să aibă minimum 3 niveluri. Ambalajul trebuie să fie securizat, marcat și etichetat de producător. Datele de identitate, cum ar fi: denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate și condițiile de păstrare ale produsului, trebuie să conțină în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalajul produsului nu poate fi mai mic de 18 luni.	Flacone cu volum 1 ml. Calibratorul trebuie să fie produs de același producător ca și reactivii pentru determinarea Antistreptolizinei O (ASO) și să aibă minimum 3 niveluri. Ambalajul trebuie să fie securizat, marcat și etichetat de producător. Datele de identitate, cum ar fi: denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate și condițiile de păstrare ale produsului, trebuie să conțină în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalajul produsului nu poate fi mai mic de 18 luni.	ISO, CE
1.36	Calibrator Proteina Creativă (CRP)	31113 C-REACTIVE PROTEIN -hs STANDARD (CRP-hs)	Spania	Biosystems	Flacone cu volum 1 ml. Calibratorul trebuie să fie produs de același producător ca și reactivii pentru determinarea Proteinei C și să aibă minimum 3 niveluri. Ambalajul trebuie să fie securizat, marcat și etichetat de producător. Datele de identitate, cum ar fi: denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate și condițiile de păstrare ale produsului, trebuie să conțină în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalajul produsului nu poate fi mai mic de 18 luni.	Flacone cu volum 1 ml. Calibratorul trebuie să fie produs de același producător ca și reactivii pentru determinarea Proteinei C și să aibă minimum 3 niveluri. Ambalajul trebuie să fie securizat, marcat și etichetat de producător. Datele de identitate, cum ar fi: denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate și condițiile de păstrare ale produsului, trebuie să conțină în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalajul produsului nu poate fi mai mic de 18 luni.	ISO, CE
1.37	Calibrator Factorul Reumatic (RF)	31116 RHEUMATOID FACTORS (RF) STANDARD	Spania	Biosystems	Flacone cu volum 3 ml. Calibratorul trebuie să fie produs de același producător ca și reactivii pentru determinarea Factorului Reumatic (RF) și să aibă minimum 3 niveluri. Ambalajul trebuie să fie securizat, marcat și etichetat de producător. Datele de identitate, cum ar fi: denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate și condițiile de păstrare ale produsului, trebuie să conțină în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalajul produsului nu poate fi mai mic de 18 luni.	Flacone cu volum 3 ml. Calibratorul trebuie să fie produs de același producător ca și reactivii pentru determinarea Factorului Reumatic (RF) și să aibă minimum 3 niveluri. Ambalajul trebuie să fie securizat, marcat și etichetat de producător. Datele de identitate, cum ar fi: denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate și condițiile de păstrare ale produsului, trebuie să conțină în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalajul produsului nu poate fi mai mic de 18 luni.	ISO, CE

1.38		Reuma control I	31213 RHEUMATOID CONTROL SERUM I	Spania	Biosystems	Flacon cu volum 1 ml. Calibratorul trebuie să fie produs de același producător ca și reactivii pentru determinarea Protein C reactivă (CRP), Factorul Reumatic (RF) și Antiistreptolizina O (ASO). Ambalajul trebuie să fie securizat, marcat și etichetat de producător. Datele de identitate, cum ar fi denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate și condițiile de păstrare ale produsului, trebuie să corespundă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalajul produsului nu poate fi mai mic de 18 luni.	Flacon cu volum 1 ml. Calibratorul trebuie să fie produs de același producător ca și reactivii pentru determinarea Protein C reactivă (CRP), Factorul Reumatic (RF) și Antiistreptolizina O (ASO). Ambalajul trebuie să fie securizat, marcat și etichetat de producător. Datele de identitate, cum ar fi denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate și condițiile de păstrare ale produsului, trebuie să corespundă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalajul produsului nu poate fi mai mic de 18 luni.	ISO, CE
1.39		Reuma control II	31214 RHEUMATOID CONTROL SERUM II	Spania	Biosystems	Flacon cu volum 1 ml. Calibratorul trebuie să fie produs de același producător ca și reactivii pentru determinarea Protein C reactivă (CRP), Factorul Reumatic (RF), și Antiistreptolizina O (ASO). Ambalajul trebuie să fie securizat, marcat și etichetat de producător. Datele de identitate, cum ar fi denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate și condițiile de păstrare ale produsului, trebuie să corespundă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalajul produsului nu poate fi mai mic de 18 luni.	Flacon cu volum 1 ml. Calibratorul trebuie să fie produs de același producător ca și reactivii pentru determinarea Protein C reactivă (CRP), Factorul Reumatic (RF), și Antiistreptolizina O (ASO). Ambalajul trebuie să fie securizat, marcat și etichetat de producător. Datele de identitate, cum ar fi denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate și condițiile de păstrare ale produsului, trebuie să corespundă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalajul produsului nu poate fi mai mic de 18 luni.	ISO, CE
2.1	Lot.2. Consumabile pentru A-15 și A-25 Biosystems (sistem închis)	REACTION ROTOR	AC11485 REACTION ROTOR	Spania	Biosystems	CF: certificat obligatoriu. Autorizare de la producător.	confirm amănunțit de participare	ISO, CE
2.2		CONCENTRATED WASHING SOLUTION	BO13416 CONCENTRATED WASHING SOLUTION	Spania	Biosystems	Flacon cu volumul plin la 100ml fără cior	Flacon cu volumul plin la 100ml fără cior	ISO, CE
2.3		CONCENTRATED SYSTEM LIQUID 1 L	BO11524 CONCENTRATED SYSTEM LIQUID 1 L	Spania	Biosystems	Flacon cu volumul plin la 1000ml fără cior	Flacon cu volumul plin la 1000ml fără cior	ISO, CE
2.4		WASHING SOLUTION 1 L	BO10771 WASHING SOLUTION 1 L	Spania	Biosystems	Flacon cu volumul plin la 1000ml	Flacon cu volumul plin la 1000ml	ISO, CE
3.1	Lot.3. Piese de schimb pentru A-15 și A-25 Biosystems (sistem închis)	6V/10W HAL. LAMPS PACK - A-15	LA10429 6V/10W HAL.LAMPS PACK(5 UNITS) - A-15	Spania	Biosystems	Halogen lamp pentru A15 6v 10w timp de lucru >2000 ore	Halogen lamp pentru A15 6v 10w timp de lucru >2000 ore	ISO, CE

3.2		THICK PROBE	AC11500 THICK PROBE	Spania	Biosystems	specific p/ra analizatorul A-15/ A-25	specific p/ra analizatorul A-15/ A-25	ISO, CE
3.3		12V/20W HALOGEN LAMP - A-25	LA10418 12V/20W HALOGEN LAMP (5 UNITS) - A-25	Spania	Biosystems	Halogen lamp pentru A25 12v 20w, specific p/ra procesorul analizatorului A-25	Halogen lamp pentru A25 12v 20w, specific p/ra procesorul analizatorului A-25	ISO, CE
4.1	Lot.4. Reactive pentru analizatorul hematologic BC-30s Mindray (sistem închis)	M-30D DILUENT	A12-000047 M-30D DILUENT	China	Mindray	ser 1 x 20 ml. Reactivii să dispună de certificat, sau declarația CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray (sistem închis), eliberat de către producătorul Țrii/ărilor. Reactivii să fie obligatorii în ambalajul producătorului. Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizare a reactivilor. Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.	ser 1 x 20 ml. Reactivii să dispună de certificat, sau declarația CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray (sistem închis), eliberat de către producătorul Țrii/ărilor. Reactivii să fie obligatorii în ambalajul producătorului. Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizare a reactivilor. Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.	ISO, CE
4.2		M-30CFL LYSE	A12-000084 M-30CFL LYSE	China	Mindray	ser 1 x 500 ml. Reactivii să dispună de certificat, sau declarația CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray (sistem închis), eliberat de către producătorul Țrii/ărilor. Reactivii să fie obligatorii în ambalajul producătorului. Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizare a reactivilor. Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.	ser 1 x 500 ml. Reactivii să dispună de certificat, sau declarația CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray (sistem închis), eliberat de către producătorul Țrii/ărilor. Reactivii să fie obligatorii în ambalajul producătorului. Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizare a reactivilor. Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.	ISO, CE
4.3		BC-3D Control 3 x 3.0ml Tripack(1L, 1N, 1H)	105-003227-00 BC-3D Control 3 x 3.0ml Tri-pack(1L, 1N, 1H)	China	Mindray	ser 9 ml (2L x 3.0 ml). Reactivii să dispună de certificat, sau declarația CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray (sistem închis), eliberat de către producătorul Țrii/ărilor. Reactivii să fie obligatorii în ambalajul producătorului. Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizare a reactivilor. Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.	ser 9 ml (2L x 3.0 ml). Reactivii să dispună de certificat, sau declarația CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray (sistem închis), eliberat de către producătorul Țrii/ărilor. Reactivii să fie obligatorii în ambalajul producătorului. Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizare a reactivilor. Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.	ISO, CE
4.4		M-68 Probe Cleanser	105-002225-00 M-68 Probe Cleanser	China/Turcia	Mindray/Archem	flac 1 x 50 ml. Reactivii să dispună de certificat, sau declarația CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray (sistem închis), eliberat de către producătorul Țrii/ărilor. Reactivii să fie obligatorii în ambalajul producătorului. Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizare a reactivilor. Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.	flac 1 x 50 ml. Reactivii să dispună de certificat, sau declarația CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray (sistem închis), eliberat de către producătorul Țrii/ărilor. Reactivii să fie obligatorii în ambalajul producătorului. Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizare a reactivilor. Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.	ISO, CE

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Poata Vitalie În calitate de: Administrator
Ofertantul: SRL Biosistem mld Adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău

Specificații de preț

Numărul procedurii de achiziție:					ocds-b3wdp1-MD-1734935169394 din 29.12.2024							
Obiectul achiziției:					Reagenți și consumabile de laborator (sistem închis) pentru anul 2025							
Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/ prestare	Cod CPV	Clasificatie bugetara (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	Lot.1. Reactive pentru A-15 și A-25 Biosystems (sistem închis)	BILIRUBIN (TOTAL)	ml	2500	1.01	1.09	2 525.00	2 725.00	01.01.2025 - 31.12.2025	33100000-1	-	-
1.2		BILIRUBIN (DIRECT)	ml	2000	1.03	1.11	2 060.00	2 220.00	01.01.2025 - 31.12.2025	33100000-1	-	-
1.3		ALANINE AMINOTRANSFERASE (ALT/GPT)	ml	2500	2.22	2.40	5 550.00	6 000.00	01.01.2025 - 31.12.2025	33100000-1	-	-
1.4		ASPARTATE AMINOTRANSFERASE (AST/GOT)	ml	2500	2.22	2.40	5 550.00	6 000.00	01.01.2025 - 31.12.2025	33100000-1	-	-
1.5		GLUCOSE	ml	3500	0.63	0.68	2 205.00	2 380.00	01.01.2025 - 31.12.2025	33100000-1	-	-
1.6		UREA/BUN - UV	ml	2000	2.26	2.44	4 520.00	4 880.00	01.01.2025 - 31.12.2025	33100000-1	-	-
1.7		CREATININE	ml	2000	0.63	0.68	1 260.00	1 360.00	01.01.2025 - 31.12.2025	33100000-1	-	-
1.8		CHOLESTEROL	ml	3000	1.61	1.74	4 830.00	5 220.00	01.01.2025 - 31.12.2025	33100000-1	-	-
1.9		TRIGLYCERIDES	ml	2000	1.85	2.00	3 700.00	4 000.00	01.01.2025 - 31.12.2025	33100000-1	-	-
1.10		CHOLESTEROL HDL DIRECT	ml	1600	16.31	17.61	26 096.00	28 176.00	01.01.2025 - 31.12.2025	33100000-1	-	-
1.11		CHOLESTEROL LDL DIRECT	ml	1600	27.38	29.57	43 808.00	47 312.00	01.01.2025 - 31.12.2025	33100000-1	-	-
1.12		alpha-AMYLASE - DIRECT	ml	1000	10.44	11.28	10 440.00	11 280.00	01.01.2025 - 31.12.2025	33100000-1	-	-
1.13		PROTEIN (TOTAL)	ml	500	0.89	0.96	445.00	480.00	01.01.2025 - 31.12.2025	33100000-1	-	-
1.14		ALBUMIN	ml	250	0.89	0.96	222.50	240.00	01.01.2025 - 31.12.2025	33100000-1	-	-
1.15		URIC ACID	ml	2000	1.83	1.98	3 660.00	3 960.00	01.01.2025 - 31.12.2025	33100000-1	-	-
1.16		CALCIUM-ARSENazo	ml	500	1.26	1.36	630.00	680.00	01.01.2025 - 31.12.2025	33100000-1	-	-

1.17	IRON FERROZINE	ml	250	3.15	3.40	787.50	850.00	01.01.2025 - 31.12.2025	33100000-1	-	-
1.18	ALKALINE PHOSPHATASE (ALP)-AMP	ml	100	2.78	3.00	278.00	300.00	01.01.2025 - 31.12.2025	33100000-1	-	-
1.19	LIPASE BSA	ml	60	36.46	39.38	2 187.60	2 362.80	01.01.2025 - 31.12.2025	33100000-1	-	-
1.20	gamma- GLUTAMYL TRANSFERASE	ml	1000	4.18	4.51	4 180.00	4 510.00	01.01.2025 - 31.12.2025	33100000-1	-	-
1.21	alpha- AMYLASE - PANCREATIC	ml	400	41.68	45.01	16 672.00	18 004.00	01.01.2025 - 31.12.2025	33100000-1	-	-
1.22	C-REACTIVE PROTEIN (CRP)	ml	200	13.30	14.36	2 660.00	2 872.00	01.01.2025 - 31.12.2025	33100000-1	-	-
1.23	RHEUMATOID FACTORS (RF)	ml	100	9.39	10.14	939.00	1 014.00	01.01.2025 - 31.12.2025	33100000-1		
1.24	ANTI- STREPTOLYSIN O (ASO)	ml	100	15.64	16.89	1 564.00	1 689.00	01.01.2025 - 31.12.2025	33100000-1	-	-
1.25	HEMOGLOBIN A1C-DIRECT (HbA1C-DIR) BA	ml	576	88.75	95.85	51 120.00	55 209.60	01.01.2025 - 31.12.2025	33100000-1	-	-
1.26	C-REACTIVE PROTEIN (CRP) - SLIDE*	ml	16	57.72	62.34	923.52	997.44	01.01.2025 - 31.12.2025	33100000-1	-	-
1.27	RHEUMATOID FACTORS (RF)- SLIDE*	ml	16	52.13	56.30	834.08	900.80	01.01.2025 - 31.12.2025	33100000-1	-	-
1.28	ANTI- STREPTOLYSIN O (ASO) -SLIDE*	ml	16	52.13	56.30	834.08	900.80	01.01.2025 - 31.12.2025	33100000-1	-	-
1.29	BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM I (HUMAN)	ml	100	63.90	69.01	6 390.00	6 901.00	01.01.2025 - 31.12.2025	33100000-1	-	-
1.30	BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM II (HUMAN)	ml	100	63.90	69.01	6 390.00	6 901.00	01.01.2025 - 31.12.2025	33100000-1	-	-
1.31	BIOCHEMISTRY CALIBRATOR HUMAN	ml	50	63.90	69.01	3 195.00	3 450.50	01.01.2025 - 31.12.2025	33100000-1	-	-
1.32	HEMOGLOBIN A1C CONTROL (NORMAL)	ml	2	1 220.64	1 318.29	2 441.28	2 636.58	01.01.2025 - 31.12.2025	33100000-1	-	-
1.33	HEMOGLOBIN A1C CONTROL (ELEVATED)	ml	2	1 220.64	1 318.29	2 441.28	2 636.58	01.01.2025 - 31.12.2025	33100000-1	-	-
1.34	HEMOGLOBIN A1C- DIRECT (HbA1CDIR) STANDAR	ml	2	1 304.27	1 408.61	2 608.54	2 817.22	01.01.2025 - 31.12.2025	33100000-1	-	-
1.35	Calibrator Antistreptolizina O(ASO)	set	2	130.36	140.79	260.72	281.58	01.01.2025 - 31.12.2025	33100000-1	-	-
1.36	Calibrator Proteina Creativă (CRP)	set	2	130.36	140.79	260.72	281.58	01.01.2025 - 31.12.2025	33100000-1	-	-
1.37	Calibrator Factorul Reumatic (RF)	set	2	130.36	140.79	260.72	281.58	01.01.2025 - 31.12.2025	33100000-1	-	-
1.38	Reuma control I	set	4	830.47	896.91	3 321.88	3 587.64	01.01.2025 - 31.12.2025	33100000-1	-	-



1.39		Reuma control II	set	4	830.47	896.91	3 321.88	3 587.64	01.01.2025 - 31.12.2025	33100000-1	-	-
						TOTAL LOT 1	231 373.30	249 886.34			-	-
2.1	Lot.2. Consumabile pentru A-15 și A-25 Biosystems (sistem închis)	REACTION ROTOR	buc	600	172.36	206.83	103 416.00	124 098.00	01.01.2025 - 31.12.2025	33100000-1	-	-
2.2		CONCENTRATED WASHING SOLUTION	ml	600	15.85	19.02	9 510.00	11 412.00	01.01.2025 - 31.12.2025	33100000-1	-	-
2.3		CONCENTRATED SYSTEM LIQUID 1 L	ml	2000	1.33	1.60	2 660.00	3 200.00	01.01.2025 - 31.12.2025	33100000-1	-	-
2.4		WASHING SOLUTION 1 L	ml	3000	0.96	1.15	2 880.00	3 450.00	01.01.2025 - 31.12.2025	33100000-1	-	-
						TOTAL LOT 2	118 466.00	142 160.00			-	-
3.1	Lot.3. Piese de schimb pentru A-15 și A-25 Biosystems (sistem închis)	6V/10W HAL. LAMPS PACK - A-15	buc	1	931.80	1 118.16	931.80	1 118.16	01.01.2025 - 31.12.2025	33100000-1	-	-
3.2		THICK PROBE	buc	1	6 414.82	7 697.78	6 414.82	7 697.78	01.01.2025 - 31.12.2025	33100000-1	-	-
3.3		12V/20W HALOGEN LAMP - A-25	buc	1	1 838.85	2 206.62	1 838.85	2 206.62	01.01.2025 - 31.12.2025	33100000-1	-	-
						TOTAL LOT 3	9 185.47	11 022.56			-	-
4.1	Lot.4. Reactive pentru analizatorul hematologic BC-30s Mindray (sistem închis)	M-30D DILUENT	l	360	43.08	46.53	15 508.80	16 750.80	01.01.2025 - 31.12.2025	33100000-1	-	-
4.2		M-30CFL LYSE	ml	6000	2.35	2.54	14 100.00	15 240.00	01.01.2025 - 31.12.2025	33100000-1	-	-
4.3		BC-3D Control 3 x 3.0ml Tripack(1L, 1N, 1H)	ml	54	237.39	256.38	12 819.06	13 844.52	01.01.2025 - 31.12.2025	33100000-1	-	-
4.4		M-68 Probe Cleanser	ml	500	8.69	10.43	4 345.00	5 215.00	01.01.2025 - 31.12.2025	33100000-1	-	-
						TOTAL LOT 4	46 772.86	51 050.32			-	-
						TOTAL Oferta	405 797.63	454 119.22				

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Poiata Vitalie În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL Biosistem mld Adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău

IDNO: 1010600028048;
adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău
tel. +373-22-808719, fax +373-22-808519
e-mail: biosistem.mld@gmail.com

**Către Grupul de lucru pentru evaluarea
Procedurii de achiziție Nr:
ocds-b3wdp1-MD-1734935169394 din 29.12.2024
din cadrul I.M.S.P. CENTRUL MEDICILOR DE FAMILIE FLORESTI**

DECLARAȚIE

Prin prezenta, SRL „Biosistem mld”, declara ca:

- Va prezenta mostrele in decurs de 5 zile calendaristice de la solicitare

Data completării: 26.12.2024

Cu stimă,

Poata Vitalie

Administrator

SRL Biosistem mld _____

(semnătura)