

Formularul ofertei (F3.1)

Data depunerii ofertei: "21" noiembrie 2019

Alternativa Nr.: Nu se oferă

Către: IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie si Ortopedie

[numele deplin al autorității contractante]

IM „Vivamed Internațional” SRL declară că:

[denumirea ofertantului]

- a) Au fost examinate și nu există rezervări față de documentele de atribuire, inclusiv modificările nr. - nu au avut loc.

[introduceți numărul și data fiecărei modificări, dacă au avut loc]

- b) **IM „Vivamed Internațional” SRL** se angajează să furnizeze/presteze, în conformitate cu documentele de atribuire și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și preț, următoarele bunuri : **Achiziționarea ultrasonografului general MSK, performanța înaltă**

- c) Suma totală a ofertei fără TVA constituie:

771690,00 lei MD.

[introduceți prețul pe loturi (unde e cazul) și totalul ofertei în cuvinte și cifre, indicând toate sumele și valutele respective]

- d) Suma totală a ofertei cu TVA constituie:

926028,00 lei MD.

[introduceți prețul pe loturi (unde e cazul) și totalul ofertei în cuvinte și cifre, indicând toate sumele și valutele respective]

- e) Prezenta ofertă va rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în **FDA 4.8.**, începând cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu **FDA 5.2.**, va rămâne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;

- f) În cazul acceptării prezentei oferte, **IM "Vivamed Internațional" SRL** angajează să obțină o Garanție de bună execuție în conformitate cu **FDA7**, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.

- g) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu punctul **IPO5.4**.

- h) Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice, în conformitate cu punctul **IPO5.5**.

Semnat: _____

[semnătura persoanei autorizate pentru semnarea ofertei]

Nume: Valeriu Beregoi

În calitate de: Director

Ofertantul: IM „Vivamed Internațional” SRL

Adresa: mun. Chișinău, str. Bogdan Voievod, 7

Data: "21" noiembrie 2019



ORDIN DE PLATĂ Nr.		329	DATA EMITERII		21 Noiembrie 2019	TIP.DOC. 1	
PLĂTIȚI		7,720.00	MDL Sapte mii sapte sute douazeci lei 00 bani				
PLĂTIȚOR (R) VIVAMED INTERNATIONAL IM SRL			CODUL IBAN		MD96PR002224390033431701		
			CODUL FISCAL		1007600028965		
			CONTUL TREZORERIAL				
PRESTATORUL PLATITOR			BC "ProCredit Bank" SA			CODUL BANCII	
BENEFICIAR (R)Spitalul Clinic Traumatologie si Ortopedie			CODUL IBAN		MD36ML000000002251617418		
			CODUL FISCAL		1003600150598		
			CONTUL TREZORERIAL				
PRESTATORUL BENEFICIAR			Moldindconbank S.A.			CODUL BANCII	
DESTINAȚIA PLĂȚII Plata pentru garantia pentru oferta la Licitatia Publica Nr. 21014467 din 22.11.2019				TIPUL TRANSFERULUI NORMAL/URGENT N			
CODUL TRANZACȚIEI		DATA PRIMIRII		DATA EXECUTĂRII		SEMNĂTURA EMITENTULUI	
							
				SEMNĂTURA PRESTATORULUI			
				L.S.			
MOTIVUL REFUZULUI				Mentiunile bancii: Internet -Banking Nr.REF - 90609132			

Ordinul de plată este primit de Bancă - 21-11-2019 16:57:24

Statutul ordinului de plată la ora 17:01:31 21-11-2019 : Executat de bancă

	Data: 21 noiembrie 2019	Alternativa : Nu se oferă
		Pagina:1 din 1

Specificații Tehnice (F4.1)

Numarul LP: 21014467

Denumirea Autoritatii Contractante: IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie si Ortopedie

Denumirea LP: "Achizitionarea ultrasonografului"

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Articolului	Tara de origine	Producăto rul	Specificația tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de Referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	33100000-1	Ultrasonograf general MSK, performanta inalta, in set cu accesorii conform necesitatilor IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie si Ortopedie	Acuson Juniper	Germania	Siemens	conform anuntului de participare	Conform specificatiei tehnice anexate	CE, ISO

Numele, prenumele: Beregoi Valeriu

În calitate de: Director

Ofertantul: IM "Vivamed International" SRL

Adresa: mun. Chisinau, str. Bogdan Voievod, 7



Vivamed International prezintă

Ultrasonograf General, MSK, performanță înaltă Acuson Juniper fabricat de firma Siemens Germania

Ultrasonograf General, MSK, performanță înaltă			Acuson Juniper
Caractristici tehnice			Acuson Juniper Data sheets
APLICAȚII CLINICE		General, vascular, musculoscheletal, abdominal, părți mici, articulatii	Da
PROBE PORTURI		≥3	5
PROBE TIP, MHz	Linear	7 – 18 Mhz	18H5 p 13
	Convex	1– 6 Mhz	5C1 p 12
	Linear	4-11 Mhz	11L4 p
	Multifrecventa min 9 frecvente	da	9 p14
NIVELE DE GRI		≥256	256
GAMA DINAMICĂ		≥180 dB	329 p9
Adâncimea scanării		≥ 39 cm	30 p12
Diapazon frecventa		≥1-18 Mhz	
Sonde acceptate de sistem		Lineare matriciale, convexe matriciale, TEE, intra-operative, Sectoriale	P12
		matriciale, volumetrice matriciale 4D, CW pencil,	P12
POSTPROCESARE		da	Da p14
IMAGINE MODURI	M-mod	da	Da p14
	M-mod și 2-D	da	Da p14
	Phased Array Inversed Harmonics	da	Da p14
	B-Flow Angio	da	Da p14
	M-Mode color	da	Da p14
	Compunere spatiaala	da	Da p14
	Armonici tisulare diferențiale	da	Da p14
DOPPLER	Tip	CW, PW, CFM, Tisular	Da p15
	Flux dinamic avansat	da	Da p15
	Masurători automatizate	da	Da p

	Power Doppler	da	Da p15
	Duplex	da	Da p15
	Triplex	da	Da p15
FUNCTİONALITĂȚI	Măsurători digitale	da	Da p15
	Diapazon dinamic selectabil	da	Da p9
	Focalizare de transmisie ajustabilă	da	Da p14
	Focalizare de recepție dinamică	da	Da p14
	Vizualizare microcalcinate	da	Da p 15
	Vizualizare micro –vasculara cu flux redus	da	Da p p15
	Speckle tracking-monitorizarea miscarii peretelui cardiac in timp real pentru fiecare segment al cordului	Da(Optional)	Da p21
	Elastografie prin shear wave	Da (optional)	Da Optional p22
	Regim panoramic musculoscheletal	da	Da p23
	Măsurători pe reluarea video	da	Da p 24
PAN/ZOOM	image în timp real	da	Da p15
	image înghețată	da	Da p15
STOCARE IMAGINI	Capacitate	≥500GB SSD	500 SSD p 11
	USB	da	Da p11
	Cine	da	Da p14
DICOM 3.0		da	Da p24
Monitor integrat de control touch		≥8"	13,3" p9
PACHETE DE ANALIZĂ	Vascular	da	Da p19
	Speckle tracking (optional)	da	Da p19 Optional
	Musculoscheletal	da	Da p19
	Abdominal	da	Da p19
	Părți mici	da	Da p19
	Stress-Echo (Optional)	da	Da p22
POSIBILITATE LA UPGRADE		da	Da p25
MONITOR PLIABIL		≥21»	21.5" p9
BATERIE Incorporata		da	Da p24
DIVIZARE MONITOR		da	Da p9
PRINTER INCORPORAT		da	Da p24



Specificații Tehnice (F4.2)

Autoritatea Contractantă: IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie si Ortopedie
 Denumirea licitației: "Achiziționarea Ultrasonografului General MSK, performanta inaltă în set cu accesorii conform necesitatilor IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie si Ortopedie pentru anul 2019 "
 Data: 21 noiembrie 2019 Alternativa nr.: Nu
 Pagina: 1 din 1

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Un. de măsură	Cantitat ea	Preț Unitar fără TVA	Preț Unitar cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare /prestare
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	33100000-1	Ultrasonograf general MSK,performanta inalta,in set cu accesorii conform necesitatilor IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie si Ortopedie	buc	1	771690,00	926028,00	771690,00	926028,00	la solicitare
Suma totală în Lei MD:									
							771690,00	926028,00	

EC DECLARATION OF CONFORMITY

Manufacturer Siemens Medical Solutions USA, Inc.
685 East Middlefield Road
Mountain View, CA 94043 USA

Facility Siemens Healthineers Ltd.
2nd~3rd Floor, 143, Sunhwan-ro, Jungwon-gu
Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea
Transducer Facility – See page 2

EC Representative Siemens Healthcare GmbH
Henkestr. 127, 91052 Erlangen, Germany

Type of device Diagnostic Ultrasound System

Medical device ACUSON Juniper Diagnostic Ultrasound System

Product identification See page 2-3

GMDN Code/Term: 40761/ Ultrasound system, imaging, general-purpose

Classification Class IIa (according to Annex IX Council Directive 93/42/EEC)

We declare the compliance of the above medical device is in conformity with the following Directive(s):

Council Directive 93/42/EEC

The conformity of the full quality assurance system according to Annex II without Chapter II.4 is certified by:

TÜV SÜD Product Service GmbH
Ridlerstrasse 65
80339 Muenchen
Germany

The identification number of the notified body for implementation of the procedure set out in Annex II to the above Directive is 0123.

Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council
Relevant Harmonized Standard: <EN 50581:2012>


This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of Siemens Medical Solutions USA, Inc.

This declaration supersedes any declaration issued previously for the same product.

Place and date Mountain View, CA, Feb. 8, 2018

Name Mazi Kiani
(Head of Quality Management)

Signature



For conditions of guarantee and liability please refer to our General Conditions of Sale.

Product identification		
System	Labeled Part Number	
ACUSON Juniper™ Diagnostic Ultrasound System	11335791	
Transducer Facility	Transducer Name	Pricebook PN Labeled PN
Siemens Healthineers Ltd. 2nd & 3rd Venture Building Pohang Technopark, 394, Jigok-ro, Nam-gu Pohang-si Gyeongsangbuk-do, Republic of Korea	5P1	11335890 11014154
	8V4	11335891 11284847
	10V4	11335892 11319697
	11L4	11335914 11284844
	12L3	11335918 11268279
	16L4	11335921 11284846
	5C1	11335900 11268278
	7C2	11335902 11268277
	10MC3	11335904 11268679

Product identification

Transducer Facility	Transducer Name	Pricebook PN Labeled PN
Sound Technology, Inc. 401 North Science Park Road, State College Pennsylvania, 16803, USA	CW2	11235559 10789380
	CW5	11235560 10789381
	8VC3	11335896 11284921
	9VE3	11335897 11284922
Konica Minolta Technoproducs Co., Ltd. 1 Sakura-machi, Hino-shi Tokyo, 191-8511, Japan	11M3	11335893 11284923
	9MC3,	11335910 11284920
HumanScan Co., LTD Room 301~303, 319~320 Sihwa APT Factory, Jiwon-ro 107 Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do Republic of Korea	18H5	11335925 11284924

