

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocde-b3wdp1-MD-1695990213000 din 3 noiembrie 2023

Obiectul achiziției: Achiziția Dispozitivelor medicale conform necesitatilor IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală (repetat) (lista suplimentară nr.33)

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lot 2 Microcentrifuga	Microcentrifuga MPW-55	Polonia	MPW MED.INSTRUMENTS	Pentru tuburi tip Eppendorf, capacitate recipientelor- 12 tuburi x1,5 /2,0 ml, cu rotor unghiular. Gama de control al vitezei 1000 - 14500 rpm (increment 100 rpm). Domeniul relativ de control al forței centrifuge 50–12.400 × g. Setarea timpului digital 15 s - 30 min (increment 15 s - 1 min). Semnal sonor cu temporizator +. Timp de accelerare de până la 14.500 rpm 10-20 s. Timp de încetinire, nu mai mult 10 s. Siguranță: Diagnosticul dezechilibrului rotorului: oprire automată, avertizare „IMBALANCE” +.	-Da, capacitatea rotorului este de 12 tuburi.Acestea pot fi de tip Eppendorf, cu capacitate de 1,5/2.0 ml (broșura pag.3) -Da, centrifuga poate fi configurată cu rotor unghiular, nr. 11202 (broșura pag.3) -Da, viteza de centrifugare poate fi setată în intervalul 100 - 14500 RPM, cu increment de 100 RPM (broșura pag.2) -Superior, forța maximă de centrifugare este de 15279 xg (broșura pag.2, 4) -Superior, timpul de centrifugare poate fi setat și afișat pe ecran digital, în intervalul 15s- 99 min 45s, cu increment de 15 s (broșura pag.2) -Da, semnalul sonor completează informațiile furnizate optic, fiecare bip este contorizat, numărul lor având anumite semnificații menționate în manual, timpul, viteza și	CE/ISO Inregistrare amdm: DM000459 715 din 03.04.2023

				Dimensiuni generale 200x240x125 mm ($\pm 15\%$). Greutate 3-4 kg, interiorul camerei de centrifugare si capacul protector din material inoxidabil.4	acceleratia fiind atasate pe ecran (manual de instructiuni pag. 16,17) -Da, timpul maxim de accelerare este de 15279 x g. Atat pentru accelerare cat si pentru decelerare exista 3 caracteristici liniare, cea mai rapida fiind caracteristica numarul 1 (manual pag.16) -Da, timpul maxim de accelerare de pana la 14.500 rpm este de 10-20 s si timpul de incetinire, nu mai mult de 10 s (conform declaratiei atasate) -Da, centrifuga este echipata cu un senzor care determina orice dezechilibru de la nivelul rotorului. Astfel, procesul de centrifugare este oprit imediat si este afisat un mesaj de eroare (manual de instructiuni pag.12) - Da, centrifuga MPW-55 are urmatoarele dimensiuni (HxWxD): 140 x 220 x 270 mm (brosura pag.2) -Da, greutatea centrifugii este de 4 kg (brosura pag.2) -Da, interiorul camerei de centrifugare si a capacului este realizat dintr-o foaie groasa de otel inoxidabil (manual instructiuni pag.13)	
--	--	--	--	---	---	--

Semnat: _____

Numele, Prenumele:Mihnea Ioan Grecu
În calitate de:Administrator
Ofertantul: „X-Lab Solutions” SRL
Adresa: mun.Chisinau, str. Negreșteni 9, ap.(of.)11