

Specificații tehnice (F4.1)

Licitatie deschisa nr. 21015700				Data: „31” Decembrie 2019		Alternativa nr.: _____		
Denumirea licitatiei: "reagenti de laborator pentru anul 2020 "				Lot: _____		Pagina: __ din __		
Nr. Lot/ pozitie	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articoului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lotul III Reagenți,calibratori și material de control p/u coagulometru.CA-02								
3.1	33696500-0	Protombina liofilizata în set cu bufer de Calciu	A0230-100	Germania	Teco	Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, Ambalajul reactivilor trebuie să fie ≤ 5 ml, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.	Reactivii dispun de declaratia CE, Ambalajul reactivilor trebuie să fie 10 fl x 10ml,	Certificat CE; ISO
3.2	33696500-0	Fibrinogen	A0511-050	Germania	Teco	Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, Ambalajul reactivilor trebuie să fie ≤ 2 ml, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.	Reactivii dispun de declaratia CE, Ambalajul reactivilor trebuie să fie 10 fl x 2ml,	Certificat CE; ISO
3.3	33696500-0	Imidazol	A0590-125	Germania	Teco	Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, Ambalajul reactivilor trebuie să fie ≤ 15 ml, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.	Reactivii dispun de declaratia CE, Ambalajul reactivilor trebuie să fie 1 fl x 125 ml,	Certificat CE; ISO
3.4	33696500-0	Plasmă de control cu nivel normal (PT,FIB,TT,APTT)	P6001-010	Germania	Teco	Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, Ambalajul reactivilor trebuie să fie ≤ 1 ml, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.	Reactivii dispun de declaratia CE, Ambalajul reactivilor 1 ml	Certificat CE; ISO
3.5	33696500-0	Plasmă de control cu nivel patologic (PT,FIB,TT,APTT)	P6101-010	Germania	Teco	Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, Ambalajul reactivilor trebuie să fie ≤ 1 ml, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.	Reactivii dispun de declaratia CE, Ambalajul reactivilor 1 ml	Certificat CE; ISO

3.6	33696500-0	Plasmă de Calibrare (PT,FIB,TT,APTT)	P8001-010	Germania	Teco	Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, Ambalajul reactivilor trebuie să fie ≤ 1 ml, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.	Reactivii dispun de declaratia CE, Ambalajul reactivilor 1 ml	Certificat CE; ISO
LOTUL X Reagenți pentru investigații clinice generale								
10.1	33696500-0	Set pentru colorația Gram	K001	India	Himedia	Flacoane : Cristal violet (200ml), Iodin (200 ml), Decolorizant (2x200 ml) , Safranin (200 ml)	Gram's Crystal Violet (S012)(Solution A) - Crystal Violet 2.000 gm, Ethyl alcohol,95% 20.000 ml, Gram's Crystal Violet (S012)(Solution B) - Ammonium oxalate 0.800 gm, Distilled Water 80.000 ml, Gram's Decolorizer(S032) -Ethyl alcohol, 95% 50.0 m, Acetone 50.0 ml , Gram's Iodine(S013) -Iodine 1.000 gm, Potassium iodide 2.000 gm, Distilled water 300.000 ml, Safranin,0.5% w/v(S027) Safranin O 0.500 gm, Ethyl alcohol, 95% 100.000 m	Certificat CE; ISO
LOTUL XII Reagenți pentru investigații serologice								
12.1	33696500-0	Antigen cardioplipinic pentru RMP (reagent 1- 10 fl.x2 ml, reag. 2 -sol. hlorin clorid 2 fl.x5 ml) Setul sa includă control pozitiv, control negativ pentru RMP(MRS)	03.07.3k	Federația Rusă	Ekolab	Cutie: reagent 1- (10 fiole x 2ml , reag. 2 -sol. hlorin clorid 2 fl.x5 ml) Flacon cu volum de 1 ml	Cutie: reagent 1- 7 fl x 10 ml , Control pozitiv și negativ, set = 2000 teste	Certificat ISO
LOTUL XV Reagenți pentru investigații clinice generale								
15.1	33696500-0	Test rapid pentru deteminarea singelui onste în materii fecale	72001	SUA	Lumiquick	Setul va contine:dispozitivul de diagnosticare, in forma de caseta cu banda/test imunocromotografic. Tuburi colectoare pentru probe cu onster .Marcaj CE, nr. Lot	Setul va contine:dispozitivul de diagnosticare, in forma de caseta cu banda/test imunocromotografic. Tuburi colectoare pentru probe cu onster .Marcaj CE, nr. Lot	Certificat CE; ISO
Lotul XVI. Specificații standart pentru investigații serologice								
16.1	33696500-0	RPR-Carbon-p/u MRS(Luis) Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj securizat, marcat și etichetat de producator Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj,să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set,sa fie de la acelasi producator.	8.00.18.0.0500	Marea Britanie	Atlas Medical	RPR-Reagent 5ml RPR-Control positive,RPR-Control negative,lama slaid de unica folosinta,baghete de amestecat	RPR-Reagent 10ml x 2 fl RPR-Control positive,RPR-Control negative,lama slaid de unica folosinta,baghete de amestecat	Certificat CE; ISO
Lotul XVIII Test-Stripuri pentru analizatorul de urina URYXXON Relax						La câștigul lotului 18 vom dona un analizator de urină Mission U120 smart.		

18.1	33696500-0	Test strip pentru analiza urinei la analizatorul Uryxon Relax	Mission 11A	SUA	ACON	Metoda calitativă de culoare, Glucoza -2,8 mmol/l; cetone 10mg /dl; nitrite 0,05 mg /dl; onster 10mg /dl; bilirubina 0,5 mg /dl; leucocite urobilinogen 0,5 mg /dl; Hb 0,015mg/dl; greutatea onster 1000 -1030; pH 5 -9, Medi-test Combi 11 urine test, Strip –test, Set/100 teste	La câștigul lotului 18 vom dona un analizator de urină Mission U120 smart. Metoda calitativă de culoare, Glucoza -2,8 mmol/l; cetone 10mg /dl; nitrite 0,05 mg /dl; onster 10mg /dl; bilirubina 0,5 mg /dl; leucocite urobilinogen 0,5 mg /dl; Hb 0,015mg/dl; greutatea onster 1000 -1030; pH 5 -9, Medi-test Combi 11 urina test, Strip –test, Set/100 teste	Certificat CE; ISO	
18.2	33696500-0	Control p/u urina Normal p/u analizorul Uryxon Relax	U021-011	SUA	ACON	Metoda calitativă de culoare, Glucoza -2,8 mmol/l; cetone 10mg /dl; nitrite 0,05 mg /dl; onster 10mg /dl; bilirubina 0,5 mg /dl; leucocite urobilinogen 0,5 mg /dl; Hb 0,015mg/dl; greutatea onster 1000 -1030; pH 5 -9, Lichid gata de folosire, Flacon cu vol 15 ml	Lichid gata de folosire, Flacon 10 ml x2	Certificat CE; ISO	
18.3	33696500-0	Control p/u urina Patologic p/u analizorul Uryxon Relax	U021-011	SUA	ACON	Metoda calitativă de culoare, Glucoza -2,8 mmol/l; cetone 10mg /dl; nitrite 0,05 mg /dl; onster 10mg /dl; bilirubina 0,5 mg /dl; leucocite urobilinogen 0,5 mg /dl; Hb 0,015mg/dl; greutatea onster 1000 -1030; pH 5 -9, Lichid gata de folosire, Flacon cu vol 15 ml	Lichid gata de folosire, Flacon 10 ml x2	Certificat CE; ISO	
Lotul XIX Specificatii standart p-u investigatii imunologice									
19.1	33696500-0	HBs Ag teste expres(cartedje)	71004	SUA	Lumiquick	cartedje	cartedje	cartedje	Certificat ISO
Lotul XXV Specificatii standart p-u investigatii imunologice									
25.1	33696500-0	ASLO-LATEX	8.00.02.0.0100	Marea Britanie	Atlas Medical	Cerințe generale* + notă*, Latex-Test	Cerințe generale* + notă*, ASO Latex Kit, 100 Teste (4ml Latex, 2x1.0ml control)	Certificat CE; ISO	
25.2	33696500-0	RF-LATEX	8.00.04.0.0100	Marea Britanie	Atlas Medical	Cerințe generale* + notă*, Latex-Test	Cerințe generale* + notă*, Latex-Test, RF Latex Kit, 100 Teste (4ml Latex, 2x1.0ml control)	Certificat CE; ISO	
25.3	33696500-0	CPR-LATEX	8.00.00.0.0100	Marea Britanie	Atlas Medical	Cerințe generale* + notă*, Latex-Test	Cerințe generale* + notă*, CRP Latex Kit, 100 Teste (4ml Latex, 2x1.0ml Control)	Certificat CE; ISO	
LOTUL XXVI. Veselă și articole de ustensilă									
26.1	33696500-0	Eprubete 16x100 de 10 ml din plastic	318304	Italia	Syntesys	Cu volum de 10 ml, fără capac cu etichetă, ambalate de producator	Cu volum de 10 ml, fără capac cu etichetă, ambalate de producator	Certificat CE; ISO	
LOTUL XXXIII Veselă și articole de ustensilă									
33.1	33696500-0	Slaiduri pentru microscopia urinei	212015	Italia	Syntesys	lame din plastic cu 10 despărțituri set/100 buc	lame din plastic cu 10 despărțituri set/100 buc	Certificat ISO	
LOTUL XXXVIII Veselă și articole de ustensilă									
38.1	33696500-0	Container colectarea deșeurilor medicale	PBS06LT	Italia	Syntesys	Cu volumul de 0,6 litri culoare galbena cu simbolul pericol biologic	Cu volumul de 0,6 litri culoare galbena cu simbolul pericol biologic	Certificat CE; ISO	

Semnat: _____ Numele, prenumele: Goreacii Vitalie. În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL Sanmedico Adresa: Mun Chișinău, str. A.Corobceanu 7A, ap.9