

## Specificații tehnice (F4.1)

|                                                                                                                         |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Numărul licitației: <b>ocds-b3wdp1-MD-1612357953760</b>                                                                 | Data: 10.03.2021 |
| Denumirea licitației: Servicii de mentenanța și deservire a dispozitivelor medicale și piese de schimb pentru anul 2021 | Lot: 3.          |

| Nr. d/o                             | Cod CPV            | Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor | Modelul articolului              | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant                                                                                                                                                                                                 | Standarde de referință |
|-------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1                                   | 2                  | 3                                        | 4                                | 5               | 6            | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8                                                                                                                                                                                                                                                      | 9                      |
| <b>Lotul 3: Generator de oxigen</b> |                    |                                          |                                  |                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |
| <b>3.</b>                           | <b>50400 000-9</b> | <b>Generator de oxigen</b>               | <b>IMT-PO 2150 OV AP 500/1.0</b> | -               | -            | Mentenanța 3 ori pe an conform manualului de deservire a generatorului. Timpul de intervenție în caz de defect până la 12 ore Timpul înlăturării defectelor nu va fi mai mare de 48 ore. Certificat de studii de la producătorii Inmatech si Botarine. Certificat de la producător privind eliberarea cheilor de acces în sistemul electronic de comandă a generatorului de oxigen. | Mentenanța 3 ori pe an conform manualului de deservire a generatorului. Timpul de intervenție în caz de defect până la 12 ore Timpul înlăturării defectelor nu va fi mai mare de 48 ore. Certificat de studii de la producătorii Inmatech si Botarine. | <b>ISO, CE</b>         |

**Semnat electronic**

**Numele, Prenumele: Loghinov Rodion**

**În calitate de: Administrator**

**Ofertantul: Moldan- Service SRL**

**Adresa: mun. Chisinau, str. Sciusev 16**