

Specificatii tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1616494059273	Data: 2 apr 2021, 9:00 - 14 apr 2021, 8:30	Alternativa nr.: nu
Denumirea licitației:	Deservirea și întreținerea dispozitivelor medicale – 2021	Lot: 1,2,6	Pagina: 1 din 2

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Prod u-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar de referință
1		2	3	4	5	6	7	8
14	50421 000-2	RMN Hitachi ECHELON OVAL	-	-	-	Punte (Gantry): Verificarea funcționalității tuturor indicatoarelor; Testarea funcționalității butonului STOP; Curățarea ventilatoarelor filtrelor și a carcasei de praf (inclusiv dispozitivul pe interior); Testarea funcționalității a indicatorului laser; Masă pacient: Testarea mișcării mesei în plan longitudinal, transversal, vertical; Verificarea rulmenților și schimbarea lor după necesitate; Consola Operatorului: Verificarea funcționalității butonului EMERGENCY; Curățarea de praf a ventilatoarelor, plășilor electrice și a carcasei; Testarea funcționalității printerului laser prin implementarea mentenanței preventive conform manualului tehnic; Bloc IPDU: Curățare de praf a întregului bloc; Testarea tensiunilor de alimentare a modului DC; Bloc RFCU: Curățare de praf a întregului bloc; Verificarea conexiunii cablajelor electrice; Bloc GCPA (bobina de gradient): Verificare la scurgeri de apă; Testarea momentului de rotație pentru cablajele	Punte (Gantry): Verificarea funcționalității tuturor indicatoarelor; Testarea funcționalității butonului STOP; Curățarea ventilatoarelor filtrelor și a carcasei de praf (inclusiv dispozitivul pe interior); Testarea funcționalității a indicatorului laser; Masă pacient: Testarea mișcării mesei în plan longitudinal, transversal, vertical; Verificarea rulmenților și schimbarea lor după necesitate; Consola Operatorului: Verificarea funcționalității butonului EMERGENCY; Curățarea de praf a ventilatoarelor, plășilor electrice și a carcasei; Testarea funcționalității printerului laser prin implementarea mentenanței preventive conform manualului tehnic; Bloc IPDU: Curățare de praf a întregului bloc; Testarea tensiunilor de alimentare a modului DC; Bloc RFCU: Curățare de praf a întregului bloc; Verificarea conexiunii cablajelor electrice; Bloc GCPA (bobina de gradient): Curățare de praf a întregului bloc; Verificarea conexiunii cablajelor electrice; Bloc GCPA (bobina de gradient):	CE/ISO

						fixate a bobinei de gradient; Bloc ERDU și compresoarele: Copierea jurnalului istorie, cu verificarea funcționalității ERDU; Schimbul Cold Head; Curățare de praf pe interior; Bloc EXCU: Verificare la scurgeri de apă; Schimbul apei; Ajustări: Testare după fantom FOV; Verificarea și ajustarea parametrilor semnalului-zgomot; Verificarea și ajustarea parametrilor semnalului-zgomot cu T/R Body bobină; DryPix 4000 plus Curatarea, calibrarea și repararea dispozitivului.	Verificare la scurgeri de apă; Testarea momentului de rotație pentru cablajele fixate a bobinei de gradient; Bloc ERDU și compresoarele: Copierea jurnalului istorie, cu verificarea funcționalității ERDU; Schimbul Cold Head; Curățare de praf pe interior; Bloc EXCU: Verificare la scurgeri de apă; Schimbul apei; Ajustări: Testare după fantom FOV; Verificarea și ajustarea parametrilor semnalului-zgomot; Verificarea și ajustarea parametrilor semnalului-zgomot cu T/R Body bobină; DryPix 4000 plus Curatarea, calibrarea și repararea dispozitivului. Conform pct. 35 ”Alte informații relevante” a anunțului de participare	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** În calitate de: **director general**

Ofertantul: **FCPC ”DataControl” SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. N. Testemițanu 17/6**