

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)
pentru IMSP Spitalul Clinic al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale

Nr. Licitației: ocds-b3wdp1-MD-1607373957884	Data: 28 decembrie 2020
Denumirea Licitației: Reagenti,calibratori si material de control pentru cuagulometrul CA-500, Sysmex, Japonia	

Nr	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Lotul 1: Reagenti, calibratori si material de control pentru cuagulometrul CA-500, Sysmex, Japonia						
1.1	33696500-0	Standard Human Plasma	Standard Human Plasma	Germania	Siemens	Cerinte generale,amb.10 x 1,ml. Firma furnizoare de reactivi sa dispuna de ingineri calificati, certificati de producatorul echipamentului pentru deservirea gratuita a echipamentului in cauza, pe perioada de utilizare a reactivelor,precum si participarea lor la reprogramari, calibrari, controale de calitate.	Conform cerințelor; ambalaj 10 x 1 ml;	CE, ISO
1.2	33696500-0	Normal Control Control plasma N	Control Plasma N	Germania	Siemens	Cerinte generale,amb.10 x 1,mlFirma furnizoare de reactivi sa dispuna de ingineri calificati,certificati de producatorul echipamentului pentru deservirea gratuita a echipamentului in cauza, pe perioada de utilizare a reactivelor,precum si participarea lor la reprogramari,calibrari,controale de calitate.	Conform cerințelor; ambalaj 10 x 1 ml;	CE, ISO
1.3	33696500-0	Pathological control Control plasma P	Control plasma P	Germania	Siemens	Cerinte generale,amb.10 x 1,mlFirma furnizoare de reactivi sa dispuna de ingineri calificati,certificati de producatorul echipamentului pentru deservirea gratuita a echipamentului in cauza, pe perioada de utilizare a reactivelor,precum si participarea lor la reprogramari,calibrari,controale de calitate.	Conform cerințelor; ambalaj 10 x 1 ml;	CE, ISO
1.4	33696500-0	PT Multicalibrator	PT Multicalibrator	Germania	Siemens	Cerinte generale,amb 6 x 1mlFirma furnizoare de reactivi sa dispuna de ingineri calificati,certificati de producatorul echipamentului pentru deservirea gratuita a echipamentului in cauza, pe perioada de utilizare a reactivelor,precum si participarea lor la reprogramari,calibrari,controale de calitate.	Conform cerințelor; ambalaj 6 x 1 ml;	CE, ISO

Nr	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.5	33696500-0	Tromborel S	Tromborel S	Germania	Siemens	Cerinte generale, amb. 10 x 4mlFirma furnizoare de reactivi sa dispuna de ingineri calificati,certificati de producatorul echipamentului pentru deservirea gratuita a echipamentului in cauza, pe perioada de utilizare a reactivelor,precum si participarea lor la reprogramari,calibrari,controale de calitate.	Conform cerințelor; ambalaj 10 x 4 ml;	CE, ISO
1.6	33696500-0	Thrombin (100NIH)	Thrombin (100NIH)	Germania	Siemens	Cerinte generale, amb.10 x 4mlFirma furnizoare de reactivi sa dispuna de ingineri calificati,certificati de producatorul echipamentului pentru deservirea gratuita a echipamentului in cauza, pe perioada de utilizare a reactivelor,precum si participarea lor la reprogramari,calibrari,controale de calitate.	Conform cerințelor; ambalaj 10 x 1 ml;	CE, ISO
1.7	33696500-0	Owren's Veronal Buffer	Owren's Veronal Buffer	Germania	Siemens	Cerinte generale,amb 10 x 15mlFirma furnizoare de reactivi sa dispuna de ingineri calificati,certificati de producatorul echipamentului pentru deservirea gratuita a echipamentului in cauza, pe perioada de utilizare a reactivelor,precum si participarea lor la reprogramari,calibrari,controale de calitate.	Conform cerințelor; ambalaj 10 x15 ml;	CE, ISO
1.8	33696500-0	CA Clean I	CA Clean I	Japonia	Sysmex	Cerinte generale, amb. 50 mlFirma furnizoare de reactivi sa dispuna de ingineri calificati,certificati de producatorul echipamentului pentru deservirea gratuita a echipamentului in cauza, pe perioada de utilizare a reactivelor,precum si participarea lor la reprogramari,calibrari,controale de calitate.	Conform cerințelor; ambalaj 50 ml; Produs este original de la producatorul analizatorului CA-500	CE, ISO
1.9	33696500-0	Actin FS	Actin FS	Germania	Siemens	Cerinte generale, ambalaj 10x2 ml	Conform cerințelor; ambalaj 10x2 ml;	CE, ISO
1.10	33696500-0	Calcium chloride solution 0.025 mol/l	Calcium chloride solution	Germania	Siemens	Cerinte generale, ambalaj 10x15 ml	Conform cerințelor; ambalaj 10x15 ml;	CE, ISO
1.11	33696500-0	Ci-Trol 2	Ci-Trol 2	Germania	Siemens	Cerinte generale, ambalaj 10x1 ml	Conform cerințelor; ambalaj 10x1 ml;	CE, ISO
		Lotul 2: Consumabile pentru cuagulometrul CA-500, Sysmex, Japonia						

Nr	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.1	33696500-0	Cuve 4 ml pentru reagent	Sample cups, 4.0 ml	Japonia	Sysmex	Cuve conice la cuagulometru automat Sysmex CA-500, 4.0ml	Conform cerințelor; Produs este original de la producatorul analizatorului CA-500	CE, ISO
2.2	33696500-0	Cuve de reacție	Reaction cuvettes SU(40)	Japonia	Sysmex	Cuve de reacție SU(40) la cuagulometru automat Sysmex 500,	Conform cerințelor; ambalaj 3000 buc; Produs este original de la producatorul analizatorului CA-500	CE, ISO
2.4	33696500-0	KIT DE MENTENANTA pentru CA-500 la 12 luni	CATCH HOLD PLATE DM1358, CLEAN FILTER ASSY, CATCH BOX	Japonia	Sysmex	Kit trebuie sa contina CATCH HOLD PLATE DM1358 ,CLEAN FILTER ASSY, CATCH BOX .Firma furnizoare sa dispuna de ingineri calificati,certificati de producatorul echipamentului pentru inlocuirea kitului precum si deservirea gratuita a echipamentului in cauza, pe perioada de 12 luni din momentul inlocuirii acestuia , la fel si participarea lor la reprogramari,calibrari,controale de calitate.	Conform cerințelor; Produs este original de la producatorul analizatorului CA-500	CE, ISO
2.5	33696500-0	MIXER MOTOR ASSY	MIXER MOTOR ASSY	Japonia	Sysmex	Piesa sa fie in ambalaj original de la producator.Firma furnizoare sa dispuna de ingineri calificati, certificati de producatorul echipamentului pentru inlocuirea gratuita a piesei.	Conform cerințelor; Produs este original de la producatorul analizatorului CA-500	CE, ISO

Ofertantul: **"Echipamed - Plus" SRL**

Numele, Prenumele: **Iurchevici Valeriu**

În calitate de: **Director**

Semnat: _____

Adresa: **str.Valea Trandafirilor 24"B"**