

**SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)**  
**pentru I.M.S.P. Spitalul Raional Cahul**

Nr.Licitației: <b>21010409</b>	Data: <b>20 august 2019</b>	Alternativa:
Denumirea Licitației: <b>Achiziționarea consumabilelor de laborator, articolelor parafarmaceutice, pelicula pentru anul 2019</b>	Lot:	Pagina 1 din 2

Nr	Cod CPV	Denumirea bunuri solicitate	Modelul articolului	Țara de origine	Producă-torul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Lot 4. Articole parafarmaceutice</b>								
4.27	33000000-0	Circuit p/u ventilație adulți 5037AEFM	2154000	Marea Britanie/ Lituania	Intersurgical	Conform descrierii din specificația tehnică deplină solicitată	Circuit de respirație Compact II, pentru conectarea pacientului la aparatul de anestezie și ventilator. Reversibil, configurabil, pliant, pentru adulți. Diametrul 22mm. Lungimea circuitului de 2,0 metri în stare extinsă, tub suplimentar de 1,5 metri în stare extinsă, sac-rezervor de 2,0L, adaptor unghiular biaxial cu un port luer, cu capac, la tubul endotraheal, conexiunea adaptorului 22M/15F, conexiunea furtunurilor 22F. Material: polipropilenă, polietilenă, elastomer, fără latex. Ambalaj: individual, clinic curat.	CE, ISO
4.28	33000000-0	Circuit p/u ventilație copii RT125	4519810	Marea Britanie/ Lituania	Intersurgical	Conform descrierii din specificația tehnică deplină solicitată	Circuit de respirație pentru copii, circuit inspirație de aer încălzit și umidificat, flux bidirecțional cu d = 10 mm, gofrat, tip "inspire- expir", lungime 150-180 cm, cu fir/sensor de temperatura în tubul de inspir, cu sac de rezerva 0,5-1,0L, cu conector unghiular, rotație biaxială. Material: polipropilenă, polietilenă, elastomer, fără latex. Ambalaj: individual, clinic curat.	CE, ISO
4.44	33000000-0	Filtru bacterian BB50T	MP01770	Germania	Draeger	Conform descrierii din specificația tehnică deplină solicitată	Filtru CareStar 30, p/u circuite de respirație, antiviral antibacterian, electrostatic p/u protecția pacienților, personalului, echipamentelor de ventilație și anestezie, p/u adulți, cu port Luer Lock cu capac etanșator anti-pierdere, cu mecanism antiocluzional, cu lamele interne difuzoare p/u distribuirea fluxului, 22F/15M-22M/15F, eficacitatea filtrării cel puțin 99.999%, rezistența la flux 30l/min nu mai puțin 0,6cm H2O, volum compresibil nu mai mult de 30ml, greutate nu mai mult de 23g, volumul Tidal recomandat de la 100 până la 1500 ml. Timp efectiv de utilizare 24 ore. Material: polipropilenă, acril, ceramică. Ambalaj: individual, curat clinic. Port Luer p/u proba de CO2.	CE, ISO



4.74	33000000-0	Masca oxigen adulti	1135015	Marea Britanie/ Lituania	Intersurgical	Conform descrierii din specificația tehnică deplină solicitată	Masca EcoLite, pentru aplicarea oxigenoterapiei cu concentrație medie de O2, n4,5, de unică folosință, fara PVC, cu manjeta moale, anatomica, cu fixator, cu tub de conectare 2,1 m	CE, ISO
4.90	33000000-0	Pipa orală copii N1	1000035	Marea Britanie/ Lituania	Intersurgical	Conform descrierii din specificația tehnică deplină solicitată	One-piece Guedel airway, pink colour coding, ISO 3.5, size 000	CE, ISO
4.91	33000000-0	Pipa orală copii N3	1100050	Marea Britanie/ Lituania	Intersurgical	Conform descrierii din specificația tehnică deplină solicitată	One-piece Guedel airway, blue colour coding, ISO 5.0, size 00	CE, ISO

Ofertantul: **"Echipamed - Plus" SRL**

Numele, Prenumele: **Iurchevici Valeriu**

În calitate de: **Director**

Semnat:



Adresa: **str.Valea Trandafirilor 24"B"**