

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție: <b>ocds-b3wdp1-MD-1706267882863</b> din <b>08/02/2024</b>						
Obiectul achiziției: <b>Deservirea dispozitivelor de ultrasonografie și hemodializă</b>						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri/servicii</b>						
<b>Lotul nr. 3</b>						
Lot 3//Dispozitiv de ultrasonografie Sonoscape SSI-8000	Sonoscape SSI-8000	China	Sonoscape Medical Corp.	<p><b>Documente obligatorii</b> Inginerul să dețină certificat de instruire</p> <p><b>Cerințe generale</b> Toate activitățile se coordonează cu bioinginerul local responsabil și vor fi efectuate în prezența lui Toate intervențiile vor fi înregistrate în „<b>jurnalul de gardă</b>” și „<b>fișa de deservire</b>” și în documtele ulterioare specifice lucrării Toate intervențiile efectuate trebuie să evite defecțiuni ale dispozitivului propriu-zis, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de prestatorul de servicii La finalul lucrărilor prestatorul de servicii va întocmi un act de predare-primire a serviciilor, care va fi semnat de bioinginer local, șef secție, director, și se va îndeplini fișa de mentenanță pentru dispozitivul propriu-zis. Lucrările de mentenanță preventivă se vor efectua de 2 ori pe an cu întocmirea unui grafic de deservire preventiv, sau la cerința beneficiarului,</p> <p><b>Lucrări de mentenanță preventivă</b> Vor fi efectuate 2 vizite, pe parcursul anului Curățirea de praf a componentelor electronice și electrice, a trackbalului Înlocuirea pastei termice a procesorului Update al softului de bază Ajustarea preseturilor și elaborarea altor noi la solicitare Efectuarea backup a bazei de date și defragmentarea hardului</p>	<p><b>Documente obligatorii</b> Da, Inginerul să dețină certificat de instruire</p> <p><b>Cerințe generale</b> Da, Toate activitățile se coordonează cu bioinginerul local responsabil și vor fi efectuate în prezența lui Da, Toate intervențiile vor fi înregistrate în „<b>jurnalul de gardă</b>” și „<b>fișa de deservire</b>” și în documtele ulterioare specifice lucrării Da, Toate intervențiile efectuate trebuie să evite defecțiuni ale dispozitivului propriu-zis, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de prestatorul de servicii Da, La finalul lucrărilor prestatorul de servicii va întocmi un act de predare-primire a serviciilor, care va fi semnat de bioinginer local, șef secție, director, și se va îndeplini fișa de mentenanță pentru dispozitivul propriu-zis. Da, Lucrările de mentenanță preventivă se vor efectua de 2 ori pe an cu întocmirea unui grafic de deservire preventiv, sau la cerința beneficiarului,</p> <p><b>Lucrări de mentenanță preventivă</b> Da, Vor fi efectuate 2 vizite, pe parcursul anului Da, Curățirea de praf a componentelor electronice și electrice, a trackbalului Înlocuirea pastei termice a procesorului, Da, Update al softului de bază Ajustarea preseturilor și elaborarea altor noi la solicitare Efectuarea backup a bazei de date și defragmentarea hardului.</p>	CE, ISO
<b>Lotul nr. 4</b>						
Lot 4//Dispozitiv de ultrasonografie portabil Sonoscape S2	Sonoscape S2	China	Sonoscape Medical Corp.	<p><b>Documente obligatorii</b> Inginerul să dețină certificat de instruire</p> <p><b>Cerințe generale</b> Toate activitățile se coordonează cu bioinginerul local responsabil și vor fi efectuate în prezența lui Toate intervențiile vor fi înregistrate în „<b>jurnalul de gardă</b>” și „<b>fișa de deservire</b>” și în documtele ulterioare specifice lucrării Toate intervențiile efectuate trebuie să evite defecțiuni ale dispozitivului propriu-zis, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de prestatorul de servicii La finalul lucrărilor prestatorul de servicii va întocmi un act de predare-primire a serviciilor, care va fi semnat de bioinginer local, șef secție, director, și se va îndeplini fișa de mentenanță pentru dispozitivul propriu-zis. Lucrările de mentenanță preventivă se vor efectua de 2 ori pe an cu întocmirea unui grafic de deservire preventiv, sau la cerința beneficiarului,</p> <p><b>Lucrări de mentenanță preventivă</b> Vor fi efectuate 2 vizite, pe parcursul anului Curățirea de praf a componentelor electronice și electrice, a trackbalului Înlocuirea pastei termice a procesorului Update al softului de bază Ajustarea preseturilor și elaborarea altor noi la solicitare Efectuarea backup a bazei de date și defragmentarea hardului</p>	<p><b>Documente obligatorii</b> Da, Inginerul să dețină certificat de instruire</p> <p><b>Cerințe generale</b> Da, Toate activitățile se coordonează cu bioinginerul local responsabil și vor fi efectuate în prezența lui Da, Toate intervențiile vor fi înregistrate în „<b>jurnalul de gardă</b>” și „<b>fișa de deservire</b>” și în documtele ulterioare specifice lucrării Da, Toate intervențiile efectuate trebuie să evite defecțiuni ale dispozitivului propriu-zis, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de prestatorul de servicii Da, La finalul lucrărilor prestatorul de servicii va întocmi un act de predare-primire a serviciilor, care va fi semnat de bioinginer local, șef secție, director, și se va îndeplini fișa de mentenanță pentru dispozitivul propriu-zis. Da, Lucrările de mentenanță preventivă se vor efectua de 2 ori pe an cu întocmirea unui grafic de deservire preventiv, sau la cerința beneficiarului,</p> <p><b>Lucrări de mentenanță preventivă</b> Da, Vor fi efectuate 2 vizite, pe parcursul anului Da, Curățirea de praf a componentelor electronice și electrice, a trackbalului Înlocuirea pastei termice a procesorului, Da, Update al softului de bază Ajustarea preseturilor și elaborarea altor noi la solicitare Efectuarea backup a bazei de date și defragmentarea hardului.</p>	CE, ISO
<b>Lotul nr. 8</b>						
Lot 8//Dispozitiv de ultrasonografie portabil Vinno 6	Vinno 6	China	Vinno Technology	<p><b>Documente obligatorii</b> Inginerul să dețină certificat de instruire</p> <p><b>Cerințe generale</b> Toate activitățile se coordonează cu bioinginerul local responsabil și vor fi efectuate în prezența lui Toate intervențiile vor fi înregistrate în „<b>jurnalul de gardă</b>” și „<b>fișa de deservire</b>” și în documtele ulterioare specifice lucrării Toate intervențiile efectuate trebuie să evite defecțiuni ale dispozitivului propriu-zis, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de prestatorul de servicii La finalul lucrărilor prestatorul de servicii va întocmi un act de predare-primire a serviciilor, care va fi semnat de bioinginer local, șef secție, director, și se va îndeplini fișa de mentenanță pentru dispozitivul propriu-zis. Lucrările de mentenanță preventivă se vor efectua de 2 ori pe an cu întocmirea unui grafic de deservire preventiv, sau la cerința beneficiarului,</p> <p><b>Lucrări de mentenanță preventivă</b> Vor fi efectuate 2 vizite, pe parcursul anului Curățirea de praf a componentelor electronice și electrice, a trackbalului Înlocuirea pastei termice a procesorului Update al softului de bază Ajustarea preseturilor și elaborarea altor noi la solicitare Efectuarea backup a bazei de date și defragmentarea hardului</p>	<p><b>Documente obligatorii</b> Da, Inginerul să dețină certificat de instruire</p> <p><b>Cerințe generale</b> Da, Toate activitățile se coordonează cu bioinginerul local responsabil și vor fi efectuate în prezența lui Da, Toate intervențiile vor fi înregistrate în „<b>jurnalul de gardă</b>” și „<b>fișa de deservire</b>” și în documtele ulterioare specifice lucrării Da, Toate intervențiile efectuate trebuie să evite defecțiuni ale dispozitivului propriu-zis, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de prestatorul de servicii Da, La finalul lucrărilor prestatorul de servicii va întocmi un act de predare-primire a serviciilor, care va fi semnat de bioinginer local, șef secție, director, și se va îndeplini fișa de mentenanță pentru dispozitivul propriu-zis. Da, Lucrările de mentenanță preventivă se vor efectua de 2 ori pe an cu întocmirea unui grafic de deservire preventiv, sau la cerința beneficiarului,</p> <p><b>Lucrări de mentenanță preventivă</b> Da, Vor fi efectuate 2 vizite, pe parcursul anului Da, Curățirea de praf a componentelor electronice și electrice, a trackbalului Înlocuirea pastei termice a procesorului, Da, Update al softului de bază Ajustarea preseturilor și elaborarea altor noi la solicitare Efectuarea backup a bazei de date și defragmentarea hardului.</p>	CE, ISO
<b>TOTAL</b>						

Semnat: Numele, Prenumele: Lungu Ion  
În calitate de : Administrator  
Ofertantul: Health Medical Solutions SRL  
Adresa: str. Grenoble 128, of. 011