

Detalii specifice și standarde tehnice

Lotul I. Strips-teste pentru determinare glucoza în sânge:

Nr	Denumire parametru	Cerințele & Specificațiile Tehnice minime	Produsul oferit, denumire, specificații tehnice	Producător, tara de origine
1	<p>Teste Strip pentru determinare glucoza în sânge + lancete sterile de unica folosință, pentru glucometru <b>G-425-3 (Bioland Technology LTD)</b></p>	<p><u>Teste strip compatibile cu glucometrul, model: G-425-3 (Bioland Technology LTD)</u>                      - Ambalate în cutia originala cu prezența instrucțiunii de utilizare                      - marcat CE (IVD)                      - ISO 15197                      - Perioada maximă de valabilitate: flacon închis 24 luni, flacon deschis 18 luni.  <b>CertIFICATE:</b>                      1. Declarația de conformitate CE conform directivei 98/79 EEC sau a Regulamentului 746 valabil                      2. Certificatul de conformitate CE conform directivei 98/79 EEC sau a Regulamentului 74 valabil</p> <p><u>Lancete sterile de unică folosință universale 30G</u>  <b>CertIFICATE:</b>                      1. Declarația de conformitate</p>	<p>Teste strip compatibile cu glucometrul, model: G-425-3 (Bioland Technology LTD)                      - Ambalate în cutia originala cu prezența instrucțiunii de utilizare                      - marcat CE (IVD)                      - ISO 15197                      - Perioada maximă de valabilitate: flacon închis 24 luni, flacon deschis 18 luni.  <b>Certificate:</b>                      1. Declarația de conformitate CE conform directivei 98/79 EEC sau a Regulamentului 746 valabil                      2. Certificatul de conformitate CE conform directivei 98/79 EEC sau a Regulamentului 74 valabil                      Lancete sterile de unică folosință universale 30G  <b>Certificate:</b>                      1. Declarația de conformitate</p>	<p><i>Bioland Technology LTD, China</i></p>
2	<p>Teste Strip pentru determinare glucoza în sânge + lancete sterile de unica folosință, pentru glucometru <b>GIMA REF 24108 (ACON Laboratories Inc.)</b></p>	<p><u>Teste strip compatibil cu glucometrul, model: GIMA REF: 24108 (ACON Laboratories Inc.)</u>                      - Ambalate în cutia originala cu prezența instrucțiunii de utilizare                      - marcat CE (IVD)                      - ISO 15197                      - Perioada maximă de valabilitate: flacon închis 24 luni, flacon deschis 18 luni.  <b>CertIFICATE:</b>                      1. Declarația de conformitate CE conform directivei 98/79 EEC sau a Regulamentului 746 valabil                      2. Certificatul de conformitate CE conform directivei</p>	<p>Teste strip compatibil cu glucometrul, model: GIMA REF: 24108 (ACON Laboratories Inc.)                      - Ambalate în cutia originala cu prezența instrucțiunii de utilizare                      - marcat CE (IVD)                      - ISO 15197                      - Perioada maximă de valabilitate: flacon închis 24 luni, flacon deschis 18 luni.  <b>Certificate:</b>                      1. Declarația de conformitate CE conform directivei 98/79 EEC sau a</p>	<p><i>Teste - ACON Laboratories Inc., San Diego CA 92121 USA                      Lancete - Shandong Lianfa Medical Plastic Products Co, Ltd, China</i></p>

	<p>98/79 EEC sau a Regulamentului 74 valabil  <b>Lancete sterile de unică folosință universale 30G</b>  <b>CertIFICATE:</b>  1. Declarația de conformitate</p>	Regulamentului 746 valabil 2. Certificatul de conformitate CE conform directivei 98/79 EEC sau a Regulamentului 74 valabil Lancete sterile de unică folosință universale 30G <b>Certificate:</b> 1. Declarația de conformitate	
<b>Termen de valabilitate restant:</b> <b>Cerințe de certificare și Condiții generale care urmează să fie prezentate/confirmate în ofertă</b>	<b>Cel puțin 80%</b> din termenul total de valabilitate, la data livrării produselor. Conformitate cu sistemul de calitate al producătorului: - ISO 13485:2003 Quality Systems - Declarația de conformitate CE conform directivei 98/79 EEC sau a Regulamentului 746 valabil - Declarația de conformitate CE conform directivei 98/79 EEC sau a Regulamentului 74 valabil/ sau echivalent; Toate certificatele prezentate trebuie să fie valabile.	<b>Cel puțin 80%</b> din termenul total de valabilitate, la data livrării produselor. Conformitate cu sistemul de calitate al producătorului: - ISO 13485:2003 Quality Systems - Declarația de conformitate CE conform directivei 98/79 EEC sau a Regulamentului 746 valabil - Declarația de conformitate CE conform directivei 98/79 EEC sau a Regulamentului 74 valabil/ sau echivalent; Toate certificatele prezentate trebuie să fie valabile.	

Toate bunurile vor fi testate de beneficiar. Acceptarea bunurilor și semnarea actelor de recepție va avea loc după testarea pozitivă efectuată de beneficiar.

Furnizor: Polisano Prim SRL

Adresa Furnizorului: or. Chișinău, str. N. Testemițianu 3/18

Tel: +373 68 74 29 92

E-mail: directorcomercial@polisanoprim.md

Semnătura autorizată:

Numele și funcția semnatarului: Manager achiziții, Zagăreanu Tatiana

Data: 08.12.2023

