

Specificații tehnice

Anexa 22

Numărul licita	ocds-b3wdp1-MD-1747658012861 din 20.06.2025	Alternativa nr.: _____
Denumirea licitației:	Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților insituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.12)	Pagina: __ din __

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Tara	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină oferată	Standarde de referinta
1	2			3	4	5	6	7	8
3310000-1	4	Centrifugă de laborator (24 tuburi)	Centrifugă de laborator (24 tuburi)	CM-6MT+rotor 6 M	Lebanon	Electromecanică	Centrifugă de laborator (24 tuburi) Cod 150920 Descriere Centrifugele de laborator sunt destinate pentru a centrifuga singele. Parametrul Specificația Viteza de rotație Minimală, rpm reglabilă Maximală, rpm ≥ 3500 Setări setarea vitezei Capacitatea Tipul tuburilor tuburi de 10 - 15 ml Numărul de tuburi 24 unitati Timer Diapazon minim de timp 1 - ≥ 60 min Incrementarea ≤ 1 min Securitatea Blocarea capacului în timpul lucrului obligatoriu Indicatori Indicarori vizual și acustic obligatoriu Debalansare obligatoriu Pornire/oprire obligatoriu Capac deschis obligatoriu Display Digital obligatoriu Nivelul de zgomot ≤ 65 dB obligatoriu Fereastra, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodica, conform normelor si standartelor in vigoare obligatoriu	Centrifugă de laborator (24 tuburi) viteză redusă Cod 150920 Descriere Centrifugele de laborator sunt destinate pentru a centrifuga singele. Parametrul Specificația (marcate cu rosu in pliant ,manual) Viteza de rotație Minimală, rpm 100(pliant p 1) Maximală, rpm 3500(pliant p1) Setări setarea vitezei(pliant p1) Capacitatea Tipul tuburilor tuburi de 12 ml,15(pliant p 2) Numărul de tuburi 24 unitati(pliant p2) Timer Gama de timp 1-99 min(manual de utilizare p 2) Incrementarea ≤1(manual de utilizare p 2) Securitatea Blocarea capacului în timpul lucrului da(pliant 1) Indicatori Indicarori vizual și acustic (pliant 1) (manual de utilizare p 2) Debalansare -da(pliant p 1,manual de utilizare p 3) Pornire/oprire da(pliant p 1,manual de utilizare p 3) Capac deschis da(manual de utilizare p 3,8) Display Digital da(pliant p1,manual de utilizare p 3) Nivelul de zgomot 50/60 dB (pliant p1) Capac transparent necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodica, conform normelor si standartelor in vigoare da(manual de utilizare p 3)	D M 0 0 0 2 2 0 4 8

3							Cod150950	Centrifugă de laborator (24 tuburi) viteză redusă	
3							DescriereCentrifugele de laborator sunt destinate pentru a centrifuga sângele.□	Cod 150920	
1							ParametrulSpecificația	Descriere Centrifugele de laborator sunt destinate pentru a centrifuga sângele.	
0							Viteza de rotațieMinimală, rpm1000	Parametrul Specificația (marcate cu rosu in pliant ,manual)	
0							Maximală, rpm3500	Viteza de rotație Minimală, rpm 100(pliant p 1)	
0							Setărișetarea vitezei	Maximală, rpm 3500(pliant p1)	D
0							CapacitateaTipul tuburilortuburi de 10 - 15 ml	Setări setarea vitezei(pliant p1)	M
0							Numărul de tuburi24 unitati	Capacitatea Tipul tuburilor tuburi de 12 ml,15(pliant p 2)	0
0							TimerDiapazon minim de timp□- ≥60 min	Numărul de tuburi 24 unitati(pliant p2)	0
0							Incrementarea≤1 min	Timer Gama de timp 1-99 min(manual de utilizare p 2)	0
0							SecuritateaBlocarea capacului în timpul	Incrementarea ≤1(manual de utilizare p 2)	2
-							lucruluiobligatoriu	Securitatea Blocarea capacului în timpul lucrului da(pliant 1)	2
1							Indicatori Indicarori vizual și acusticobligatoriu	Indicatori Indicarori vizual și acustic (pliant 1) (manual de utilizare p 2)	2
							Debalansareobligatoriu	Debalansare -da(pliant p 1,manual de utilizare p 3)	0
							Pornire/oprireobligatoriu	Pornire/oprire da(pliant p 1,manual de utilizare p 3)	4
							Capac deschis obligatoriu	Capac deschis da(manual de utilizare p 3,8)	8
							DisplayDigitalobligatoriu	Display Digital da(pliant p1,manual de utilizare p 3)	
							Nivelul de zgomot≤ 65 dBobligatoriu	Nivelul de zgomot 50/60 dB (pliant p1)	
							Fereastra, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea	Capac transparent necesar pentru efectuarea procedurii de verificare	
							procedurii de verificare periodica, conform normelor si	periodica, conform normelor si standartelor in vigoare da(manual de utilizare	
							standartelor in vigoare obligatoriu	p 3)	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: C. Lazari În calitate de: Manager achizitii

Ofertantul: IM " Becor" SRL Adresa: mun.Chisinau, str.Calea Orheiului 111/5