

**Specificații tehnice**

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție: <b>21072671, din 17/02/2023</b>					Data: 17/02/2023	Alternative nu sunt	
Obiectul achiziției: <b>Achiziționarea consumabilelor pentru neurochirurgia fracturilor coloanei vertebrale conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2023 (repetat)</b>					Lot: 3; 4;	Pagina 1 din 1	
Nr. Lot	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	
3	Set vertebroplastie	Mendec® Spine Kit REF: 13C2000 Nr. de înreg.: DM000343452 + Bone Injection Needles REF: ASB0000 REF: SPN0915 Nr. de înreg.: DM000343433 DM000343429	Italia	Tecres S.p.A.	Compus din 2 troacare spinale și cimentul cu dizolvant. Lungimea troacărului 150 mm. Diametrul troacărului 4 mm -8G.	Set pentru vertebroplastie asociat cu un sistem de mixare și de livrare a cimentului. Set compus din: 1. Ciment; 2. Sistem de mixare; 3. Sistem de livrare Cimentul: - Contine min 20g de polimer sub forma de pudra și monomer (dizolvant) sub forma lichida: - Contine sulfatul de bariu în pudra de ciment ca agent radioopac. - Ciment radioopac, cu viscozitate joasă, indicat pentru vertebroplastie la nivel de coloana vertebrala. Sistem de mixare a cimentului: - Container cu capac care formează un sistem de tip închis și în care se mixează ciment. Sistemul de livrare a cimentului să fie dotat cu: - injector cu gradație, conexiune Male Luer-Lock; - pistolul de livrare a cimentului; - tub de extensie, lungimea 30 cm (+/- 1 cm), conexiuni Male Luer-Lock și Female Luer-Lock. Este destinat pentru vertebroplastie percutanată; Este destinat pentru livrare cimentului prin metoda de injecție pe bază de șurub (screw driven).  Setul va fi livrat împreună cu 2 troacare spinale recomandate de producător în conformitate cu caracteristicile cimentului (la alegere beneficiarului, REF: ASB0000 și/sau REF: SPN0915), diametrul exterior 9G, lungimea 150mm. REF: ASB0000: Bone Injection Needle, Beveled Tip, 9 Gauge, 150 mm, Plastic Handgrip REF: SPN0915: Bone Injection Needle, Diamond Tip, 9 Gauge, 150 mm, Plastic Handgrip. Toate componentele setului sînt ambalate steril.	ISO, CE
4	Set cranioplastie	Mendec® Cranio REF: 1220/D  Nr. de înreg.: DM000343536	Italia	Tecres S.p.A.	Ciment și dizolvant p/u cranioplastie	Ciment și dizolvant p/u cranioplastie	ISO, CE

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, prenumele: Petru Bolea În calitate de: Șef Departament Comercial

Ofertantul: S.C. Imunotehnomed S.R.L. Adresa: Str. Gheorghe Asachi 42, MD-2028, Chisinau, Moldova