

LOT 1.1 Specificații tehnice (F4.1) Dermatom electric

Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
Dermatom electric	Dermatome Skin Graft Mesher BES (Aygün/Turcia)
Dermatom electric cu cuplare.	Da
2. Cuplare ISO 3964	Da
3. Viteza recomandată ≥ 14000 rpm.	Da, 16.000 cpm
4. Lungimea cablului minim 3 m.	Da, 4 m
5. Adâncimea de tăiere 0,05 - 1,0 mm.	Da
6. Dermatomi în 4 (patru) lățimi diferite. (Lățimea de tăiere 25 mm, 50 mm, 75 mm, 100 mm.)	Da, 7 clapete care oferă posibilitatea de a regla lățimea de tăiere de la 9,75 mm la 80 mm.
7. Role de lamă - diametru 30 mm	Da
8. Cuplu max. 6 Ncm, gama de viteză 500 - 40 000 rpm.	DA
9. Motor controlat de torsă.	
10. <i>Accesorii și piese de schimb:</i>	
a) Plăci de reducere pentru dermatom: pentru reducerea lățimii de tăiere 25 mm, 50 mm, 75 mm, 100 mm.	7 clapete care oferă posibilitatea de a regla lățimea de tăiere de la 9,75 mm la 80 mm.
b) Lama de rezervă pentru dermatome: 25 PU* 10 bucăți; 50 PU* 10 bucăți; 75 PU* 10 bucăți; 100 PU* 10 bucăți.	Da
c) Coș de sterilizare și depozitare pentru sistemul dermatom. Cu suport pentru piese manuale dermatomului, motor electronic cu cablu și plăci de bază de reducere.	Da
d) Capac pentru coșul de sterilizare.	Da
11. Mesher. Sistem de extindere a pielii	Da
12. Purtător derma pentru placă de plasă: placa purtător 1.5:1 - 20 bucăți; placa purtător 3:1 - 20 bucăți; placa purtător 6:1 - 20 bucăți.	Da
Termen de garanție minim 24 de luni.	Da, 24 luni