

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: LP nr.ocds-b3wdp1-MD-1782975212152/21642769 din: 02.07.2026 conform SIARSAP Mtender								
Obiectul achiziției:Achiziționarea centralizată de implanturi oftalmologice (cristaline) și consumabile oftalmologice, conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2027								
Nr.	Denumirea lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	Bunuri/servicii							
2	Banda Schirmer nr.100 (004222)	Banda Schirmer nr.100 (004222)	SCH-01	India	OPHTECHNI CS EYELINE SYSTEMS PRIVATE LIMITED	Benzi OFTALMalmice Schirmer pentru măsurarea producției lacrimale, folii gradate în ambalaj steril individual (ambalate în cutie până la 100 bucăți)	Benzi OFTALMalmice Schirmer pentru măsurarea producției lacrimale, folii gradate în ambalaj steril individual (ambalate în cutie până la 100 bucăți)	CE ISO
10	Butelie de gas C3F8 pentru uz intraocular (004230)	Butelie de gas C3F8 pentru uz intraocular (004230)	VT30CFA	Turcia	TEKNOMEK MEDIKAL MALZEMEL ERI SAN. VE TIC. LTD. ŞTI.	Butelie de gas expansiv C3F8 pentru uz intraocular pentru tamponada retinei, volum 30-40 ml	Butelie de gas expansiv C3F8 pentru uz intraocular pentru tamponada retinei, volum 30 ml	CE ISO

11	Butelie de gas SF6 pentru uz intraocular (004231)	Butelie de gas SF6 pentru uz intraocular (004231)	VT30SFA	Turcia	TEKNOMEK MEDIKAL MALZEMEL ERI SAN. VE TIC. LTD. ŞTI.	Butelie de gas expansiv SF6 pentru uz intraocular pentru tamponada retinei, volum 30-40 ml	Butelie de gas expansiv SF6 pentru uz intraocular pentru tamponada retinei, volum 30 ml	CE ISO
29	Cristalin artificial camera posterioara foldabil, monobloc, cu filtru galben (L.V with blue light filter). Cartuş inclus (004250)	Cristalin artificial camera posterioara foldabil, monobloc, cu filtru galben (L.V with blue light filter). Cartuş inclus (004250)	SPNT 300-PL	India	APPASAMY ASSOCIATES (P) LTD.	Cu cartuş pentru incizia 2,2 – 2,4 mm, compatibil cu cristalinul sau cartuş cu injector compatibil cu cristalinul, sterile, getabile. Acrilic, hidrofob, biomaterial feniletilacrilat/hydroxyetilmetacrilat copolimer. Optic asimetric biconvex 6,0 mm, haptica 13,0 mm, angulatia hapticelor 0 grade, margine patrată de 360°. Indice de refracţie:1,55, obligator sa fie indicate, pe ambalajul exterior. UV filtru 400 nm,filtru lumina albastră. Constanta A: SRK/T metoda biometrică 118,8, metoda prin imersie 119.1, să fie indicată obligatoriu pe mabalajul exterior. Gama dioptrică: pasul de 0.5 D pentru gama dioptrică +6,0 D +30,0 D. Se acceptă oferta unui spectru mai larg de dioptrii. Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cit şi a cartuşului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) şi va fi indicat pe ambalaj steril , cit şi pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerinţele tehnice expuse mai sus urmează să fie expres indicate în broşura/catalogul sau ambalajul produsului astfel încât să poată să fie verificate cu uşurinţă la etapa evaluării ofertelor/examinării mostrelor/recepţionării bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru şi YAG-laser compatibil.	Cu cartuş pentru incizia 2,2 – 2,4 mm, compatibil cu cristalinul sau cartuş cu injector compatibil cu cristalinul, sterile, getabile. Acrilic, hidrofob, biomaterial feniletilacrilat/hydroxyetilmetacrilat copolimer. Optic asimetric biconvex 6,0 mm, haptica 13,0 mm, angulatia hapticelor 0 grade, margine patrată de 360°. Indice de refracţie:1,55, obligator sa fie indicate, pe ambalajul exterior. UV filtru 400 nm,filtru lumina albastră. Constanta A: SRK/T metoda biometrică 118,8, metoda prin imersie 119.1, să fie indicată obligatoriu pe mabalajul exterior. Gama dioptrică: pasul de 0.5 D pentru gama dioptrică +4,0 D +30,0 D. Se acceptă oferta unui spectru mai larg de dioptrii. Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cit şi a cartuşului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) şi va fi indicat pe ambalaj steril , cit şi pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerinţele tehnice expuse mai sus urmează să fie expres indicate în broşura/catalogul sau ambalajul produsului astfel încât să poată să fie verificate cu uşurinţă la etapa evaluării ofertelor/examinării mostrelor/recepţionării bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru şi YAG-laser compatibil.	CE ISO
40	Cutit microchirurgical (pentru incizie corneana, sclerala) (004262)	Cutit microchirurgical (pentru incizie corneana, sclerala) (004262)	AA 564020	India	APPASAMY ASSOCIATES (P) LTD.	Cutit microchirurgical (pentru incizie corneana, sclerala). Lama de 1.2-1.3 mm (20 G) cu tăiş bilateral, drept, steril. Material - otel inoxidabil. (Scleral Knife)	Cutit microchirurgical (pentru incizie corneana, sclerala). Lama de 0,9mm (20 G) cu tăiş bilateral, drept, steril. Material - otel inoxidabil. (Scleral Knife)	CE ISO

43	Cutit oftalmic pentru incizia de bază chirurgia cataractei lama de 1.2 mm (004265)	Cutit oftalmic pentru incizia de bază chirurgia cataractei lama de 1.2 mm (004265)	AA 562014	India	APPASAMY ASSOCIATES (P) LTD.	Cutit microchirurgical (pentru incizia de baza in chirurgia cataractei). Lama de 1.2-1.4 mm cu tăiş lateral, steril. Material - otel inoxidabil (aliaj- austenit) forma conică, lungime cap 6,5mm + 0,2 , unghi 45grade, lama bilaterală, lungime lama 2,0 + 0,2mm, lățimea tăietoare - 0,2-0,3mm (Slit Knife)	Cutit microchirurgical (pentru incizia de baza in chirurgia cataractei). Lama de 1.2-1.4 mm cu tăiş lateral, steril. Material - otel inoxidabil (aliaj- austenit) forma conică, lungime cap 6,5mm + 0,2 , unghi 45grade, lama bilaterală, lungime lama 2,0 + 0,2mm, lățimea tăietoare - 0,2-0,3mm (Slit Knife)	CE ISO
44	Cutit oftalmic pentru incizia de bază chirurgia cataractei lama de 2.6 mm (004266)	Cutit oftalmic pentru incizia de bază chirurgia cataractei lama de 2.6 mm (004266)	AA 562026	India	APPASAMY ASSOCIATES (P) LTD.	Cutit oftalmic pentru chirurgia globului ocular (incizie de baza in chirurgia cataractei), 2.6 mm. Cutit cu miner complet, latimea lamei 2.6 mm, satinat, angulat sub unghi de 45 grade, cu tais lateral, cu marker de 2 mm. Material - otel inoxidabil (aleaj - austenit	Cutit oftalmic pentru chirurgia globului ocular (incizie de baza in chirurgia cataractei), 2.6 mm. Cutit cu miner complet, latimea lamei 2.6 mm, satinat, angulat sub unghi de 45 grade, cu tais lateral, cu marker de 2 mm. Material - otel inoxidabil (aleaj - austenit	CE ISO
45	Cutit oftalmic pentru incizia de bază chirurgia cataractei lama de 2.75 mm (004267)	Cutit oftalmic pentru incizia de bază chirurgia cataractei lama de 2.75 mm (004267)	AA 562627	India	APPASAMY ASSOCIATES (P) LTD.	Cutit oftalmic, pentru chirurgia globului ocular (pentru incizia de baza in chirurgia cataractei). Cutit cu miner complet, cu lățimea lamei de 2.75 mm, satinat, angulat sub unghi 45 grade, cu tăiş lateral, dublu țesit, lungime cap 8 mm, lungime lamă 3,2 mm, lățimea tăietoare 0.35 + 0,2 mm, steril. Material - otel inoxidabil. (echivalent CLEAR CORNEAL KNIVES)	Cutit oftalmic, pentru chirurgia globului ocular (pentru incizia de baza in chirurgia cataractei). Cutit cu miner complet, cu lățimea lamei de 2.75 mm, satinat, angulat sub unghi 45 grade, cu tăiş lateral, dublu țesit, lungime cap 8 mm, lungime lamă 3,2 mm, lățimea tăietoare 0.35 + 0,2 mm, steril. Material - otel inoxidabil. (echivalent CLEAR CORNEAL KNIVES)	CE ISO

46	Cutit oftalmic pentru incizie corneară de baza 2.2 mm (004268)	Cutit oftalmic pentru incizie corneară de baza 2.2 mm (004268)	AA 562022	India	APPASAMY ASSOCIATES (P) LTD.	Cutit microchirurgical oftalmic pentru chirurgia globului ocular, (pentru incizie corneeană de baza) 2,2 mm. Cutit cu miner complet, cu lățimea lamei de 2.2 mm, satinat, angulat sub unghi 45 grade, cu tăiș lateral. Dual bevel. Steril. Material - oțel inoxidabil (aliaj-austenit). (Slit knife 2.2 mm angled double bevel)	Cutit microchirurgical oftalmic pentru chirurgia globului ocular, (pentru incizie corneeană de baza) 2,2 mm. Cutit cu miner complet, cu lățimea lamei de 2.2 mm, satinat, angulat sub unghi 45 grade, cu tăiș lateral. Dual bevel. Steril. Material - oțel inoxidabil (aliaj-austenit). (Slit knife 2.2 mm angled double bevel)	CE ISO
51	Hialuronat de sodiu 1,4% (004274)	Hialuronat de sodiu 1,4% (004274)	Sodium Hyaluronate Ophthalmic Solution 1.4%	India	Heil Pharma	Hialuronat de sodiu 1,4% - 1.0 ml (menținerea spațiului camerei anterioare globului ocular intraoperator, posedă viscozitatea 400 000 - 600 000 mPas, manipulare ușoară. în seringă sterilă de 1.0 ml, cu canulă 27 G de unică folosință, sterilă.	Hialuronat de sodiu 1,4% - 1.0 ml (menținerea spațiului camerei anterioare globului ocular intraoperator, posedă viscozitatea 400 000 mPas, manipulare ușoară. în seringă sterilă de 1.0 ml, cu canulă 27 G de unică folosință, sterilă.	CE ISO
72	Ulei de Silicon 1300 cSt (004296)	Ulei de Silicon 1300 cSt (004296)	VTS13	Turcia	TEKNOMEK MEDIKAL MALZEMELERI SAN. VE TIC. LTD. ŞTİ.	Ulei de silicon 1300 cSt (densitatea relativă 0,96-0,98 g/cm3), în seringă preîncărcată sterilă de 10 ml	Ulei de silicon 1300 cSt (densitatea relativă 0,97 g/cm3), în seringă preîncărcată sterilă de 10 ml	CE ISO

73	Ulei de Silicon 5700 (004297)	Ulei de Silicon 5700 (004297)	SILO50-01	India	OPHTECHNI CS EYELINE SYSTEMS PRIVATE LIMITED	Ulei de silicon 5700 (indexul de refracție 1,40, densitatea relativa 0,96-0,98 g/cm3), preinjectat în seringă, steril 10 ml. Flacon- Bucată	Ulei de silicon 5700 (indexul de refracție 1,40, densitatea relativa 0,96-0,98 g/cm3), preinjectat în seringă, steril 10 ml. Flacon- Bucată	CE ISO
78	Viscoelastic methylcelluloza 2% in seringa 2ml (004302)	Viscoelastic methylcelluloza 2% in seringa 2ml (004302)	HYDROXYPROP YL METHYLCELUL OSE OPHTHALMIC SOLUTION USP 2%	India	Heil Pharma	Hydroxypropyl methylcellulosa 2%, solutie OFTALMamica in seringa 2ml, sterila, apirogena, cu canula 23 G. Viscositatea minima 4500 cPs.	Hydroxypropyl methylcellulosa 2%, solutie OFTALMamica in seringa 2ml, sterila, apirogena, cu canula 23 G. Viscositatea minima 4500 cPs.	CE ISO
96	Cristalin toric (004322)	Cristalin toric (004322)	SP TORIC	India	APPASAMY ASSOCIATES (P) LTD.	Cristalin toric, pliabil, material copolimer, acrilat metacrilat, hidrofof, cu filtru pentru UV si lumina albastra. Optic assymetric X-Wave biconvex wavefront- shaping, asfericitate -0,2 μm.	Cristalin toric, pliabil, material copolimer, acrilat metacrilat, hidrofof, cu filtru pentru UV si lumina albastra. Optic assymetric X-Wave biconvex wavefront- shaping, asfericitate -0,2 μm.	CE ISO

Semnati: _____
Numele, Prenumele Jighili Tatiana
În calitate de: administrator
Ofertantul: SRL Triumf-Motiv
Adresa: str. Puskin 60/1, of. 4