

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție:	ocds-b3wdp1-MD-1615900918306 din 06.04.2021
Denumirea procedurii de achiziție:	Consumabile și piese de schimb necesare pentru efectuarea mentenanței preventive și corrective a dispozitivelor medicale

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolul	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
33192400-6	4.Sensor O2, pentru Monnal T75	E-17/M	Germania	Nuova	Celulă chimică care permite calcularea concentrației O2, de tip cilindric, compatibil cu Monnal T75, data de producere a senzorului în momentul livrării nu mai vechi de 3 luni.	Celulă chimică care permite calcularea concentrației O2, de tip cilindric, compatibil cu Monnal T75, data de producere a senzorului în momentul livrării nu mai vechi de 3 luni.	ISO/CE
33192400-6	13. Sensor SpO2 reutilizabil adult de tip clește	SS-043-AF16	China	Orantech	Senzor SpO2, reutilizabil adult, compatibil cu monitoarele Nihon Kohden BSM-6701K	Senzor SpO2, reutilizabil adult, compatibil cu monitoarele Nihon Kohden BSM-6701K	ISO/CE
33192400-6	14.Manjetă cu conector, adult	BP-50BS-W10	China	Orantech	Manjetă cu 1 tub și conector din plastic, large adult 25-35(cm)compatibil cu monitoarele Nihon Kohden BSM-6701K	Manjetă cu 1 tub și conector din plastic, large adult 25-35(cm)compatibil cu monitoarele Nihon Kohden BSM-6701K	ISO/CE
33192400-6	15.Manjetă cu conector, large adult	BP-70BS-W10	China	Orantech	Manjetă cu 1 tub și conector din plastic, large adult 33-47(cm)compatibil cu monitoarele Nihon Kohden BSM-6701K	Manjetă cu 1 tub și conector din plastic, large adult 33-47(cm)compatibil cu monitoarele Nihon Kohden BSM-6701K	ISO/CE
33192400-6	18.Sensor O2, Drager Fabius Plus XL	E-15/2	Germania	Nuova	Celulă chimică care permite calcularea concentrației O2, de tip cilindric, compatibil cu Ap-t de anestezie Drager Fabius Plus XL, data de producere a senzorului în momentul livrării nu mai vechi de 3 luni.	Celulă chimică care permite calcularea concentrației O2, de tip cilindric, compatibil cu Ap-t de anestezie Drager Fabius Plus XL, data de producere a senzorului în momentul livrării nu mai vechi de 3 luni.	ISO/CE
33192400-6	28.Lampă UV p/u ETD4	36W	Germania	Osram	Lampă UV, compatibilă cu Mașina de spălat endoscoape ETD-4	Lampă UV, compatibilă cu Mașina de spălat endoscoape ETD-4	ISO/CE
33192400-6	33.Lampă xenon	55204	Germania	OSram	Lampă xenon MAJ-1817 compatibilă cu Evis Exera III, CLV-190	Lampă xenon MAJ-1817 compatibilă cu Evis Exera III, CLV-190	ISO/CE
33192400-6	51.Electrod Na+ p/u EasyLyte Na/K	2102	USA	Medica	Piese p/u Analizator EasyLyte Na/K	Piese p/u Analizator EasyLyte Na/K	ISO/CE
33192400-6	52.Electrod K+ p/u EasyLyte Na/K	2101	USA	Medica	Piese p/u Analizator EasyLyte Na/K	Piese p/u Analizator EasyLyte Na/K	ISO/CE
33192400-6	53.Electrod de referință p/u EasyLyte Na/K	2103	USA	Medica	Piese p/u Analizator EasyLyte Na/K	Piese p/u Analizator EasyLyte Na/K	ISO/CE
33192400-6	54.Membrană de asamblare p/u EasyLyte Na/K	2258	USA	Medica	Piese p/u Analizator EasyLyte Na/K	Piese p/u Analizator EasyLyte Na/K	ISO/CE
33192400-6	55.Valvă p/u dozarea reagentului , ser și deșeuri p/u EasyLyte Na/K	2108	USA	Medica	Piese p/u Analizator EasyLyte Na/K	Piese p/u Analizator EasyLyte Na/K	ISO/CE
33192400-6	56.Set de tuburi p/u EasyLyte Na/K	2104	USA	Medica	Piese p/u Analizator EasyLyte Na/K	Piese p/u Analizator EasyLyte Na/K	ISO/CE

33192400-6	65.General particle filter, 100 microns	100 microns	USA	Suez	Piese p/u Sistem de purificare a apei , Matachana	Piese p/u Sistem de purificare a apei , Matachana	ISO/CE
33192400-6	66.Particles cartridge PURTREX 20 microns 10” height	PURTREX 20	USA	Suez	Piese p/u Sistem de purificare a apei , Matachana	Piese p/u Sistem de purificare a apei , Matachana	ISO/CE
33192400-6	67.Particles cartridge PURTREX 5 microns 10” height	PURTREX 5	USA	Suez	Piese p/u Sistem de purificare a apei , Matachana	Piese p/u Sistem de purificare a apei , Matachana	ISO/CE
33192400-6	68.Granular active carbon pre-filters OMNIPURE (GAC)	OMNIPURE (GAC)	USA	Omnipure	Piese p/u Sistem de purificare a apei , Matachana	Piese p/u Sistem de purificare a apei , Matachana	ISO/CE
33192400-6	69.Granular active carbon + special polyphosphates OMNIPURE (GACFOS)	OMNIPURE (GACFOS)	USA	Omnipure	Piese p/u Sistem de purificare a apei , Matachana	Piese p/u Sistem de purificare a apei , Matachana	ISO/CE
33192400-6	70.Reverse osmosis membrane TFC, 50GPD FILMTEC HYDRANAUTICS	50GPD FILMTEC	USA	Filmtec	Piese p/u Sistem de purificare a apei , Matachana	Piese p/u Sistem de purificare a apei , Matachana	ISO/CE
33192400-6	71.Active carbon post-filter OMNIPURE	Carbon post-filter	USA	Omnipure	Piese p/u Sistem de purificare a apei , Matachana	Piese p/u Sistem de purificare a apei , Matachana	ISO/CE

Semnat: Numele, Prenumele: **Cojocaru V.**

În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **„ELECTEH” S.R.L.**

Adresa: **or. Chisinau, str. Mircea cel Batrin 40/1, ap.59**