

**Specificații Tehnice**  
**pentru Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate**

|                                  |                                                                                                                                                                            |                           |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Numărul procedurii de achiziție: | <b>ocds-b3wdp1-MD-1709650372924 / 21182249</b>                                                                                                                             | din <b>26 martie 2024</b> |
| Obiectul de achiziție:           | <b>Achiziționarea centralizată a Reagenților pentru Laboratorul Imunologic conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2024 REPETAT</b> |                           |

| Cod CPV    | Nr. Lot | Denumirea bunurilor/serviciilor                                               | Denumirea poziției                                                            | Modelul articolului | Țara de origine | Producă-torul                        | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă                                                                                                                                               | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant                                                                                                                                                                                         | Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM |
|------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1          |         | 2                                                                             |                                                                               | 3                   | 4               | 5                                    | 6                                                                                                                                                                                                                       | 7                                                                                                                                                                                                                                              | 8                                                  |
| 33100000-1 | 43      | Test expres p/u determinarea calitativă Malariei P.f / P.v Ag                 | Test expres p/u determinarea calitativă Malariei P.f / P.v Ag                 | GCMAL(pf/pv)-402a   | China           | ZHEJIANG ORIENT GENE BIOTECH CO.,LTD | Test pentru determinarea Ag Malariei P.f / P.v în singele, sensibilitatea 100%, specificitatea 98,7%, ambalate individual, termen de valabilitate indicat, regeți și consumabile necesari pentru efectuare              | Test pentru determinarea <b>Ag Malariei P.f / P.v</b> în sînge, sensibilitatea <b>100%</b> , specificitatea <b>98,7%</b> , ambalate individual, termen de valabilitate indicat, regeți și consumabile necesari pentru efectuare.               | CE,ISO<br>DM000557788                              |
| 33100000-1 | 44      | Test expres p/u determinarea calitativă Ag Helycobacter Pylori în mase fecale | Test expres p/u determinarea calitativă Ag Helycobacter Pylori în mase fecale | GCHP-602a           | China           | ZHEJIANG ORIENT GENE BIOTECH CO.,LTD | Teste pentru determinarea Ag Helicobacter pylori în mase fecale, cu o sensibilitate și specificitate de peste 90%, ambalate individual, termen de valabilitate indicat, regeți și consumabile necesari pentru efectuare | Teste pentru determinarea <b>Ag Helicobacter pylori</b> în mase fecale, cu o sensibilitatea <b>98,8%</b> și specificitatea <b>100%</b> , ambalate individual, termen de valabilitate indicat, regeți și consumabile necesari pentru efectuare. | CE,ISO<br>DM000450668                              |

Semnat: \_\_\_\_\_

Numele, Prenumele: **Iurchevici Valeriu**

În calitate de: **Director**

Ofertantul: **"ECHIPAMED - PLUS" SRL**

Adresa: **str.Valea Trandafirilor 24"B" of.2-7**