

Specificatii tehnice

Descriere	Permite efectuarea testelor pentru boli autoimune si pentru alergologie prin metode cantitative și calitative.		Specificatii tehnice propuse Analizator Imunoenzimatic Model RT -6900, RAYTO
Parametrul	Specificația		Specificația
Tip sistem	Sistem deschis /inchis		Sistem deschis
Lungimi de undă	de la ≤ 400 pînă la ≥ 750 nm		4 filtre standard: 405nm, 450nm, 492nm, 630 nm + 1 filtru optional
Sursa de lumină	Minim 5 lungimi de undă		DA
Centrul acuratețea lungimii de undă	+/- 2 nm		DA
Sensibilitate	≤ 0.1 fluor/ μm^2		DA
Acuratețe	$\leq 2\%$		DA
Precizie	$\leq 0.3\%$		DA
Linearitatea	+/- 2%		DA
Timpul de măsurare	≤ 8 sec		5 sec
Sursa de lumină	halogen		DA
Fotodetector	≥ 8		DA
Agitare	≥ 3 moduri		DA
Afișarea	LCD		LCD
Incubator	Inclus	obligatoriu	Nu
	Temperatura	+ 5°C pînă la + 40°C	Nu
Data management	Display	obligatoriu	DA
	Memorie internă	obligatoriu	DA
	Interfață PC	obligatoriu	DA
	Imprimantă	obligatoriu	imprimanta termica interna
Calibrarea	automată	obligatoriu	DA
Alimentarea	Rețeaua electrică 220 V, 50 Hz	obligatoriu	AC100-240 V, 50 Hz/60Hz
*Pentru sistemele de tip închis, solicităm specificarea costului reactivilor, accesoriilor și consumabilelor pentru întreaga perioadă de garanție a analizatorului, cu indexare a prețurilor în conformitate cu rata inflației anului precedent	Să se indice lista/analiza	obligatoriu	Sistem deschis
Garanție – 24 luni		obligatoriu	DA