



ООО «Минимед», 241520, Российская Федерация, Брянская область,
Брянский район, с. Супонево, ул. Шоссейная, 17 А

Тел. (4832) 92-97-97, 92-24-52, -53, -55, -56, -57, -58, -60, -61, -62
Многоканальный номер - 8-800-100-48-32
Факс (4832) 92-24-54, 92-24-59, 92-24-61

ИНН 3234007127

www.minimed.ru

e-mail: info@minimed.ru

Код ОКП 22 9390

Паспорт
Планшет П-50
ТУ 2293-013-29508133-2012

1. Назначение

Предназначен для внесения в его лунки различных реагентов для последующего микрокопирования и проведения цветных реакций при проведении профессиональных исследований в лабораториях.

2. Основные технические характеристики

1. Габаритный размер, мм – $(190 \pm 0,5) \times (290 \pm 0,5) \times (1 \pm 0,5)$.
2. Изготовлен из специального белого полистирола. Не автоклавируется
3. Количество лунок – 50 шт. Размер лунки, мм – $(21 \pm 1,0) \times (12 \pm 1,0) \times (1,5 \pm 0,2)$. Каждая лунка имеет бортики, препятствующие растеканию реагентов.
4. Поверхность планшета обладает свойством формировать правильную плоскую каплю.
5. Имеет буквенно-цифровую маркировку.
6. Допускается химическая стерилизация всех видов.

3. Упаковывание, транспортирование и хранение

Индивидуально упакован. Упаковка обеспечивает сохранность изделий при транспортировке. Условия транспортирования изделий - по ГОСТ 15150-69 в крытом транспорте любого вида. Условия хранения - по ГОСТ 15150-69.

4. Требования безопасности

При эксплуатации необходимо соблюдать правила безопасности при работе с пластиковыми изделиями.

5. Сведения об утилизации

Изделие не представляет опасности для окружающей среды, жизни и здоровья людей после окончания срока службы. Порядок утилизации изделия определяется Потребителем.

6. Гарантии изготовителя

Изготовитель: ООО «Минимед», 241520, РФ, Брянская область, Брянский район, с.Супонево, ул. Шоссейная, 17А.

Изготовитель гарантирует соответствие планшета П-50 требованиям ТУ 2293-013-29508133-2012 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок хранения – 5 лет.

7. Свидетельство о приемке

Изделие изготовлено в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Начальник ОТК



Грузинцев С.А.

