



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN
SĂNĂTATE

MD-2028, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Korolenko 2/1, tel./fax: 022 884 245, e-mail:office@capcs.md

Nr. Rg 02-1671 din ” 20 ” 05 2019

TEHOPTIMED SRL

tehoptimed@inbox.ru

Prin prezenta, grupul de lucru pentru achiziționarea dispozitivelor medicale în cadrul Centrului pentru achiziții publice centralizate în sănătate (CAPCS), urmare a desfășurării procedurii de achiziție publică COP nr. ocds-b3wdp1-MD-1552650915166 din 15.04.2019 privind ”*Achiziționarea echipamentelor medicale – proteze auditive retroauriculare, termometre și tonometre sonorizate pentru persoane cu deficiențe de văz și auz conform necesităților IMSP AMT Centru pentru anul 2019*”, Vă comunică că oferta Dvs. pentru poziția nr. 4 nu a fost acceptată din motiv că nu corespunde tehnic, și anume:

- S-a solicitat Limite de măsurare minim 0-40 maxim 280-300 mmHg, s-a oferit limita de măsurare 40 - 260 mmHg;

- S-a solicitat ca Butoanele să fie proeminente, ușor tactibile pentru nevăzători și slab văzători, însă la examinarea mostrelor s-a depistat că tactil nu pot fi delimitate toate butoanele dispozitivului medical.

În acest context, oferta Dvs. pentru poziția sus menționată nu a fost acceptată în conformitate cu prevederile art. 69 alin. (6) lit. b) - oferta nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire.

Vă mulțumim pentru participare.

Cu respect,

Director
Centrul pentru Achiziții Publice
Centralizate în Sănătate

Ivan Antoci