

**Certificat de calitate №1618 din 12.12.2025  
valabil pina la 31.12.2026  
pentru oxigen medicinal in stare gazoasa  
GOST 5583-78**

**Beneficiarul: IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie**

**Numarul de butelii :300**

| № | Denumirea indicatorilor                                | Document normativ<br>GOST 5583-78  | Rezultatele<br>analizei |
|---|--------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 1 | Concentratia de O <sub>2</sub> , in %, nu mai putin de | 99.5                               | 99.91                   |
| 2 | Concentratia vaporilor de apa, in %, nu mai mult de    | 0.009                              | 0.007                   |
| 3 | Concentratia de H <sub>2</sub> , in %, nu mai mult de  | nu se testeaza                     | -                       |
| 4 | Concentratia de CO <sub>2</sub> , nu mai mare          | 0.01                               | 0.003                   |
| 5 | Continutul de CO                                       | retinut conform aliniatului<br>3.6 | retinut                 |
| 6 | Continutul de acizi                                    | retinut conform aliniatului<br>3.7 | retinut                 |
| 7 | Continutul de O <sub>3</sub> si alte gaze oxidante     | retinut conform aliniatului<br>3.8 | retinut                 |
| 8 | Continutul de baze                                     | nu se testeaza                     | -                       |
| 9 | Prezenta mirosului                                     | absent                             | abs                     |

**Calitatea oxigenului medicinal corespunde conform GOST 5583-78**

**Inginer superior,**

**Bulban V.**

