



Instituția Publică
„CAMERA DE STAT PENTRU
SUPRAVEGHEREA MARCĂRII”

Государственное Учреждение
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРОБИРНАЯ ПАЛАТА»

MD-2005, mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 7
Cod fiscal: 100460008917, Tel.: 022-24-21-98; tel/fax. 022- 24-22-54, e-mail: office@cssm.md

05.05.2023 nr. 24-02-65

La nr. _____

S.R.L. "Lokmera"
e-mail: office@lokmera.md

Prin prezenta, Instituția Publică "Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării" vă informăm că, în urma desfășurării Licităției Deschise nr.. <https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1682064842806> din 05 mai 2023 privind achiziționarea echipamentului staționar de măsurare cu raze X de înaltă performanță pentru analiza rapidă și nedestructivă a metalelor prețioase și aliajelor din ele și a grosimii stratului de acoperire, în rezultatul evaluării, verificării datelor/documentelor de calificare ale operatorului economic, conform cerințelor expuse în documentația de atribuire, precum și în baza deciziei grupului de lucru de anulare a procedurii de achiziție <https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1682064842806> aprobată la data de 05.05.2023 s-a decis, descalificarea ofertei S.R.L. "Lokmera", deoarece nu corespunde cerințelor tehnice solicitate, și anume:

Nu corespund parametrii echipamentului cu cerințele tehnice solicitate	Lipsește	Lipsește informația privind
- Intervalul de măsurare a grosimii stratului de acoperire ; -Numărul straturilor de acoperire analizate, inclusiv aliajul de bază; -Devierile admisibile la măsurarea grosimii stratului de acoperire în intervalul; - Devierile admisibile la măsurarea părții de masa a elementelor ; -Dimensiunile externe a aparatului; -Zona utilizată de plasare a probei ; -Greutatea totală a aparatului; - Distanța măsurării ; - Mărimile (diafragmelor) colimatoarelor; -Tub cu raze X cu microfocus țintă de tungsten (W), orientare de sus în jos.	- Controlul de rezervă prin tastele situate pe corpul aparatului: on/of; start/stop; -Efectuarea măsurărilor de jos în sus (blocul de măsurare situat sub probă); -Opțiunea: Gold Setup 605-692 – pentru toate aplicațiile de măsurare calibrate necesare pentru analiza bijuteriilor, monedelor și a metalelor prețioase. -- Posibilitatea de mărire optică x 4 ori a camerei color CDD de înaltă rezoluție .	-Consumul de energie - 0,12 (kW); -Compensarea distanței prin metoda DCM patentată pentru măsurători simplificate la distanțe diferite – de la 0 la 10 (mm); -Materialul din care e confecționat corpul aparatului.

Cu respect,

Director

Marina MARGARINT

Ex..Inga Balaban
Tel.022 244383
E-mail: inga.balaban@cssm.md