



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАРОВООХРАНЕНИЯ
И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ ФСР 2011/12125

от 13 октября 2011 года

Срок действия: не ограничен.

Настоящее удостоверение выдано
ООО "БАКТЕР", Россия, 248000, Калужская область, г. Калуга,
просед 2-й Академический, д.17

и подтверждает, что изделие медицинского назначения
(изделие медицинской техники)

Изделия медицинские для взятия биопроб на бактериологические
исследования "Бактер" в комплектах и в отдельных упаковках
по ТУ 9437-001-82867591-2010 в следующих исполнениях
(см. приложение на 1 листе):

производства
ООО "БАКТЕР", Россия, 248000, Калужская область, г. Калуга,
просед 2-й Академический, д.17

класс потенциального риска 1

ОКП 94 3790

соответствующее комплекту регистрационной документации

КРД № 12259 от 11.04.2011

приказом Росздравнадзора от 13 октября 2011 года № 6599-Ир/11

разрешено к производству, продаже и применению на территории Российской
Федерации

Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения
и социального развития

Е.А. Тельнова

014943



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАРОВООХРАНЕНИЯ
И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ

№ ФСР 2011/12125



- петля ректальная алюминиевая; петля ректальная прямая пельнометаллическая;
- петля ректальная прямая крученая; петля ректальная изогнутая (длина от 180 мм до 210 мм, диаметр проволоки от 2,5 мм до 4 мм);
- петля ректальная полипропиленовая прямая (длина 185 мм, диаметр 6 мм);
- тамподоержатель (длина от 180 мм до 210 мм, диаметр проволоки от 2,5 до 4 мм);
- шпатель бактериологический Дригальского (длина от 180 мм до 210 мм, диаметр проволоки от 2,5 мм до 4 мм);
- лопаточка бактериологическая с держателем (длина от 270 мм до 300 мм, диаметр проволоки от 2,5 мм до 4 мм);
- петля микробиологическая (размеры от 0 до 5, длина от 80 мм до 100 мм, диаметр проволоки от 0,2 до 0,5 мм);
- петля микробиологическая с держателем и без; петля микробиологическая (длина от 80 мм до 100 мм, диаметр проволоки от 0,2 до 0,5 мм); петля микробиологическая с держателем (длина от 270 мм до 300 мм, диаметр проволоки держателя от 2,5 до 4 мм);
- держатель для петли микробиологической (длина от 180 мм до 200 мм, диаметр от 2,5 до 5 мм);
- пробка силиконовая: конусная; двухконусная (диаметр от 5 мм до 100 мм, длина от 0,5 мм до 150 мм).

Z



Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения
и социального развития

Е.А. Тельнова

13 октября 2011 года

002315