

### Masă pentru operații mobilă, cu 5 secții

Parametrul		Specificația	OT-02, Infimed, Polonia
Descriere	Masa de operații oferă o suprafață corespunzătoare care susține corpul pacientului în timpul procedurilor chirurgicale, stabilizarea poziției pacientului și furnizarea câmpului chirurgical de expunerea optimă.		da
Tip		Electro-Hidraulică	da
Saltea IS	Grosimea	minim 65 mm	Da
Construcția	Robusta	da	Da
	Grade de libertate pe toate suprafața	maxim 1-2 grade	Da
	Material otel inoxidabil turnat fără sudură vizibilă	da	Da
Poziționarea mesei	Reglarea înălțimii	minim 65- 110 cm	73-108 cm
	Trendelemburg	≥35 grade	Da, 40 grade
	Inversarea trendelemburgului	≥35 grade	Da, 40 grade
Înclinarea:	Laterală	≥20 grade	Da, 30 grade
	Secția din spate	de la +80 la -45 grade (minim)	Da,
	Secția de la talpa/picior	de la +70 la - 95 grade (minim)	+25-90grade
		detașabilă	Da
		divizată	Da
Secția cap	de la +45 la - 45 grade (minim)	Da	
Greutatea pacientului		≥ 280 kg	250 kg
Utilizarea radiografiei sau fluoroscopie	Tunel pentru casete X-ray-	pe toată lungimea mesei	Da
	Radiotransparență	da	Da
	Accesibilitatea brațului C	da	Da
Dimensiunea	Lungimea	minim 2100 mm	Da, 2100mm
	Lățimea	minim 540 mm	Da, 260 mm
Atașarea de bază		mobilă	Da
Rotile		da	Da
Frîne		da	Da
Alimentarea		220 V, 50 Hz	Da
Telecomandă		da	Da
Șine laterale pentru accesorii		pe toată lungimea mesei	Da
Pupitru de comandă		da	Da
Prezent	Roti	4 unit	Da
	Frine	4 unit	Da
Accesorii	suport cot	2 unit.	Da, EB-05
	suport umăr	2 unit.	Da, EB-07
	suport picioare	2 unit.	Da, EB-06
	suport torace	2 unit.	Da, EB-08
	suport mână (decubit lateral)	1 unit.	Da, EB-04

Optiune de ubgradare pe vitor (este nevoie sa fie prezentate materiale care demonstreaza ca poseda posibilitatea de ubgradare)	Posibilitatea de includere a bateriei interne	da	Da, deja inclusa
	Posibilitatea de includere a accesoriilor pentru operatie traumatologice	da	Da
	Posibilitatea de includerea accesoriilor pentru operatie aortoscopice	da	Da
	Posibilitatea de includerea accesoriilor pentru operatie spinale	da	Da
	Posibilitatea de conectarea la un soft pentru verificarea starii mesei	da	Da, Opera system
Manual de utilizare în limba română	Da, Se va prezenta la livrare	Da	
Instalarea dispozitivului medical si Instruirea utilizatorilor gratuit	Da	Da	
Anul fabricarii 2018 sau 2019	Da	Da	