

Specificații tehnice

			[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]							
Numărul licitației:			LP nr.21440397 / ocds-b3wdp1-MD-1751027191445						Data: „17” iulie 2025	Alternativa nr.: -
Denumirea licitației:			Achiziționarea consumabilelor costisitoare (angiografice) conform necesităților beneficiarilor pentru anul 2025 (repetat 2)						Pagina: 1 din 2	
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Cod Produs Ofertat	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
33100000-1	32	Lot 1.1 Kit complet închidere a defectului septal atrial (DSA) si FOP Dispozitiv pentru ocluzia defectului septal atrial (sublot)	Lot 1.1 Kit complet închidere a defectului septal atrial (DSA) si FOP Dispozitiv pentru ocluzia defectului septal atrial (sublot)	model Amplatzer Septal Occluder si Talisman Occluder	9-ASD-004; 9-ASD-005; 9-ASD-006; 9-ASD-007; 9-ASD-008; 9-ASD-009; 9-ASD-010; 9-ASD-011; 9-ASD-012; 9-ASD-013; 9-ASD-014; 9-ASD-015; 9-ASD-016; 9-ASD-017; 9-ASD-018; 9-ASD-019; 9-ASD-020; 9-ASD-022; 9-ASD-024; 9-ASD-026; 9-ASD-028; 9-ASD-030; 9-ASD-032; 9-ASD-034; 9-ASD-036; 9-ASD-038; 9-ASD-040; 9-PFO-1818; 9-PFO-2518; 9-PFO-3025; 9-PFO-3525	USA	ABBOTT MED	Kit complet închidere a defectului septal atrial (DSA) si FOP. Dispozitiv pentru ocluzia defectului septal atrial Dispozitivul autoexpandabil, confecționat din nitinol Discurile să fie umplute cu patch-uri din poliester pentru a promova creșterea țesutului Discurile să fie umplute cu patch-uri din poliester pentru a promova creșterea țesutului. Tratament prin etching chimic pentru reducerea cu mai mult de 95% a nichelului eliberat în sânge. Strat subțire de oxid care să acopere firele din nitinol fără a afecta proprietățile mecanice ale dispozitivului. Dispozitivul să conțină în interior material poliesteric cusut cu fir din poliester, pentru închiderea eficientă a defectului. Dispozitivul să prezinte marker distal și proximal pentru a fi ușor de vizualizat Compus din două discuri ce promovează poziționarea sigură în defectul atrial. Să fie ușor de recapturat și retras Conexiunea dispozitivului cu cablul de livrare să se efectueze prin înșurubare încât să dispozitivul să fie ușor de eliberat. Diametrul discului atrial stâng să fie cuprins între 16 și 56 mm. Diametrul discului atrial drept să fie cuprins între 12 și 50 mm. Diametrul taliei dispozitivului să fie cuprins între 4 și 40 mm. Dispozitivul să fie disponibil în cel puțin 27 de mărimi astfel încât să fie fiabil pentru anatomii diverse SI PENTRU PFO: Dispozitivul să fie autoexpandabil, confecționat din nitinol. Tratament prin etching chimic pentru reducerea cu mai mult de 97% a nichelului liber din sange Dispozitivul să nu provoace eroziuni aortice, trombi sau evenimente de embolizare, demonstrate prin studii clinice Compus din două discuri ce promovează poziționarea sigură în defectul septal. Dispozitiv preasamblat și gata de utilizare pentru reducerea timpului de pregătire. Să fie ușor de recapturat și retras. Conexiunea dispozitivului cu cablul de livrare să se efectueze prin înșurubare încât să dispozitivul să fie ușor de eliberat Diametrul discului atrial stâng să fie cuprins între 18 și 25 mm. Diametrul discului atrial drept să fie cuprins între 18 și 35 mm. Lungimea taliei dispozitivului să fie de 3 mm. Modele cu design simetric și asimetric	Kit complet închidere a defectului septal atrial (DSA) si FOP Dispozitiv pentru ocluzia defectului septal atrial Dispozitivul autoexpandabil, confecționat din nitinol Discurile umplute cu patch-uri din poliester pentru a promova creșterea țesutului Tratament prin etching chimic pentru reducerea cu mai mult de 95% a nichelului eliberat în sânge Strat subțire de oxid care să acopere firele din nitinol fără a afecta proprietățile mecanice ale dispozitivului Dispozitivul conține în interior material poliesteric cusut cu fir din poliester, pentru închiderea eficientă a defectului Dispozitivul prezinta marker distal și proximal pentru a fi ușor de vizualizat Compus din două discuri ce promovează poziționarea sigură în defectul atrial. Ușor de recapturat și retras Conexiunea dispozitivului cu cablul de livrare se efectuiază prin înșurubare încât să dispozitivul să fie ușor de eliberat Diametrul discului atrial stâng cuprins între 16 și 56 mm Diametrul discului atrial drept cuprins între 12 și 50 mm Diametrul taliei dispozitivului cuprins între 4 și 40 mm Dispozitivul disponibil în 27 de mărimi astfel încât să fie fiabil pentru anatomii diverse PENTRU PFO: Dispozitivul autoexpandabil, confecționat din nitinol Tratament prin etching chimic pentru reducerea cu mai mult de 97% a nichelului liber din sange Dispozitivul nu provoaca eroziuni aortice, trombi sau evenimente de embolizare, demonstrate prin studii clinice Compus din două discuri ce promovează poziționarea sigură în defectul septal Dispozitiv preasamblat și gata de utilizare pentru reducerea timpului de pregătire. Ușor de recapturat și retras Conexiunea dispozitivului cu cablul de livrare se efectuiază prin înșurubare încât să dispozitivul să fie ușor de eliberat Diametrul discului atrial stâng cuprins între 18 și 25 mm Diametrul discului atrial drept cuprins între 18 și 35 mm Lungimea taliei dispozitivului de 3 mm Modele cu design simetric și asimetric. Drept confirmare celor menționate, se ataseaza prezentului formular, prospecte si instructii de uilizare (in limba romana) de la	DM000813129, DM000813130, DM000813131, DM000813132, DM000813133, DM000813134, DM000813135, DM000813136, DM000813137, DM000813138, DM000813139, DM000813140, DM000813141, DM000813142, DM000813143, DM000813144, DM000813145, DM000813146, DM000813147, DM000813148, DM000813149, DM000813150, DM000813151, DM000813152, DM000813153, DM000813154, DM000813155, DM000376255, DM000376252, DM000376253, DM000376254

33100000-1	32	Lot 1.2 Kit complet închidere a defectului septal atrial (DSA) SI FOP Set sistem de livrare (sublot)	Lot 1.2 Kit complet închidere a defectului septal atrial (DSA) SI FOP Set sistem de livrare (sublot)	AMPLATZER Guidewire AMPLATZER Trevisio Delivery System AMPLATZER Sizing Balloon II	9-GW-002, 9-ATV06F45/60; 9-ATV07F45/80; 9-ATV08F45/80; 9-ATV09F45/80; 9-ATV10F45/80; 9-ATV12F45/80; 9-TDS-08F45-80; 9-TDS-09F45-80, 9-SB-018; 9-SB-024; 9-SB-034	USA	ABBOTT MED	Sistemul de livrare să reducă șansele de deformare a dispozitivului în timpul poziționării și eliberării , curba sub unghi de 45 grade Cablul pentru livrare să prezinte vârf distal ultraflexibil pentru o plasare optimă a dispozitivului Conexiune cu dispozitivul prin înșurubare pentru a promova siguranța procedurii Poziția tecii să se mențină stabilă pe parcursul procedurii Marker pentru indicarea poziției dispozitivului după încărcare Compatibil cu teacă de 6-12 F Setul să conțină teacă și dilator Ghid cu diametru 0.035" cu vârf în J modificat de 1.5 mm și cu lungime utilă minim 260 cm Balon de masurare cu 3 dimensiuni disponibile, ce permit masurarea unor defecte de pana la 20, 27, 40 mm.	Sistemul de livrare reduce șansele de deformare a dispozitivului în timpul poziționării și eliberării , curba sub unghi de 45°. Cablul pentru livrare prezinta un vârf distal ultraflexibil pentru o plasare optimă a dispozitivului Conexiune cu dispozitivul prin înșurubare pentru a promova siguranța procedurii Poziția tecii se menține stabilă pe parcursul procedurii. Marker pentru indicarea poziției dispozitivului după încărcare Compatibil cu teacă de 6-12 F. Setul conține teacă și dilator. Ghid cu diametru 0.035" cu vârf în J modificat de 1.5 mm și cu lungime utilă minim 260 cm. Balon de masurare cu 3 dimensiuni disponibile, ce permit masurarea unor defecte de pana la 20, 25, 40 mm.	DM000569642, DM000569644, DM000569645, DM000569647, DM000569648, DM000569649, DM000376298, DM000376299, DM000813936, DM000813937, DM000813938
------------	----	--	--	--	--	-----	------------	---	--	---

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Tudor Ceaicovschi; În calitate de: director general;

Ofertantul: GBG-MLD SRL; Adresa: mun. Chisinau, str. Albisoara 64/2