

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul licitației: 21036790					Data: 03-09 martie 2021	Alternativa nr.: nu sunt	
Denumirea licitației: pelicula radiologica					Lot: 1	Pagina: 1 din 1	
Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produce-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
32354100-3	Film Konika Minolta DRYPRO SD-Q 20x25	SD-Q	Japonia	Konica Minolta	Filme radiografice Utilizare: Pentru imprimarea imaginilor alb negru la 1/100 Pet, fără procesare umedă, fără cameră obscură, fără substanțe chimice. Caracteristici: baza bleu seculară, densitatea optică maximă:> 3.0, ambalaj complet reciclabil, încărcare de lumină de zi (insensibil la lumină); 125 filme per cutie. Mărimea peliculei: 20,3×25,4 cm Garanție: minim 18 luni din momentul livrării.. Temperatura de stocare: 5-25 C°. Depozitare- fără control de umeditate. Arhivare: minim 20 ani. Compatibil imprimantei: Konica Minolta DRYPRO 832;	Filme radiografice Utilizare: Pentru imprimarea imaginilor alb negru la 1/100 Pet, fără procesare umedă, fără cameră obscură, fără substanțe chimice. Caracteristici: baza bleu seculară, densitatea optică maximă:> 3.0, ambalaj complet reciclabil, încărcare de lumină de zi (insensibil la lumină); 125 filme per cutie. Mărimea peliculei: 20,3×25,4 cm Garanție: minim 18 luni din momentul livrării.. Temperatura de stocare: 5-25 C°. Depozitare- fără control de umeditate. Arhivare: minim 20 ani. Compatibil imprimantei: Konica Minolta DRYPRO 832;	CE, ISO

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Natalia Chicu

În calitate de: administrator

Ofertantul: “Intermed” SRL

Adresa: mun. Chisinau, str. Tighina 65