

Specificatii tehnice						
Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1763099949274 din 17 nov 2025						
Obiectul achiziției: Reactivi de laborator pentru anul de activitate 2026 (sistem închis)						
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul nr. 7 Reagenți pentru investigații, analizator automat de (tip închis) “VITEC-2”						
VITEK 2 GN Carduri pentru identificarea bacililor Gr-negativi fermentativi și nefermentativi	21341	SUA	bioMérieux Inc.	Reagenți compatibili cu analizatorul solicitat	VITEK® 2 GN. Cardul VITEK® 2 pentru identificarea germenilor Gram-negativi (GN) este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK® 2 Systems pentru identificarea automatizată a bacililor Gram-negativi fermentativi și nefermentativi cu cea mai mare semnificație din punct de vedere clinic. Ambalaj: 20carduri/kit. Conform cerințelor generale. Conform cerințelor lotului.	CE, ISO
VITEK 2 AST N437 Carduri pentru testarea sensibilitatii bacilii Gr-negativi	424498	SUA	bioMérieux Inc.	Reagenți compatibili cu analizatorul solicitat	VITEK® 2 AST-N437. Cardul pentru testarea sensibilității la bacteriile Gram-negative, VITEK® 2, este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK® 2 Systems în laboratoarele clinice ca metodă de testare in vitro, pentru a determina sensibilitatea bacililor Gram-negativi aerobi cu cea mai mare semnificație din punct de vedere clinic la agenții antimicrobieni, conform instrucțiunilor. Ambalaj: 20 carduri/kit. Conform cerințelor generale. Conform cerințelor lotului	CE, ISO
2AST N440 Carduri pentru testarea sensibilitatii bacililor Gr-negativi nefermentative	424502	SUA	bioMérieux Inc.	Reagenți compatibili cu analizatorul solicitat	VITEK® 2 AST-N440. Cardul pentru testarea sensibilității la bacteriile Gram-negative, VITEK® 2, este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK® 2 Systems în laboratoarele clinice ca metodă de testare in vitro, pentru a determina sensibilitatea bacililor Gram-negativi aerobi fermentativi și nefermentativi cu cea mai mare semnificație din punct de vedere clinic la agenții antimicrobieni, conform instrucțiunilor. Ambalaj: 20 carduri/kit. Conform cerințelor generale. Conform cerințelor lotului	CE, ISO
VITEK 2 AST N438 Carduri pentru testarea sensibilitatii bacililor Gr-negativi	424499	SUA	bioMérieux Inc.	Reagenți compatibili cu analizatorul solicitat	VITEK® 2 AST-N438. Cardul pentru testarea sensibilității la bacteriile Gram-negative, VITEK® 2, este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK® 2 Systems în laboratoarele clinice ca metodă de testare in vitro, pentru a determina sensibilitatea bacililor Gram-negativi aerobi cu cea mai mare semnificație din punct de vedere clinic la agenții antimicrobieni, conform instrucțiunilor. Ambalaj: 20 carduri/kit. Conform cerințelor generale. Conform cerințelor lotului	CE, ISO
VITEK 2 AST XN26 Carduri pentru testarea sensibilitatii bacililor Gr-negativi	424500	SUA	bioMérieux Inc.	Reagenți compatibili cu analizatorul solicitat	VITEK® 2 AST-XN26. Cardul pentru testarea sensibilității la bacteriile Gram-negative, VITEK® 2, este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK® 2 Systems în laboratoarele clinice ca metodă de testare in vitro, pentru a determina sensibilitatea bacililor Gram-negativi aerobi cu cea mai mare semnificație din punct de vedere clinic la agenții antimicrobieni, conform instrucțiunilor. Ambalaj: 20 carduri/kit. Conform cerințelor generale. Conform cerințelor lotului	CE, ISO
VITEK 2 GP Carduri pentru identificare bacteriilor Gram pozitive	21342	SUA	bioMérieux Inc.	Reagenți compatibili cu analizatorul solicitat	VITEK® 2 GP. Cardul VITEK® 2 pentru identificarea germenilor Gram-pozitivi (GP) este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK® 2 Systems pentru identificarea automatizată a celor mai importante microorganisme Gram-pozitive. Ambalaj: 20 carduri/kit. Conform cerințelor generale. Conform cerințelor lotului	CE, ISO
VITEK 2 AST P592 Carduri pentru testarea sensibilitatii bacteriilor Gram pozitive	22287	SUA	bioMérieux Inc.	Reagenți compatibili cu analizatorul solicitat	VITEK® 2 AST-P592. Cardul pentru testarea sensibilității la bacteriile Gram-pozitive, VITEK® 2, este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK® 2 Systems în laboratoarele clinice ca metodă de testare in vitro, pentru a determina sensibilitatea Staphylococcus spp., Enterococcus spp., și S. agalactiae la agenții antimicrobieni, conform instrucțiunilor. Ambalaj: 20 carduri/kit. Conform cerințelor generale. Conform cerințelor lotului	CE, ISO
VITEK 2 AST P658 Carduri pentru testarea sensibilitatii bacteriilor Gram pozitive	423051	SUA	bioMérieux Inc.	Reagenți compatibili cu analizatorul solicitat	VITEK®2 AST-P658. Cardul pentru testarea sensibilității la bacteriile Gram-pozitive, VITEK® 2, este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK® 2 Systems în laboratoarele clinice ca metodă de testare in vitro, pentru a determina sensibilitatea Staphylococcus spp., Enterococcus spp., și S. agalactiae la agenții antimicrobieni, conform instrucțiunilor. Ambalaj: 20 carduri/kit. Conform cerințelor generale. Conform cerințelor lotului	CE, ISO
VITEK 2 AST P659 Carduri pentru testarea sensibilitatii bacteriilor Gram pozitive	423050	SUA	bioMérieux Inc.	Reagenți compatibili cu analizatorul solicitat	VITEK®2 AST-P659. Cardul pentru testarea sensibilității la bacteriile Gram-pozitive, VITEK® 2, este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK® 2 Systems în laboratoarele clinice ca metodă de testare in vitro, pentru a determina sensibilitatea Staphylococcus spp., Enterococcus spp., și S. agalactiae la agenții antimicrobieni, conform instrucțiunilor. Ambalaj: 20 carduri/kit. Conform cerințelor generale. Conform cerințelor lotului	CE, ISO
GENbag anaer	45534	SUA	bioMérieux Inc.	Reagenți compatibili cu analizatorul solicitat	GENbag anaer. Generatoare pentru realizarea atmosferei de incubare. GENbag anaer conține o pungă etanșă confecționată din material plastic transparent. Utilizat împreună cu un pliculeț cu generator, acesta produce rapid atmosfera adecvată pentru cultivarea bacteriilor care necesită o atmosferă anaerobă. Kitul conține: 20 de pungi etanșe, 20 de generatoare, 2 clipsuri de sigilare.	ISO
Soluție suspensie NaCl 0,45% 1kit=3fl*500ml	V1204	Franța	bioMérieux SA	Reagenți compatibili cu analizatorul solicitat	Soluție salină sterilă numai pentru utilizarea in vitro. NaCl 0,45 % - pH = 4,5 – 7,0. Flacoane de plastic de 500 ml. Kit = 3 flacoane. Conform cerințelor generale. Conform cerințelor lotului.	ISO
Lotul nr. 8 Reagenți pentru investigații imunologice, la analizorul automat (tip închis) „Mini-Vidas”						

VIDAS CMV IgG 1kit x 60 teste	30204. VIDAS® CMV IgG (CMVG)	Franța	bioMérieux SA	Reagenți compatibili cu analizatorul solicitat	30204. VIDAS CMV IgG - test imunoenzimatic cantitativ automat pentru utilizarea pe familia de instrumente VIDAS pentru măsurarea cantitativă a IgG anti-citomegalovirus (CMVG) în serul uman, folosind tehnica ELFA (Enzyme Linked Fluorescent Assay). Kit a cite 60 de teste. Calibrator, control, diluant incluse în kit. Calibrare valabila 14 de zile.	CE, ISO
VIDAS CMV IgM 1kit x 30 teste	30205. VIDAS® CMV IgM (CMVM)	Franța	bioMérieux SA	Reagenți compatibili cu analizatorul solicitat	30205. VIDAS® CMV IgM - test imunoenzimatic calitativ automat pentru utilizare pe familia de instrumente VIDAS® pentru detectarea IgM anti-citomegalovirus (CMVM) în serul uman, folosind tehnica ELFA (Enzyme Linked Fluorescent Assay). Kit a cite 30 de teste. Calibrator, control, diluant incluse în kit. Calibrare valabila 14 de zile.	CE, ISO
VIDAS TOXO IgG 1kit x 60 teste	30210. VIDAS® TOXO IgG II (TXG)	Franța	bioMérieux SA	Reagenți compatibili cu analizatorul solicitat	30210. VIDAS TOXO IgG II - test cantitativ automat pentru utilizarea pe gama de instrumente VIDAS, pentru măsurarea cantitativă a anti-toxoplasmei IgG în serul sau plasma umană (heparinat de litiu sau EDTA) folosind tehnica ELFA (Enzyme Linked Fluorescent Assay). Kit a cite 60 de teste. Calibrator, control, diluant incluse în kit. Calibrare valabila 14 de zile.	CE, ISO
VIDAS TOXO IgM 1kit x 60 teste	424641. VIDAS® TOXO IgM (TXMN)	Franța	bioMérieux SA	Reagenți compatibili cu analizatorul solicitat	424641. VIDAS® TOXO IgM - analiză calitativă automată pentru utilizarea pe gama de instrumente VIDAS®, pentru detectarea anticorpilor IgM anti-Toxoplasma gondii în serul uman, folosind tehnica ELFA (Enzyme Linked Fluorescent Assay - Analiza reacțiilor enzimactice în fluorescență). Este destinat utilizării pentru screeningul infecțiilor cu Toxoplasma gondii la femeile gravide, drept ajutor în diagnosticarea infecțiilor acute sau recente cu Toxoplasma gondii la populația generală imunocompetentă (adulti sau copii cu vârsta peste 1 an) și la femeile gravide, precum și în diagnosticarea toxoplasmozei congenitale la nou-născuți și la copii (cu vârsta între 1 și 12 luni) născuți de o mamă care a contractat toxoplasmoza în timpul sarcinii. Kit a cite 60 de teste. Calibrator, control, diluant incluse în kit. Calibrare valabila 84 de zile.	CE, ISO
VIDAS PSA 1kit x 60 teste	30428. VIDAS® TPSA (TPSA)	Franța	bioMérieux SA	Reagenți compatibili cu analizatorul solicitat	30428. VIDAS® TPSA este un test cantitativ automat pentru utilizarea pe aparatele din gama VIDAS®, pentru măsurarea cantitativă a nivelurilor de antigen specific prostatic (PSA) în serul sau plasma umane (heparinat de litiu sau EDTA) folosind tehnica ELFA (Enzyme Linked Fluorescent Assay - Analiza reacțiilor enzimactice în fluorescență). Kit a cite 60 de teste. Calibrator, control, diluant incluse în kit. Calibrare valabila 56 de zile.	CE, ISO
VIDAS FPSA 1kit x 60 teste	30440. VIDAS® FPSA (FPSA)	Franța	bioMérieux SA	Reagenți compatibili cu analizatorul solicitat	30440. VIDAS® FPSA este un test cantitativ automat utilizat pe familia de instrumente VIDAS® pentru măsurarea cantitativă a fracției libere a antigenului specific prostatic (PSA) din serul sau plasma umane (litiu heparinat sau EDTA) folosind tehnica ELFA (Enzyme Linked Fluorescent Assay). Kit a cite 30 de teste. Calibrator, control, diluant incluse în kit. Calibrare valabila 14 de zile.	CE, ISO
VIDAS CA-125 1kit x 30 teste	30426. VIDAS® CA 125 II™ (125)	Franța	bioMérieux SA	Reagenți compatibili cu analizatorul solicitat	VIDAS CA 125 II este un test cantitativ automatizat pentru utilizarea pe instrumentele care fac parte din familia VIDAS, pentru măsurarea factorilor determinanți antigenici OC 125 în serul sau plasma umană (litiu heparinat sau EDTA) utilizând tehnica ELFA (testul de fluorescență legat de enzimă). Kit a cite 30 de teste. Calibrator, control, diluant incluse în kit. Calibrare valabila 14 de zile.	CE, ISO
VIDAS CA-19.9 1kit x 30 teste	30427. VIDAS®CA 199™ (199)	Franța	bioMérieux SA	Reagenți compatibili cu analizatorul solicitat	VIDAS CA 19-9 este un test cantitativ automatizat pentru utilizarea pe instrumentele care fac parte din familia VIDAS pentru măsurarea determinanților antigenici reactivi 1116-ns-19-9 în serul sau plasma umană (litiu heparinat sau EDTA) utilizând tehnica ELFA (testul de fluorescență legat de enzimă). Kit a cite 30 de teste. Calibrator, control, diluant incluse în kit. Calibrare valabila 14 de zile.	CE, ISO
VIDAS CEA 1kit x 60 teste	30453. VIDAS® CEA (S) (CEAS)	Franța	bioMérieux SA	Reagenți compatibili cu analizatorul solicitat	30453. VIDAS CEA (S) este un test cantitativ automat pentru utilizarea pe gama de instrumente VIDAS, pentru măsurarea cantitativă a antigenului carcinoembrionic (CEA) în serul sau plasma umană (heparinat de litiu) folosind tehnica ELFA (Enzyme Linked Fluorescent Assay). Kit a cite 60 de teste. Calibrator, control, diluant incluse în kit. Calibrare valabila 14 de zile.	CE, ISO
VIDAS HCG 1kit x 60 teste	30405. VIDAS® HCG (HCG)	Franța	bioMérieux SA	Reagenți compatibili cu analizatorul solicitat	30405. VIDAS® HCG este un test cantitativ automatizat pentru utilizarea pe instrumentele care fac parte din familia VIDAS®, pentru măsurarea cantitativă a gonadotropinei corionice în serul uman sau plasma umană (litiu heparinat sau EDTA) utilizând tehnica ELFA (testul de fluorescență legat de enzimă). Kit a cite 60 de teste. Calibrator, control, diluant incluse în kit. Calibrare valabila 14 de zile.	CE, ISO
VIDAS AFP 1kit x 60 teste	30413. VIDAS® AFP (AFP)	Franța	bioMérieux SA	Reagenți compatibili cu analizatorul solicitat	VIDAS® AFP este un test cantitativ automat pentru utilizarea pe aparatele din gama VIDAS® pentru măsurarea cantitativă a alfa fetoproteinei umane în ser, plasmă (litiu heparinat sau EDTA) sau lichidul amniotic, folosind tehnica ELFA (Analiza reacțiilor enzimactice în fluorescență). Kit a cite 60 de teste. Calibrator, control, diluant incluse în kit. Calibrare valabila 14 de zile.	CE, ISO

VIDAS T3 1kit x 60 teste	30403. VIDAS® T3 (T3)	Franța	bioMérieux SA	Reagenți compatibili cu analizatorul solicitat	30403. VIDAS® T3 - test cantitativ automat pentru utilizarea pe aparatele din gama VIDAS® pentru măsurarea cantitativă a triiodotironinei totale (T3) din serul sau plasma umană (heparinat de litiu) folosind tehnica ELFA (Analiza reacțiilor enzimatică în fluorescență). Kit a cite 60 de teste. Calibrator, control, diluant incluse în kit. Calibrare valabila 56 de zile.	CE, ISO
VIDAS T3 liber 1kit x 60 teste	30402. VIDAS® FT3 (FT3)	Franța	bioMérieux SA	Reagenți compatibili cu analizatorul solicitat	30402. VIDAS® FT3 - test cantitativ automat pentru utilizare pe gama de instrumente VIDAS®, pentru măsurarea cantitativă a nivelurilor de triiodotironină liberă (FT3) în serul sau plasma umană (litiu-heparină), folosind tehnica ELFA (Enzyme Linked Fluorescent Assay). Kit a cite 60 de teste. Calibrator, control, diluant incluse în kit. Calibrare valabila 14 de zile.	CE, ISO
VIDAS T4 1kit x 60 teste	30404. VIDAS® T4 (T4)	Franța	bioMérieux SA	Reagenți compatibili cu analizatorul solicitat	30404. VIDAS® T4 - analiză cantitativă automată pentru utilizarea pe gama de aparate VIDAS®, pentru măsurarea cantitativă a tiroxinei (T4) totale din serul sau plasma umană (litiu-heparină), folosind tehnica ELFA (Enzyme Linked Fluorescent Assay - Analiza reacțiilor enzimatică în fluorescență). Kit a cite 60 de teste. Calibrator, control, diluant incluse în kit. Calibrare valabila 28 de zile.	CE, ISO
VIDAS T4 liber 1kit x 60 teste	30459. VIDAS® FT4 (FT4N)	Franța	bioMérieux SA	Reagenți compatibili cu analizatorul solicitat	30459. VIDAS® FT4 (FT4N) este o analiză cantitativă automată pentru utilizarea pe gama de aparate VIDAS®, pentru determinarea tiroxinei libere (FT4) din serul sau plasma umană (litiu-heparină), folosind tehnica ELFA (Enzyme Linked Fluorescent Assay - Analiza reacțiilor enzimatică în fluorescență). Măsurarea tiroxinei libere este utilizată ca ajutor în diagnosticarea și monitorizarea tratamentului tulburărilor tiroidei. Kit a cite 60 de teste. Calibrator, control, diluant incluse în kit. Calibrare valabila 56 de zile.	CE, ISO
VIDAS TSH 1kit x 60 teste	30400. VIDAS® TSH (TSH)	Franța	bioMérieux SA	Reagenți compatibili cu analizatorul solicitat	30400. VIDAS® TSH - test cantitativ automat destinat utilizării pe instrumente din gama VIDAS®, în vederea determinării imunoenzimatică a nivelurilor de hormon de stimulare tiroidiană în serul sau plasma umană (litiu-heparină), utilizând tehnica ELFA (Enzyme Linked Fluorescent Assay (Analiza reacțiilor enzimatică în fluorescență)). Kit a cite 60 de teste. Calibrator, control, diluant incluse în kit. Calibrare valabila 56 de zile.	CE, ISO
VIDAS AT-TG 1kit x 30 teste	30462. VIDAS® Anti-Tg (ATG)	Franța	bioMérieux SA	Reagenți compatibili cu analizatorul solicitat	30462. Testul VIDAS Anti-Tg este un test cantitativ automat pentru utilizare pe gama de instrumente VIDAS, pentru detectia auto-anticorpilor tiroglobulinei de clasa IgG (anti-Tg) în serul sau plasma umana folosind tehnica ELFA (Enzyme Linked Fluorescent Assay). Testul VIDAS Anti-Tg este destinat utilizării drept sprijin în diagnosticarea bolilor autoimune ale tiroidei. Kit a cite 30 de teste. Calibrator, control, diluant incluse în kit. Calibrare valabila 28 de zile	CE, ISO
VIDAS AT-PO 1kit x 30 teste	30461. VIDAS® Anti TPO (ATPO)	Franța	bioMérieux SA	Reagenți compatibili cu analizatorul solicitat	30461. Testul VIDAS Anti-TPO este un test cantitativ automat pentru utilizare pe gama de instrumente VIDAS, pentru detectia auto-anticorpilor tiroid-peroxidazei de clasa IgG (anti-TPO) în serul sau plasma umana folosind tehnica ELFA (Enzyme Linked Fluorescent Assay). Testul VIDAS Anti-TPO este destinat utilizării drept sprijin în diagnosticarea bolilor autoimune ale tiroidei. Kit a cite 30 de teste. Calibrator, control, diluant incluse în kit. Calibrare valabila 28 de zile	CE, ISO
VIDAS Vitamina D 1kit x 60 teste	30463. VIDAS® 25 OH Vitamin D TOTAL (VITD)	Franța	bioMérieux SA	Reagenți compatibili cu analizatorul solicitat	30463. VIDAS® 25 OH Vitamin D TOTAL (VITD) este un test cantitativ automat destinat utilizării pe aparate din gama VIDAS® în vederea determinării 25-hidroxivitaminei D totale în serul și plasma umane utilizând tehnica ELFA (Enzyme Linked Fluorescent Assay - Analiza reacțiilor enzimatică în fluorescență). Analiza VIDAS® 25 OH Vitamin D TOTAL trebuie utilizată ca ajutor la evaluarea suficienței de vitamina D. Kit a cite 60 de teste. Calibrator, control, diluant incluse în kit. Calibrare valabila 56 de zile.	CE, ISO
Termohirtie	ROM_525705	Franța	bioMérieux SA	Reagenți compatibili cu analizatorul solicitat	ROM_HIRTIE TERMICA VIDAS(110mm/25m)	

Semnăt: _____ Numele, Prenumele: Bondarcuc Roman În calitate de: Director
Ofertantul: SRL Mediclîm AM Adresa: Chisinau, str Vasile Alecsandri 141 et 1