

Specificatii tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1617781240547	Data: 17 apr 2021, 10:00 - 28 apr 2021, 10:00	Alternativa nr.: nu
Denumirea licitației:	Aparate de ventilare artificială a plămînilor	Lot: 1	Pagina: 1 din 1

Nr. Lot	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7	8
1	33100000-1	Aparate de ventilare artificială a plămînilor	eVolution 3e Turbine	SUA	eVent	<ul style="list-style-type: none"> - Regim de ventilare 1. APVcmv/(S)CMV+ 2. APVsimv/SIMV+ 3. PCV+ 4. PSIMV+ 5. DouPAP 6. ARV 7. SPONT 8. ASV 9. NIV 10. NIV-ST Presiunea de inspirație 0 – 60 cmH2O - Fluxul maxim de inspirație 240 l/min (150 l/ min cu 100 % O2) - Volumul Tital Adult/Ped 20 – 2000 ml - I:E – 1:9 – 4:1 - PEEP (cmH2) – 0 – 35 cmH2O - Rate b/min – 1- 80 b/min - TI – 0,1-12 sec Configurația: - Ventilator tip turbină; - Troleu; - Suport pentru circuit; - Cablu de alimentare - Umidificator - Circuite pentru pacient cu camera de umidificare 1 buc (sterilizabil) - Circuite pentru pacient cu camera de umidificare 1 buc (autoclavabila) - Manual de utilizare 	Conform broșurii anexate	CE/ISO

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabzei** În calitate de: **director general**

Ofertantul: **FCPC "DataControl" SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. N. Testemițanu 17/6**