

SPECIFICAȚII DE PREȚ

Numărul LP 21231631 din 06.06.2024							
Denumirea licitației : Servicii de deservire, verificare și mentenanță a analizatoarelor							
CPV	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
50421000-2	Servicii de deservire, verificare și mentenanță a analizatorului: „Selectra Pro S”	Selectra Pro S	FRANTA	ELITECH	a. Activitati la solicitare: ☐ Se intervine in maxim 2 ore prin suport telefonic la orice solicitare pentru diagnosticarea/repararea echipamentului; ☐ Se intervine in maxim 24 ore lucratoare, fizic, la locatie, la orice solicitare pentru diagnosticarea/repararea echipamentului; ☐ Diagnosticare si reparatie defect la solicitarea beneficiarului in numar si volum nelimitat; ☐ Montare, demontare, punere in functiune parti componente si piese de schimb ale echipamentelor, ca urmare a unei constatare, in numar si volum orar nelimitat; ☐ Reglaje si testari dupa fiecare interventie (cu sau fara inlocuire de componente), la necesitate, conform documentatiei tehnice;	a. Activitati la solicitare: ☐ Se intervine in maxim 2 ore prin suport telefonic la orice solicitare pentru diagnosticarea/repararea echipamentului; ☐ Se intervine in maxim 24 ore lucratoare, fizic, la locatie, la orice solicitare pentru diagnosticarea/repararea echipamentului; ☐ Diagnosticare si reparatie defect la solicitarea beneficiarului in numar si volum nelimitat; ☐ Montare, demontare, punere in functiune parti componente si piese de schimb ale echipamentelor, ca urmare a unei constatare, in numar si volum orar nelimitat; ☐ Reglaje si testari dupa fiecare interventie (cu sau fara inlocuire de componente), la necesitate, conform documentatiei tehnice;	ISO,CE
50421000-2	Servicii de deservire, verificare și mentenanță a analizatorului: “cell-Dyn Emerald 22”,	cell-Dyn Emerald 22	SUA	ABBOTT	b. Activitati de mentenanta (interventie generala preventiva si obligatorie: ☐ interventii anuale (Revizii tehnice, o data la sase/trei luni) in cadrul carora se efectueaza intretineri generale preventive si obligatorii conform manualelor de service; o Verificarea conditiilor de lucru a echipamentului, calibrarea la necesitate c. Fiecare raport de service va fi semnat de catre Autoritatea Contractanta care va pastra un exemplar; ☐ Se vor consemna in raportul de service piesele de schimb necesare rezolvarii eventualelor defectiuni ale sistemului (fie si constatate in timpul reviziei);	b. Activitati de mentenanta (interventie generala preventiva si obligatorie: ☐ interventii anuale (Revizii tehnice, o data la sase/trei luni) in cadrul carora se efectueaza intretineri generale preventive si obligatorii conform manualelor de service; o Verificarea conditiilor de lucru a echipamentului, calibrarea la necesitate c. Fiecare raport de service va fi semnat de catre Autoritatea Contractanta care va pastra un exemplar; ☐ Se vor consemna in raportul de service piesele de schimb necesare rezolvarii eventualelor defectiuni ale sistemului (fie si constatate in timpul reviziei);	
50421000-2	Servicii de deservire, verificare și mentenanță a analizatorului: “cell-Dyn Emerald 18”,	cell-Dyn Emerald 18	SUA	ABBOTT			

Semnat: _____ Numele, prenumele: Besirik Inga, in calitate de: administrator

Ofertantul: „Intermed-Service” SRL Adresa: mun. Chișinău, str. Albisoara 64/2