

Complete Laboratory Solutions

Planning | Designing | Laboratory Equipment Delivery | Installation | Personnel Training | Consumables Delivery | Maintenance | After Sales Service

 Anexa 22
 la Documentatia standard nr 115
 din „15” septembrie 2021

Specificatii tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,6 8,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1744624060362_14.04.2025									
Obiectul achiziției: Achiziționarea centralizată a Consumabilelor de Laborator conform necesităților IMSP - beneficiari pentru anul 2025-REPETAT 2									
CPV: 33100000-1 - Echipamente medicale									

CPV	Nr. Lot	Denumire LOT	Denumire pozitie	Modelul articolului oferat	Țara de origine	Producator	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertantul LABORATORIUM GRUP	Standarde de referință/ numar inregistrare AMDM
1	2	3	4	5	6	7	8		
33100000-1	12	Lame histologice de sticla	Lame histologice de sticla	Lame de microscop standard Superfrost albe, recomandate pentru HE si coloratii	Netherlands	Epredia Netherlands BV	Foarte transparent și achromatic practic fără culoare, deformare; omogenitate optică ridicată practic fără incluziuni, dungii, bule etc. ; transmisie spectrală înaltă; planaritate bună; stabilitate chimică foarte bună; indicele de refracție	Lame de microscop standard Superfrost albe, recomandate pentru HE si coloratii speciale-AB00008032E01MNZ10 Foarte transparente și achromatice practic fără	DM000798991

Complete Laboratory Solutions

Planning | Designing | Laboratory Equipment Delivery | Installation | Personnel Training | Consumables Delivery | Maintenance | After Sales Service

CPV	Nr. Lot	Denumire LOT	Denumire pozitie	Modelul articolului ofertat	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertantul LABORATORIUM GRUP	Standarde de referință/ număr înregistrare AMDM
				speciale-AB0000803 2E01MNZ1 0			ajustat pentru microscopie; fabricate din sticlă sodică clasa hidrolică 3, dimensiuni: aproximativ 76 x 26 mm, grosime aproximativ 1.1 mm, lame cu margine mată (albă) de 20 mm (la un capăt, pe ambele părți), cu cap rotat la 45°, pre-curatate, gata de utilizare, autoclavabile, în cutii de maxim 50 de bucăți. Compatibile cu Thermo scientific Gemini AS și Thermo scientific ClearVue. 50 lame ca mostre pentru analiza ofertei	culoare, deformare; omogenitate optică ridicată practic fără incluziuni, dungă, bule etc. ; transmisie spectrală înaltă; planaritate bună; stabilitate chimică foarte bună; indicele de refracție ajustat pentru microscopie; fabricate din sticlă sodică clasa hidrolică 3, dimensiuni: 76 x 26 mm, grosime 1.0 mm, lame cu margine mată (albă) de 20 mm (la un capăt, pe ambele părți), cu cap rotat la 45°, pre-curatate, gata de utilizare, autoclavabile, în cutii de 50 de bucăți. Compatibile cu Thermo scientific Gemini AS și Thermo scientific ClearVue. Se oferă 50 lame ca mostre pentru analiza ofertei.	

Complete Laboratory Solutions

Planning | Designing | Laboratory Equipment Delivery | Installation | Personnel Training | Consumables Delivery | Maintenance | After Sales Service

CPV	Nr. Lot	Denumire LOT	Denumire pozitie	Modelul articolului ofertat	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertantul LABORATORIUM GRUP	Standarde de referință/ număr înregistrare AMDM
3310 0000 -1	55	Pipetă dozator cu un canal 1 – 10 mL	Pipeta dozator monocanal 1-10 mL	AP-10ML	OLANDA	Corning B.V.	Pipetă dozator cu un canal 1 – 10 mL. Volum variabil: 1.0 - 10.0 mL Autoclavabilă	Pipeta dozator monocanal 1-10 mL. Volum variabil: 1000ul - 10000 uL. Pipeta este autoclavabilă.	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cernei Silian În calitate de: Administrator
Ofertantul: LABORATORIUM GRUP Adresa: str. Independentei 1/A, Ap. 93, mun Chișinău
Tel/Mob: +37360999911 Data: 06.05.2025