

Specificații tehnice

Numărul licitației:			LP nr. 21409143					Data: „13” mai 2025	Alternativa nr.:-
Denumirea licitației:			Achiziționarea centralizată a REAGENȚILOR conform necesităților IMSP - beneficiari pentru anul 2025 – REPETAT 2						Pagina: 1 din 6
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1	2			3	4	5	6	7	8
33600 000-6	47	Mediu saburoud (Lichid) (reagent 6.122)	Mediu saburoud (Lichid) (reagent 6.122)	Sabouraud Dextrose Agar, ref.402280	Italia	Liofilchem	Tipul reagentului - Lichid Ambalaj - pînă la 500 ml	Tipul reagentului - Lichid Ambalaj - 6 fl. X 100ml	DM000432769
33600 000-6	49	Panel cu godeuri pentru testarea sensibilității la Colistin(MIC Strip Colistin) (reagent 6.136)	Panel cu godeuri pentru testarea sensibilității la Colistin(MIC Strip Colistin) (reagent 6.136)	ComASP Colistin 0.25-16, 75001	Italia	Liofilchem	Panel cu godeuri pentru testarea sensibilității la colistină cu metoda microdiluției în bulion. Cu concentrația de la 0,25-16 mcg/ml. Ambalarea până la 50 teste	Panel cu godeuri pentru testarea sensibilității la colistină cu metoda microdiluției în bulion. Paneluri ambalate individual în folie cu desicant cu silicagel. Cu concentrația de la 0,25-16 mcg/ml. Amb.: 4x4 tests + 16 Tubes cu Mueller Hinton II Broth.	DM000431128
33600 000-6	53	Peptonă fermentativă uscată (reagent 6.155)	Peptonă fermentativă uscată (reagent 6.155)	PEPTONE BACTERIOLOGICAL, 611701	Italia	Liofilchem	Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,5 kg	Pulbere deshidratată. Amb. 500g.	certificat ISO. Nu este IVD Device sau Medical Device.
33600 000-6	61	Agar Tehnic (reagent 6.3)	Agar Tehnic (reagent 6.3)	Agar, REF.611001	Italia	Liofilchem	Agar Tehnic echivalent cu Agar Difco Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,5 kg	Agar Tehnic echivalent cu Agar Difco Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - 0,5 kg	certificat ISO. Nu este IVD Device sau Medical Device.

33600 000-6	67	Indicator biologic Bacillus stearothermophilus spore (reagent 6.84)	Indicator biologic Bacillus stearothermophilus spore (reagent 6.84)	STRIP CONTROL GST E6 20 strips + 20 tubes, 91055	Italia	Liofilchem	Indicator biologic Bacillus stearothermophilus spore de până la strip 25/ambalaj	Indicatori biologici pentru procesele de sterilizare cu abur cu spori de G. stearothermophilus ATCC® 7953 inoculati pe benzi de hartie. Amb. 20 de unități în plic lipit termic, 20 de plicuri + 20 de tuburi în cutii de carton	certificat ISO. Nu este IVD Device sau Medical Device.
33600 000-6	73	Tromboplastina cu posibilitatea determinării INP (reagent NEW)	Tromboplastina cu posibilitatea determinării INP (reagent NEW)	5267L	Marea Britanie	Helena Biosciences	Amestec de tromboplastină cu clorura de calciu lichid, cu activitatea 11-14 sec ISO 1-1,2 pentru determinarea indicelui de protrombina, protrombinei după QUICK în plasma, INR, set până la 100 teste. Ambalaj: Flacon de până la 10 ml cu CaCl2 inclus în set.	Amestec de tromboplastină cu clorura de calciu lichid, cu activitatea 11-14 sec ISO 1-1,2 pentru determinarea indicelui de protrombina, protrombinei după QUICK în plasma, INR, set 100 teste. Ambalaj: Flacon de 10 ml cu CaCl2 inclus în set.	DM000394198
33600 000-6	74	Set p/u determinarea timpului de protrombină (TP) (Set 100 teste) (1.52)	Set p/u determinarea timpului de protrombină (TP) (Set 100 teste) (1.52)	5267L	Marea Britanie	Helena Biosciences	Reagent tromboplastina-calcium pentru determinarea timpului de protrombina după Quick, INR, ISI-1,05 în plasmă. Plasma de control și reagenții de la același producător. Ambalaj: până la 10 ml cu CaCl2 inclus în set.	Reagent tromboplastina- calcium pentru determinarea timpului de protrombina după Quick, INR, ISI-1,05 în plasmă. Ambalaj: 10 ml cu CaCl2 inclus în set.	DM000394198
33600 000-6	76	Anti-TPO cu calibratori, ELISA (4.78)	Anti-TPO cu calibratori, ELISA (4.78)	1125-300, AIT- 101 control	SUA	Monobind	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul “+” și “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE. Cu stripuri și godeuri detasabile cu streptavidina, calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător	Anti TPO, cu control și calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste. Cu stripuri și godeuri detasabile cu streptavidina, calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător	DM000661350

33600 000-6	77	AT/TG cu calibratori, ELISA (4.81)	AT/TG cu calibratori, ELISA (4.81)	1025-300, AIT- 101 control	SUA	Monobind	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, sSet de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina, calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător	AT/TG, cu control si calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste. Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina, calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător	DM000661348
33600 000-6	78	CA 125, cu calibratori, ELISA (4.82)	CA 125, cu calibratori, ELISA (4.82)	3025-300, TMC-300 control	SUA	Monobind	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE. Cu stripuri si godeuri detașabile,cu streptavidina, calibratori si reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregatite si fixate de producator	CA 125, cu control (nivel inalt, mediu si jos) si calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste. Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina, calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător	DM000661364
33600 000-6	79	CA 19-9 cu calibratori (4.84)	CA 19-9 cu calibratori (4.84)	3925-300, TMC-300 control	SUA	Monobind	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile,cu streptavidina, calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregatite si fixate de producător	CA 19-9, cu control (nivel inalt, mediu si jos) si calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste. Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina, calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător	DM000661368

33600 000-6	80	CEA , cu calibratori, ELISA (4.88)	CEA , cu calibratori, ELISA (4.88)	4625-300, ML- 300B control	SUA	Monobind	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detașabile cu streptavidina , calibratori si reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregatite si fixate de producător	CEA, cu control (nivel inalt, mediu si jos) si calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste. Cu stripuri si godeuri detașabile cu streptavidina, calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător	DM000380054
33600 000-6	81	Multi-ligand control Tri- level (pentru 19 parametri)2x3ml (4.109)	Multi-ligand control Tri-level (pentru 19 parametri)2x3ml (4.109)	ML-300B	SUA	Monobind	Certificat CE.Pentru 19 parametri (markeri oncologici ,hormoni,etc.) trei nivele 2 fiecare câte 3 ml	Multi-ligand control Tri- level pentru urmatorii parametri: AFP, AMH, CEA, Cortisol, C-Peptide, DHEA, DHEA S, DIG, Estradiol, Estriol, Ferritin, Folate, FSH, hCG, hGH, IgE, Insulin, LH, PRL, Progesterone, PSA, FPSA, SHBG, Testo, Free Testo, T3, FT3, T3U, T4, FT4, TSH, Vit B12, 17OHP) trei nivele x 2 fiecare câte 3 ml	DM000674807
33600 000-6	82	Multi-ligand control Tri- level , Tireoglobulin, 2x3ml (4.110)	Multi-ligand control Tri-level , Tireoglobulin, 2x3ml (4.110)	AIT-101	SUA	Monobind	Certificat CE.Control pentru Tireoglobulina, trei nivele 2 fiecare câte 3 ml	Multi-ligand control Tri- level, Tireoglobulin. Control pentru Tireoglobulina (Anti-Tg & Anti-TPO Control), trei nivele x 2 fiecare câte 3 ml	DM000661526
33600 000-6	83	Multi-ligand control Tri- level 2x2ml (4.111)	Multi-ligand control Tri-level 2x2ml (4.111)	TMC-300	SUA	Monobind	Certificat CE.Pentru trei marcheri oncologici: CA 19-9; CA- 125; CA 153 trei nivele fiecare câte 2 ml	Multi-ligand control Tri- level pentru trei marcheri oncologici: CEA 19-9; CA- 125; CA 153, trei nivele x 2 fiecare câte 2 ml	DM000661527

33600 000-6	84	PSA liber cu calibratori (4.120)	PSA liber cu calibratori (4.120)	2325-300, ML- 300B	SUA	Monobind	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	PSA liber,cu control (nivel inalt, mediu si jos) si calibratori. Metoda de determinare ELISA, 96 teste. Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina, calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător	DM000368080
33600 000-6	85	PSA, cu calibratori, ELISA (4.121)	PSA, cu calibratori, ELISA (4.121)	2125-300, ML- 300B	SUA	Monobind	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile,cu streptavidina,calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător.	PSA, cu control (nivel inalt, mediu si jos) si calibratori. Metoda de determinare ELISA, 96 teste. Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina, calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător	DM000368081
33600 000-6	86	TSH cu calibratori (4.134)	TSH cu calibratori (4.134)	325-300, ML-300B	SUA	Monobind	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina,calibratori si reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător	TSH, cu control (nivel inalt, mediu si jos) si calibratori. Metoda de determinare ELISA, 96 teste. Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina, calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător	DM000661506
33600 000-6	87	T4 liber cu calibratori, 96 teste ELISA (4.136)	T4 liber cu calibratori, 96 teste ELISA (4.136)	1225-300, ML- 300 control	SUA	Monobind	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile , calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător	T4 liber, cu control (nivel inalt, mediu si jos) si calibratori. Metoda de determinare ELISA, 96 teste. Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina, calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător	DM000661498

33600 000-6	88	Determinarea D-dimer set 96 teste , ELISA (4.138)	Determinarea D- dimer set 96 teste , ELISA (4.138)	12025-300	SUA	Monobind	Determinarea D-dimer set 96 teste , ELISA	D-Dimer, metoda de determinare ELISA, 96 teste. Set de diagnosticare cu calibratori, si control, stripuri detasabile	DM000661438
33600 000-6	89	Determinarea Vitaminei B 12 set 96 teste , ELISA (4.139)	Determinarea Vitaminei B 12 set 96 teste , ELISA (4.139)	7625-300	SUA	Monobind	Determinarea Vitaminei B 12 set 96 teste , ELISA	Vitamin B 12, metoda de determinare ELISA, 96 teste. Set de diagnosticare cu calibratori si stripuri detasabile	DM000661342
33600 000-6	90	Determinarea Vitamina D set 96 teste , ELISA (4.140)	Determinarea Vitamina D set 96 teste , ELISA (4.140)	9425-300	SUA	Monobind	Determinarea Vitamina D set 96 teste , ELISA	Vitamin D, metoda de determinare ELISA, 96 teste. Set de diagnosticare cu calibratori, stripuri detasabile	DM000661360
Semnat:_____ Numele, Prenumele: Tudor Ceaicovschi; În calitate de: director general;									
Ofertantul: "GBG-MLD" SRL; Adresa: mun. Chisinau, str. Albisoara 64/2;									