

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție:	Achizitii.md ID 21040368, MTender ID ocde-b3wdp1-MD-1622722732611 din „11” iunie 2021	Pagina: 1 din 1
Denumirea procedurii de achiziție:	Achiziționarea reactivelor de laborator (2adaugator)	

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produs-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7	8
Lotul 1. "Analizator bacteriologic VITEC 2 GN"								
1	33696500-0	VITEC 2 GN	21341	SUA	bioMerieux Inc.	ambalaj standart pentru analizator 1kit =20 carduri	VITEK® 2 GN. Cardul VITEK® 2 pentru identificarea germenilor Gram-negativi (GN) este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK® 2 Systems pentru identificarea automatizată a bacililor Gram-negativi fermentativi și nefermentativi cu cea mai mare semnificație din punct de vedere clinic. Ambalaj: 20 carduri/kit	CE, ISO
2	33696500-0	VITEC 2 GP	21342	SUA	bioMerieux Inc.	ambalaj standart pentru analizator 1kit =20 carduri	VITEK® 2 GP. Cardul VITEK® 2 pentru identificarea germenilor Gram-pozitivi (GP) este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK® 2 Systems pentru identificarea automatizată a celor mai importante microorganisme Gram-pozitive. Ambalaj: 20 carduri/kit	CE, ISO
3	33696500-0	VITEC 2 ASTP592	22287	SUA	bioMerieux Inc.	ambalaj standart pentru analizator 1kit =20 carduri	VITEK® 2 AST-P592. Cardul pentru testarea sensibilității la bacteriile Gram-pozitive, VITEK® 2, este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK® 2 Systems în laboratoarele clinice ca metodă de testare <i>in vitro</i> , pentru a determina sensibilitatea Staphylococcus spp., Enterococcus spp., și S. agalactiae la agenții antimicrobieni, conform instrucțiunilor. Ambalaj: 20 carduri/kit	CE, ISO
4	33696500-0	VITEC 2 ASTN204	412865	SUA	bioMerieux Inc.	ambalaj standart pentru analizator 1kit =20 carduri	AST-N204. Cardurile pentru testarea susceptibilității bacililor Gram negativi VITEK® 2 sunt destinate utilizării cu sistemele VITEK 2 în laboratoarele clinice ca test <i>in vitro</i> pentru a determina susceptibilitatea la agenții antimicrobieni a bacililor Gram negativi aerobi cu semnificație clinică conform instrucțiunilor din Buletinul Informativ Online al Produsului. Ambalaj: 20 carduri/kit	CE, ISO
5	33696500-0	VITEC 2 ASTN222	413083	SUA	bioMerieux Inc.	ambalaj standart pentru analizator 1kit =20 carduri	AST-N222. Cardurile pentru testarea susceptibilității bacililor Gram negativi VITEK® 2 sunt destinate utilizării cu sistemele VITEK 2 în laboratoarele clinice ca test <i>in vitro</i> pentru a determina susceptibilitatea la agenții antimicrobieni a bacililor Gram negativi aerobi cu semnificație clinică conform instrucțiunilor din Buletinul Informativ Online al Produsului. Ambalaj: 20 carduri/kit	CE, ISO
6	33696500-0	Tuburi polister (clare)	69285	Franța	bioMerieux	Cutie/2000buc	69285_TUBURI DE POLISTIRENA (12X75 mm). Clare, pentru analizatorul VITEK® 2 . Cutie = Set = (1x2000) buc.	CE, ISO

Semnăt:

Numele, Prenumele: Bondarciuc Roman

Ofertantul: **SRL Mediclim AM**

În calitate de: Director

Adresa: MD-2005, Mun. Chișinău, str. V. Alecsandri 141/A, et. 1

Data: 11.06.2021