

Specificații tehnice

		Numărul licitației: LP nr.21387428/ocds-b3wdp1-MD-1743002014945						Data: 11.04.2025	Alternativa nr.: -
		Denumirea licitației: Achiziționarea electrocardiostimulatoare conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2025 (repetat)							Pagina: 1 din 1
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	
3310000 0-1	3	Teacă cu valvă hemostatică pentru punctie transseptala	Teacă cu valvă hemostatică pentru punctie transseptala	Swartz, ref.: 407449, 407439, 407451, 407453	USA	St. Jude Med. / ABBOTT Med.	Lungimea canulei utile de 62-63 cm, cu ID de 8-9 F cu valva hemostatica,(pentru hemostaza efectiva si risc minimal de embolie aeriana) pentru abord femoral se vor livra cu miniguide wire de oțel inoxidabil sau de nitinol/platinum cu lungimi de 180 cm de tip J de 0,032, tip curvatură SL0 si SL1; « Side port » cu robinet cu trei cai. Material Pebax sau Teflon. Introducatorul, dilatatorul, ghidul vor fi într-un plastic pentru o mai usoara spalare a acestora inainte de procedura. Vârful distal de teacă și dilatator să fie cu marker radiopoac pentru vizualizarea sporită intracardiacă. Teaca sa fie acomodata pentru acul de punctie cu lungimea 71 cm.	Lungimea canulei utile de 63 cm, cu ID de 8F, 8,5 F cu valva hemostatica, (pentru hemostaza efectiva si risc minimal de embolie aeriana) pentru abord femoral se vor livra cu miniguide wire de oțel inoxidabil sau de nitinol/platinum cu lungimi de 180 cm de tip J de 0,032, tip curvatură SL0 si SL1; «Side port » cu robinet cu trei cai. Material Pebax sau Teflon. Introducatorul, dilatatorul, ghidul vor fi într-un plastic pentru o mai usoara spalare a acestora inainte de procedura. Vârful distal de teacă și dilatator să fie cu marker radiopoac pentru vizualizarea sporită intracardiacă. Teaca acomodata pentru acul de punctie cu lungimea 71 cm. Brosura atasat.	declaratie de conformitate
3310000 0-1	4	Cardiostimulator-cardioverter tricameral (biventricular) CRT – D in complex cu electrozi si kituri pentru intubarea sinusului coronarian, electrodul de socare	Cardiostimulator-cardioverter tricameral (biventricular) CRT – D in complex cu electrozi si kituri pentru intubarea sinusului coronarian cu electrodul de socare	Quadra Assura, ref.: CD3367-40QC + 2088TC/52 sau 2088TC/58 + Quartet™: 1458Q + DURATA™: 7122Q/58 sau 7122Q/65 + CPS Direct: DS2C020 si DS2C019 sau DS2C020 + DS2N027 si DS2N026 sau DS2N028 + TD2602N + GUIDEWIRE -: 4078G (tip DF-4) CD3367-40C + 2088TC/58 sau 2088TC/65 + 1458Q + DURATA™: 7122/58 sau 7122/65+ DS2C020 si DS2C019 sau DS2C020 + DS2N027 si DS2N026 sau DS2N028 + TD2602N + GUIDEWIRE -: 4078G (tip DF-1)	USA	St. Jude Med. / ABBOTT Med.	Cardioverter-defibrilator tricameral (biventricular) CRT – D (device pentru terapie de resincronizare si prevenire mortii subite) in complex cu electrozi: atrial cu lungimea 52-60 diametru 5F-7 F, cu fixarea active pentru ventricul drept electrod de socare lungimea 58-65 cm, diametru 7F-9F, de tip DF-4 sau DF-1/IS-1, cu fixație activă, electrod pentru ventricul sting quadripolar (conexiunea IS1/IS4), minimum 10 vectori de stimulare VS, diametru 4F - 6F cu fixarea pasiva, kit-introducer cu sistem de delivrare pentru intubarea de sinus coronarian (minimum 2 teci cu diferite curburi - la solicitarea specialistului),subselector minimum 2 curburi (la solicitarea specialistului), balon pentru venografie sinusului coronarian; ghid coronarian hidrofild- 0.014. Lungevitatea bateriei minimum 7 ani. RMN compatibil minimum cu 1.5 T (optional).	Cardioverter-defibrilator implantabil biventricular de tip – electrod ventricular VR, RMN compatibil 1.5T, longivitate dispozitivului 10,3 ani, electrod ventricular de socare lungimea 58 sau 65, diametru 7F, de tip DF-4 sau DF-1/IS-1, cu fixație activă. Algoritme de autocapturare, autosensing, discriminarea tahicardiei s/ventriculare. 3 zone de tahicardii (VT1, VT2, VF). Terapii antitahicardice de socare 40 Dj. Solicitare dimensiunii electrozilor la cerinta specialistului. prezintă patru electrozi de stimulare și 10 vectori de stimulare, oferind mai multe opțiuni și un control mai mare pentru a minimiza complicațiile implantului, cum ar fi stimularea diafragmatică și pragul de stimulare ridicat. - Posibilitatea de a livra stimulare antitahicardica inainte si pe durata incarcarii inainte de livrarea socului pentru evenimentele detectate in zona de fibrilatie ventriculara (FVT via VF). - Sistem de monitorizare a pacientului cu alerte configurabile prin vibratie; - Posibilitatea programarii duratei impulsului bifazic in terapia de defibrilare. Brosura atasata.	DM000654903/DM000654916 DM000307917 DM000513017 DM000513016 DM000307916
3310000 0-1	7	Electrod diagnostic decapolar	Electrod diagnostic decapolar	Inquiry™ Electrophysiology Catheters Decapolar 5 F, model IBI-81104 (dimensiuni: 81172, 81174, 81734, 81102, 81104, 87006, 81945)	USA	SJM / Abbott Medical	Cateter electrod de diagnostic electrofiziologie intracavitar 10 polar, dimensiuni 5, 6 F cu curbura deflectabilă disponibilă în dimensiuni M(medium), L (large), spațiu între electrozi 2-6-2 sau 2-5-2 mm, lungimea 110, 115 cm. Catetere să fie compatibile cu cablu de conectare. Posibilitatea de a folosi la pacienți pediatrici.	Cateter electrod de diagnostic electrofiziologie intracavitar 10 polar, dimensiuni 5, 6 F cu curbura deflectabilă disponibilă în dimensiuni M(medium), L (large)- la solicitarea beneficiarului; spațiu între electrozi 2-5-2 mm, lungimea 110cm. Catetere - compatibile cu cablu de conectare. Posibilitatea de a folosi la pacienți pediatrici. Brosura atasat.	DM000376567

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Ceaicovschi Tudor; În calitate de: director general;
Ofertantul: "GBG-MLD" SRL; Adresa: mun. Chisinau, str. Albisoara 64/2;