



**În atenția: Grupului de lucru Centrului pentru  
Achiziții Publice Centralizate în Sănătate (CAPCS).**

**DECLARAȚIE DE ANGAJAMENT**

Prin prezenta, compania „GBG-MLD” SRL, participantă la procedura de achiziție publică nr. 21584758 / ocds-[ocds-b3wdp1-MD-1774016909151](#) din data de 27 mai 2026, privind „**Achiziționarea dispozitivelor medicale (Dispozitiv pentru Hemodializă) conform necesității instituției medico-sanitare publice**”, declarăm pe propria răspundere următoarele:

Compania noastră se angajează să asigure, pe întreaga perioadă de garanție și post-garanție, implementarea unui plan complet de mentenanță preventivă, calibrare, inspecții tehnice și verificări de siguranță, în strictă conformitate cu instrucțiunile producătorului și cerințele tehnice aferente fiecărui lot.

Planul de mentenanță propus de GBG-MLD SRL include activități structurate de întreținere preventivă și calibrare, astfel:

1. **Calibrare cântar** – 6 vizite în primii 2 ani de mentenanță și garanție / 15 vizite în următorii 5 ani mentenanță post garanție
2. **Calibrare încălzitor** – 2 vizite în primii 2 ani de mentenanță și garanție / 5 vizite în următorii 5 ani mentenanță post garanție
3. **Total vizite de mentenanță** – 8 vizite în primii 2 ani / 20 vizite în următorii 5 ani mentenanță post garanție.

Activitățile de mentenanță vor fi efectuate în conformitate cu Manualul de Service SW 1.50.xx EN „Preventive Maintenance and Technical Safety Inspection OMNI SM EN / Rev. 02.04.00 / 11/2017”, respectând integral cerințele indicate în manualul sus menționat (pag. 383-392) privind:

1. inspecția tehnică de siguranță (TSI) la fiecare 24 luni;
2. verificările și testele din checklist-ul producătorului;
3. procedurile de calibrare și verificare a senzorilor, pompelor, alarmelor și componentelor de siguranță;
4. testele electrice conform standardelor EN 62353 / EN 60601-1;
5. documentarea completă a fiecărei intervenții de mentenanță.

Prin prezenta, ne angajăm că toate intervențiile vor fi efectuate de personal autorizat și instruit, utilizând procedurile și intervalele recomandate de producător, astfel încât echipamentele să funcționeze în parametri optimi de siguranță și performanță pe întreaga durată de exploatare.



Plan de mentenanță

Denumire serviciu	Numărul de vizite pentru 2 ani	Numărul de vizite pentru 5 ani
Calibrare cântar	6	15
Calibrare încălzitor	2	5
<b>TOTAL VIZITE</b>	<b>8</b>	<b>20</b>

*Cu respect,*

**Tudor CEAICOVSCHI,**  
Director General al „GBG-MLD” SRL