

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

|                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1645005271297 / 21051863 din: conform SIARSAP Mtender           |
| Obiectul achiziției: Consumabile pentru cardiologia intervențională și chirurgia endovasculară pentru anul 2022 |

| Nr. | Denumirea bunurilor/ serviciilor                     | Denumirea modelului bunului/ serviciului | Țara de origine | Produ-cătorul   | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Standarde de referință |
|-----|------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 2   | Lot 2. Stent coronarian farmacologic activ SIROLIMUS | LPRPC                                    | China           | Lepu Medical    | Material stent: Cobalt Crom. Design stent: celule deschise. Grosime strut: 80 μm. Substanța activă: Sirolimus în doză 3.0-4.0 μg/mm pe lungimea stentului. Timpul de degradare a polimerului și eliberare de medicament 3-4 luni. Acoperire abluminală și gradabilă. Diametre stent de la 2.25 până la 4.0 mm. Lungimi stent de la 9 până la 38 mm. Material balon: nylon 12. Presiunea nominală: 8-9 atm. RBP: 14-16 atm. Livrabil prin cateter-ghid de 5 F. Lungime utilă 144 cm. Lipsa de deformare la trecere prin leziuni calcificate cu tracabilitate și împingere sporită. | Material stent: Cobalt Crom. Design stent: celule deschise. Grosime strut: 80 μm. Substanța activă: Sirolimus în doză 1,6 μg/mm pe lungimea stentului. Timpul de degradare a polimerului și eliberare de medicament 3-4 luni. Acoperire abluminală și gradabilă. Diametre stent de la 2.5 până la 4.0 mm. Lungimi stent de la 12 până la 36 mm. Material balon: nylon 12. Presiunea nominală: 8-9 atm. RBP: 14-16 atm. Livrabil prin cateter-ghid de 5 F. Lungime utilă 135 cm. Lipsa de deformare la trecere prin leziuni calcificate cu tracabilitate și împingere sporită. | CE, ISO                |
| 3   | Lot 3. Balon non-compliant de diametre mari.         | Apollo                                   | China           | BrosMed Medical | Balon angioplastie non-compliant, acoperire hidrofilică. Compatibilitate ghid: 0,014". Sistem cu lungime utilizabilă 140-160 cm. Diametre disponibile balon de la 4.0 până la 6.0 mm. Lungime de la 6 până la 30 mm. Marker radiopaci: 2. Compatibil cu cateter ghid de 5 F. Presiune nominală: 12 atm. Presiune RPB: 20-22 atm, în funcție de diametrul balonului. Performanța non-complării: creșterea cu până la 3% de la diametrul nominal al balonului la presiuni de 12-18 atm.                                                                                             | Balon angioplastie non-compliant, acoperire hidrofilică. Compatibilitate ghid: 0,014". Sistem cu lungime utilizabilă 140-160 cm. Diametre disponibile balon de la 4.0 până la 6.0 mm. Lungime de la 6 până la 30 mm. Marker radiopaci: 2. Compatibil cu cateter ghid de 5 F. Presiune nominală: 12 atm. Presiune RPB: 20-22 atm, în funcție de diametrul balonului. Performanța non-complării: creșterea cu până la 3% de la diametrul nominal al balonului la presiuni de 12-18 atm.                                                                                         | CE, ISO                |

|   |                                              |             |       |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
|---|----------------------------------------------|-------------|-------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 4 | Lot 4. Set pompă cu manometru tip "pistol".. | 42.04.40052 | China | SCW Medical | Set pompa de tip "pistol" cu manometru de presiune pentru umflarea baloanelor pina la 30 atm. Deflare rapida prin apăsarea trăgaciului si posibilitate de operare cu 1 mână. Inclusă valva hemostatica cu sistem de închidere tip push-pull, tub de extensie de minim 20 cm cu diametrul interior de 0,096 inch/2,44 mm, torquerul si introducerea metalic | Set pompa de tip "pistol" cu manometru de presiune pentru umflarea baloanelor pina la 30 atm. Deflare rapida prin apăsarea trăgaciului si posibilitate de operare cu 1 mână. Inclusă valva hemostatica cu sistem de închidere tip push-pull, tub de extensie de minim 20 cm cu diametrul interior de 0,096 inch/2,44 mm, torquerul si introducerea metalic | CE, ISO |
|---|----------------------------------------------|-------------|-------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Perminov Andrei

În calitate de: Administrator Ofertantul: ImpulsProGroup SRL

Adresa: str. Nicolai Zelinski, nr. 31/B, ap. 51