

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție ocde-b3wdp1-MD-1694075993240 din 02.10.2023

Obiectul achiziției: Achiziționarea articolelor parafarmaceutice/ consumabile pentru anul 2023

N/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertanta	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
47	Filtre antibacteriale antivirale cu return hidrotermic (HME) p/VAP	40820	Turcia	R-Vent Medikal	Conform caietului de sarcini	1. filtru respirator tip HME p/u aparatele de anestezie si ventilare 2. eficienta de filtrare bacteriana si virala 99,9999% 3. rezistenta fluxului la 30 L/min- maxim 1,0 cmH2O, la 60 L/min- maxim 2,6 cmH2O, 4. volum compresibil maxim 60 ml, 5. volum Tidal minimal 200 ml, 6. return de lichid la VT-500 ml- minim 30,6 mg H2O/L, 7. port Luer p/proba de CO2 8. Filtru aiba la baza de filtrare component	
94	Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulți, adaptor „cot cu pivot dublu” pentru 72 ore, endotraheal 16Fr	72160	Turcia	R-Vent Medikal	Conform caietului de sarcini	1. Sistem de aspirare cu circuit închis cu adaptor “cot cu pivot dublu rotativ” pentru adulți 72 ore, 2. camera dedicata epurarii centrifuge cu flux turbulent, cu inchidere automata la retractia cateterului, 3. cu minim 2 inele de curatare a cateterului 4. cateter cu gradatie numerica pentru controlul adancimii avansarii, 5. cu blocarea butonului de aspirare, 6. lungimea cateterului minim 50-70 cm, 7. capat atraumatic cu minim 3 guri de aspiratie, 8. cu port aditional p/u introducerea medicamentelor endotraheal, benzi adezive cu zilele saptaminii, 16Fr	

140	Tubulatura gofrate Aparat de ventilare	11104010S	Turcia	R-Vent Medikal	Conform caietului de sarcini	1. Cu balon (colector) pentru O2 2. Fara miros 3. Piesa Y 4. Conector in genunchi cu adaptor Luer-lock pentru controlul concentratie CO2 5. Lungimea 160 cm 6. Conector standart cu ventilator si sonda de intubare 15 mm si 22 mm 7. Ambalat steril	
143	Casca pentru ventilatie neinvaziva	500	Italia	Dimar	Conform caietului de sarcini	Casca pentru ventilatie neinvaziva Nota: castile se comercializeaza in cutii de 5 bucati. Marimile la solicitarea utilizatorului conform codurilor 500/9482: XS 500/9483: S 500/9484: M 500/9485: L 500/9486: XL 500/9487: XXL 500/9488: 3XL	

Semnat: Numele, prenumele: Ghenadie Rusu_ În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL BIO ANALITICA Adresa: str. Podul Inalt 20/2, of.10, or. Chisinau