

Specificații de preț

Numărul: **ocds-b3wdp1-MD-1776251777505 din 15/04/2026**

Denumirea procedurii de achiziție: Aspirator medical, chirurgical

Nr. Lot	Denumirea bunurilor	U/M	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3		5	6			9	10
1	Aspirator chirurgical	bucată	1	18600,00	22320,00	18600,00	22320,00	În decurs de 20 zile de la solicitare IMSP Institutul de Neurologie și Neurochirurgie „DIOMID GHERMAN”, conform necesităților acestuia, pe parcursul anului 2026, INCOTERMS DDP	
TOTAL						18600,00	22320,00		

Numele, Prenumele: Bujac Dorina

În calitate de: Manager achiziții

Ofertantul: „Med-M” SRL

Adresa: MD-3801, mun. Comrat, str. Dobrovoliski, 2A, UTA Gagauzia

Specificații tehnice

Numărul: ocds-b3wdp1-MD-1776251777505 din 15/04/2026							
Denumirea procedurii de achiziție: Aspirator medical, chirurgical							
	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	Aspirator chirurgical	Ref. aspirator: RE 410350/01 Ref.vas de 2 L: RE 210351/01 Ref. filtru antibacterian: SP 0047	Italia	CA-MI S.R.L.	<p>Aspirator chirurgical (performanță avansată)</p> <p>Descriere Aspiratoarele chirurgicale sunt capabile să creeze o presiune de vid > 600 mmHg. Cele mai multe proceduri chirurgicale necesită aspirare pentru a elimina sângele și lichidele care se acumulează în zona operatorie și obstrucționează vizibilitatea chirurgicală.</p> <p>Parametri și specificații</p> <p>1. Vacuum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Limită maximă: ≥ 670 mmHg • Rată de flux: ≥ 80 l/min • Indicator vacuum: da, eroare ≥ ±5% • Reglator aspirație: obligatoriu <p>2. Nivel de zgomot</p> <ul style="list-style-type: none"> • ≤ 50 dBA <p>3. Vas colector</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utilizare în timpul aspirării: un singur vas colector • Selector mecanic de vas: obligatoriu • Număr vase: 2 buc. <i>(se va indica codul sau modelul produsului oferit)</i> • Capacitate: 2 L • Protecție la umplere pentru fiecare vas: obligatoriu • Tip vas: reutilizabil <p>4. Suport mobil <i>(se va indica codul sau modelul oferit)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Container sau mecanism pentru fixarea tubului de aspirare: obligatoriu • Suport cu roți: ≥ 4 roți • Roți cu frână: da, ≥ 2 buc. • Mâner pentru transport: obligatoriu <p>5. Accesorii</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pedală pornire/oprire aspirație: obligatoriu • Suport/diviziune pentru cablul de alimentare (220 V, 50 Hz): obligatoriu • Filtru antibacterian: 15 buc. <i>(se va indica codul sau modelul produsului oferit)</i> 	<p>Aspirator chirurgical (performanță avansată)</p> <p>Descriere Aspiratoarele chirurgicale sunt capabile să creeze o presiune de vid > 600 mmHg. Cele mai multe proceduri chirurgicale necesită aspirare pentru a elimina sângele și lichidele care se acumulează în zona operatorie și obstrucționează vizibilitatea chirurgicală.</p> <p>Parametri și specificații</p> <p>1. Vacuum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Limită maximă: ≥ 670 mmHg – da • Rată de flux: ≥ 80 l/min – da • Indicator vacuum: da, eroare ≥ ±5% – da • Reglator aspirație: obligatoriu – da <p>2. Nivel de zgomot</p> <ul style="list-style-type: none"> • ≤ 50 dBA – da <p>3. Vas colector</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utilizare în timpul aspirării: un singur vas colector – da • Selector mecanic de vas: obligatoriu – da • Număr vase: 2 buc. <i>(se va indica codul sau modelul produsului oferit)</i> – da • Capacitate: 2 L – da • Protecție la umplere pentru fiecare vas: obligatoriu – da • Tip vas: reutilizabil – da <p>4. Suport mobil <i>(se va indica codul sau modelul oferit)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Container sau mecanism pentru fixarea tubului de aspirare: obligatoriu – da • Suport cu roți: ≥ 4 roți – da • Roți cu frână: da, ≥ 2 buc. – da • Mâner pentru transport: obligatoriu – da <p>5. Accesorii</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pedală pornire/oprire aspirație: obligatoriu – da • Suport/diviziune pentru cablul de alimentare (220 V, 50 Hz): obligatoriu – da • Filtru antibacterian: 15 buc. – da 	DM000792534

					6. Tensiune de alimentare <ul style="list-style-type: none">• 220 V, 50 Hz	6. Tensiune de alimentare <ul style="list-style-type: none">• 220 V, 50 Hz – da	
--	--	--	--	--	---	--	--

Numele,Prenumele:Bujac Dorina

În calitate de: Manager achiziții

Ofertantul: „Med-M” SRL

Adresa: MD-3801, mun.Comrat, str. Dobrovoliski, 2A, UTA Gagauzia