

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: **ocds-b3wdp1-MD-1547119757989**

Denumirea procedurii de achiziție: **Cererea ofertelor de prețuri**

Autoritatea contractantă : **IMSP Institutul de Medicina**

Cod CPV		Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolu	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
33680000-0	12	Bețișoare cu vată N200		China	Weishan Weilong Trading	1.Bețișoare cu vata hidrofila (bumbac) 2.Vată pe ambele capete 3.Vata fixată bine (termofixare) 4.Bețișoarele din material dur flexibil, care se îndoaie dar nu se frânge 5.Ambalaje sigilate câte 200 buc.	1.Bețișoare cu vata hidrofila (bumbac) 2.Vată pe ambele capete 3.Vata fixată bine (termofixare) 4.Bețișoarele din material dur flexibil, care se îndoaie dar nu se frânge 5.Ambalaje sigilate câte 200 buc.	ISO.CE, declaratie de conformi tate
33680000-0	15	Capron chirurgical EP 5		Rusia	LLC Lintex	1.USP 2 (EP5) 2.Polifilament (multifilament), sintetic, filmat, împletit 3.Reacție minima la nivel de țesut 4.Neresorbabil 5.Bobină ≈ 20m steril 6.Rezistență ridicată la rupere 7.Structură flexibilă, rezistență la oboseală 8.Sterilizare: radiații Gamma 9.Ambalare individuală	1.USP 2 (EP5) 2.Polifilament (multifilament), sintetic, filmat, împletit 3.Reacție minima la nivel de țesut 4.Neresorbabil 5.Bobină ≈ 20m steril 6.Rezistență ridicată la rupere 7.Structură flexibilă, rezistență la oboseală 8.Sterilizare: radiații Gamma 9.Ambalare individuală	
33680000-0	16	Capron chirurgical EP 4		Rusia	LLC Lintex	1.USP USP 1/0 (EP4) 2.Polifilament (multifilament), sintetic, filmat, împletit 3.Reacție minima la nivel de țesut 4.Neresorbabil 5.Bobină ≈ 20m steril 6.Rezistență ridicată la rupere 7.Structură flexibilă, rezistență la oboseală 8.Sterilizare: radiații Gamma 9.Ambalare individuală	1.USP USP 1/0 (EP4) 2.Polifilament (multifilament), sintetic, filmat, împletit 3.Reacție minima la nivel de țesut 4.Neresorbabil 5.Bobină ≈ 20m steril 6.Rezistență ridicată la rupere 7.Structură flexibilă, rezistență la oboseală 8.Sterilizare: radiații Gamma 9.Ambalare individuală	
33680000-0	17	Capron chirurgical EP 3		Rusia	LLC Lintex	1.USP 2/0 (EP3) 2.Polifilament (multifilament), sintetic, filmat, împletit 3.Reacție minima la nivel de țesut 4.Neresorbabil 5.Bobină ≈ 20m steril 6.Rezistență ridicată la rupere 7.Structură flexibilă, rezistență la oboseală 8.Sterilizare: radiații Gamma 9.Ambalare individuală	1.USP 2/0 (EP3) 2.Polifilament (multifilament), sintetic, filmat, împletit 3.Reacție minima la nivel de țesut 4.Neresorbabil 5.Bobină ≈ 20m steril 6.Rezistență ridicată la rupere 7.Structură flexibilă, rezistență la oboseală 8.Sterilizare: radiații Gamma 9.Ambalare individuală	
33680000-0	19	Catgut plan USP 3/0,L 75 cm		China	Shanxian Runte Medical	USP 3/0, L 75 cm, ac 30 mm, ac rotund, curbura ½	USP 3/0, L 75 cm, ac 30 mm, ac rotund, curbura ½	
33680000-0	49	Container (colector) urina		China	Shanxian Runte Medical	Volum - 120ml , cu etichetă , capac filetat	Volum - 120ml , cu etichetă , capac filetat	
33680000-0	68	Gel pentru ECG 250 ml		Ucraina	OOO Tvel	gel electrocardiograma volum 250ml flacon	gel electrocardiograma volum 250ml flacon	

33680000-0	70	Hirtie ECG 60mm*15m		Ucraina	OOO Solar	Termosensibilă 60mm X15m	Termosensibilă 60mm X15m	ISO.CE, declaratie de conformi tate
33680000-0	71	Hirtie ECG 80mm*30m		Ucraina	Solar	Termosensibilă 80mm X30m pe tub din carton presat și caroiaj roșu, ecologică, fără miros stringent	Termosensibilă 80mm X30m pe tub din carton presat și caroiaj roșu, ecologică, fără miros stringent	
33680000-0	130	Sac Amby		China	Xiamen Winner	p/maturi, Vol.-1-1,5l+valvă+sac rezervă, fără latex, fără DEHP, +mască	p/maturi, Vol.-1-1,5l+valvă+sac rezervă, fără latex, fără DEHP, +mască	
33680000-0	137	Seringa pentru perfuzor, 50 ml		China	Zhejiang Kindly Medical	sterilă, 50ml, pentru ap. B.Braun, Terumo, Alaris , cu Luer-Lock, aparate existent in institutie	sterilă, 50ml, pentru ap. B.Braun, Terumo, Alaris , cu Luer-Lock, aparate existent in institutie	
33680000-0	189	Tensiometru cu stetofonendoscop		China	Little Doctor	verificate metrologic , la necesitate înnoirea metrologiei, în cutie	verificate metrologic , la necesitate înnoirea metrologiei, în cutie	

Semnat:

Numele, Prenumele: **Stela POTINGA** În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **SA TEHOPTIMED** Adresa: MD 2052, str. Maria Dragan 19A, Chisinau, Republica Moldova