

			Specificații tehnice							
			[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]							
Numărul licitației:			LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1737734481286					Data: 07.02.2025		
Denumirea licitației:			În scopul atribuirii contractelor subsecvente ca urmare a acordului-cadru (nr. ocds...30646 din 14.01.2025) încheiat prin procedura de achiziție publică ocds-b3wdp1-MD-1718205130646 din 12.06.2024 privind încheierea acordului-cadru - Achiziționarea endoprotezelor pentru anii 2025-2027							
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	
1		2		3		5	6		8	
33100 000-1	5.1	Proteza totala de sold cu tija de revisie cimentata cu cotil dubla mobilitate cimentata	TIJA	H49 SRC012 pana la H49 SRC020 Reactiv	Franta	Evolutis	TIJA confecționată din, CoCr sau oțel inoxidabil; Prezența centrorului sau cu autocentrare Con 12/14 mm Minim 4 dimensiuni - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării	TIJA confecționată din M30NW inox, cu autocentrare pag 2,4 Con 12/14 mm 5 dimensiuni pag 2,5 - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării	DM000206031 DM000206032 DM000206030 DM000206029 DM000206033	
33100 000-1	5.2	Proteza totala de sold cu tija de revisie cimentata cu cotil dubla mobilitate cimentata	CUPA	H51 C045 pana la H51 C061 Capitoile	Franta	Evolutis	CUPA confecționată din CoCr sau oțel inoxidabil; La exterior santuri pentru fixare mai optima a cimentului Diametrele externe prezente în minim 8 dimensiuni - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării	CUPA confecționată din Otel inox page 8 La exterior santuri pentru fixare mai optima a cimentului pag 8 Diametrele externe prezente în 9 dimensiuni pag 10. Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării	DM000206195 DM000206196 DM000206194 DM000206197 DM000206193 DM000206199 DM000206198 DM000206200 DM000206192 DM000206195 DM000206196 DM000206194 DM000206197	
33100 000-1	5.3	Proteza totala de sold cu tija de revisie cimentata cu cotil dubla mobilitate cimentata	INSERT	H51 M2245 pana la H51 M2263, H51 M2847 pana la H51M2863	Franta	Evolutis	INSERT Diametrul interior 28,22 mm Confeționat din UHMWPE crosslinked. Diametrele externe prezente în minim 8 dimensiuni : să prezinte design retentiv - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării.	INSERT Diametrul interior 28, 22 mm pag 10 Confeționat din UHMWPE crosslinked. Page 9 Diametrele externe prezente în 9 dimensiuni : page 10, prezinte design retentiv - page 9 Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării.	DM000206145 DM000206155 DM000206153 DM000206160 DM000206159 DM000206152 DM000206147 DM000206158 DM000206144 DM000206151 DM000206142 DM000206148 DM000206140 DM000206143 DM000206156 DM000206157 DM000206146 DM000206149 DM000206141 DM000206154	
33100 000-1	5.4	Proteza totala de sold cu tija de revisie cimentata cu cotil dubla mobilitate cimentata	CAP	H11 1220 pana la H11 1222, H11 1280 pana la H11 1283	Franta	Evolutis	CAP metalic Diam intern 12/14mm 4 dimensiuni de lungime Diametre 22,23 mm - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării	CAP metalic Diam intern 12/14mm 4 dimensiuni de lungime Diametre 22, 23 mm pag 52- Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării	DM000206058 DM000206057 DM000206056 DM000206053 DM000206052 DM000206055 DM000206051 DM000206054	
33100 000-1	5.5	Proteza totala de sold cu tija de revisie cimentata cu cotil dubla mobilitate cimentata	Restrictor pentru canal femoral	88000	Italy	Permedica	Restrictor pentru canal femoral - Confectionat din polietilena supradensa; - Să existe masuratorul pentru diametrului și lungimea canalului; - Sa se implanteze cu un instrument special. - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării	Restrictor pentru canal femoral - Confectionat din polietilena supradensa; - existe masuratorul pentru diametrului și lungimea canalului; - implanteze cu un instrument special. - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării pag 62	DM000303688	

33100 000-1	5.6	Proteza totala de sold cu tija de revisie cimentata cu cotil dubla mobilitate cimentata	Set de instrumente gratuit în folosință	H50 9101, H52 9100, H03 9102, H03 9100	Franta	Evolutis	Setul de instrumente oferit gratuit în folosință conform contractului de comodat, va corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe perioada de la prima livrare a protezelor până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din cataloși desenelor pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat) sau pre utilizat în stare excelentă de utilizare (să nu prezinte defecte sau uzuri excesive) În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului. 5. Pentru implantarea tijelor femurale cimentate și necimentate se va utiliza același instrumentar.	Setul de instrumente oferit gratuit în folosință va corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din cataloși desenelor pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat) În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	DM000555013 DM000555012 DM000553727 DM000555015
33100 000-1	5.7	Proteza totala de sold cu tija de revisie cimentata cu cotil dubla mobilitate cimentata	Motor oscilant gratis în folosință	BJ4101, BJ4107	Bojin Med	China	Motor oscilant gratis în folosință 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi nou (neutilizat) În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	Motor oscilant gratis în folosință 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. nou (neutilizat) În caz de defecțiune, furnizorul este obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	DM000468318 DM000468325
33100 000-1	5.8	Proteza totala de sold cu tija de revisie cimentata cu cotil dubla mobilitate cimentata	Lamele pentru motor	BJ90141	Bojin Med	China	Lame pentru motor oscilant	Lame pentru motor oscilant	DM000468404
33100 000-1	17.1	Proteza totala de sold cu dubla mobilitate	Tija femurala necimentata	H45 009 pana la H45 020, H45 L009 pana la H45 L020	Franta	Evolutis	Tija femurala necimentata -Confeționată din aliaj de titan; -Acoperire cu titan poros asociat cu hidroxiapatita (HA), pe toata suprafata sau titan poros de tip plasma spray; - Sa prezinte suprafata rugoasa, santuri pe tija; - Minim 10 dimensiuni; - Varianta de offset standard si offset lateralizat; - Instrumentatia tijei date necimentate sa fie comuna si cu varianta de tija cimentata, pentru luarea deciziei de fixare a tijei introperator; - Col eleptic, forma aplatizata - Con 12/14 mm - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării	Tija femurala necimentata -Confeționată din aliaj de titan; pag 44-Acoperire cu titan poros asociat cu hidroxiapatita (HA), pe toata suprafata - suprafata rugoasa, santuri pe tija; -pag 44,45 10 dimensiuni; - Varianta de offset standard si offset lateralizat; - pag 44,45 Instrumentatia tijei date necimentate comuna si cu varianta de tija cimentata; - Col eleptic, forma aplatizata - pag 44 Con 12/14 mm pag 52 Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării	DM000205857 DM000205858 DM000205863 DM000205862 DM000205860 DM000205883 DM000205880 DM000205887 DM000205885 DM000205886 DM000205882 DM000205884 DM000205879 DM000205888 DM000205881 DM000205864 DM000205859 DM000205865 DM000205856 DM000205861 DM000205866
33100 000-1	17.2	Proteza totala de sold cu dubla mobilitate	Cupa acetabulara necimentata	H29 DM044 pana la H29 DM062	Franta	Evolutis	Cupa acetabulara necimentata - Confeționată din aliaj de CoCr sau echivalentul sau; - Polisata la interior; - Suprafata externa rugoasa, acoperita prin titan poros asociat cu HA; - Diametre externe să fie prezente în minim 10 dimensiuni; - Sa prezinte instrumentatie comuna pentru implantarea cupei necimentate si cimentate. - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării	Cupa acetabulara necimentata - Confeționată din aliaj de SS M30NW; pag 59,60 - Polisata la interior; -pag 8,60 Suprafata externa rugoasa, acoperita prin titan poros asociat cu HA; Pag 8,60 Diametre externe prezente în 10 dimensiuni; - pag 61 prezente instrumentatie comuna pentru implantarea cupe necimentate si cimentate. - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării	DM000206138 DM000206131 DM000206129 DM000206130 DM000206135 DM000206139 DM000206136 DM000206133 DM000206137 DM000206132 DM000206134
33100 000-1	17.3	Proteza totala de sold cu dubla mobilitate	Insert polimeric	H51 M2245 pana la H51 M2263, H51 M2847 pana la H51M2863	Franta	Evolutis	Insert polimeric -Confeționat din polietilenă UHMWPE; -Diametre externe să fie prezente în minim 10 dimensiuni, în gama de dimensiuni de la 40 - 64 mm; - Diametre interioare 22,2, 28 mm; - Sa prezinte desing retentiv; - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării	Insert polimeric -Confeționat din polietilenă UHMWPE; pag 60 Diametre externe 10 dimensiuni de la 44 - 62 mm; - pag 61 Diametre interioare 22,2, 28 mm; - pag 61 desing retentiv; -pag 9,60 Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării	DM000206145 DM000206155 DM000206153 DM000206160 DM000206159 DM000206152 DM000206147 DM000206158 DM000206144 DM000206151 DM000206142 DM000206148 DM000206140 DM000206143 DM000206156 DM000206157 DM000206146 DM000206149 DM000206141 DM000206154
33100 000-1	17.4	Proteza totala de sold cu dubla mobilitate	Cap metalic	H10 1220 pana la H10 1222, H10 1280 pana la H10 1283	Franta	Evolutis	Cap metalic -Confeționat din aliaj de CoCr; -Con 12/14 mm; -Minim 4 dimensiuni de lungime pentru capul de 28 mm; Minim 3 dimensiuni pentru capul de 22.2 mm; - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării	Cap metalic -Confeționat din aliaj de CoCr; -Con 12/14 mm; - 4 dimensiuni de lungime pentru capul de 28 mm; 3 dimensiuni pentru capul de 22.2 mm; Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării, pag 52	DM000206034 DM000206036 DM000206035 DM000206042 DM000206038 DM000206039 DM000206040 DM000206037
33100 000-1	17.5	Proteza totala de sold cu dubla mobilitate	Tija femurala cimentata	H45 S009 pana la H45 S020, H45 SL009 pana la H45 SL016	Franta	Evolutis	Tija femurala cimentata - Sa fie confectionata din aliaj de CoCr sau echivalentul sau; - Profil biconic aplatizat antero-posterior cu sprijin medio- lateral -- Sa fie polisata ;sau mata -Sa prezinte 2 variante si anume standard si cu offset lateralizat; - Sa fie disponibila în minim 8 dimensiuni diferite; - Sa prezinte con 12/14; - Colul sa fie aplatizat pentru evitarea impingement-ului la nivel acetabular - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării -	Tija femurala cimentata - pag 44 confectionata din aliaj SS M30NW; pag 45 - Profil biconic aplatizat antero-posterior cu sprijin medio-lateral pag 44-- polisata pag 44 - prezinte 2 variante standard si cu offset lateralizat; pag 45 - disponibila în 8 dimensiuni diferite pag 45; - Sa prezinte con 12/14 pag 452; Colul aplatizat pag 44- Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării -	DM000205907 DM000205903 DM000205899 DM000205902 DM000205909 DM000205911 DM000205914 DM000205915 DM000205912 DM000205910 DM000205913 DM000205916 DM000205908 DM000205901 DM000205905 DM000205900 DM000205906 DM000205904

33100 000-1	17.6	Proteza totala de sold cu dubla mobilitate	Cupa acetabulara cimentata	H51 C045 pana la H51 C061	Franta	Evolutis	Cupa acetabulara cimentata - Confectionată din aliaj de CoCr sau echivalentul sau; - Polisata la interior; - Suprafata externa polisata; - La exterior sa prezinte santuri pentru fixare mai optima a cimentului; - Diametre externe sa fie prezente in minim 8 dimensiuni; - Sa prezinte instrumentatie comuna pentru implantarea cupei necimentate si cimentate. - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării	Cupa acetabulara cimentata - Confectionată din aliaj de SS M30NW; -pag 8 Polisata la interior; -pag 8 Suprafata externa polisata; - pag 8, La exterior sa prezinte santuri pentru fixare mai optima a cimentului; - pag 8 Diametre externe prezente in 9 dimensiuni; pag 10 - instrumentatie comuna pentru implantarea cupei necimentate si cimentate. - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării	DM000206195 DM000206196 DM000206194 DM000206197 DM000206193 DM000206199 DM000206198 DM000206200 DM000206192
33100 000-1	17.7	Proteza totala de sold cu dubla mobilitate	Set de instrumente gratuit in folosință	H52 9100 H30 9102 H46 9106 H03 9100	Franta	Evolutis	Setul de instrumente oferit gratuit in folosință conform contractului de comodat, va corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe perioada de la prima livrare a protezelor până la implantarea ultimei proteze existente in stocul beneficiarului. 3. va fi in trusa de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalozi desenelor pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat) sau pre utilizat in stare excelentă de utilizare (să nu prezinte defecte sau uzuri excesive) În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului. 5. Pentru implantarea tijelor femurale cimentate și necimentate se va utiliza același instrumentar.	Setul de instrumente oferit gratuit in folosință : 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente in stocul beneficiarului. 3. in trusa de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalozi desenelor pentru acestea. 4. (neutilizat) 5. Pentru implantarea tijelor femurale cimentate și necimentate utiliza același instrumentar. În caz de defecțiune, furnizorul este obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	DM000553732 DM000555010 DM000553725 DM000555015
33100 000-1	17.8	Proteza totala de sold cu dubla mobilitate	Motor oscilant si reamer in custodie	BJ4101, BJ4107	Bojin Med	China	Motor oscilant gratis in folosință 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente in stocul beneficiarului. 3. va fi nou (neutilizat) În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	Motor oscilant gratis in folosință 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente in stocul beneficiarului. 3. nou (neutilizat) În caz de defecțiune, furnizorul este obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	DM000468318 DM000468325
33100 000-1	17.9	Proteza totala de sold cu dubla mobilitate	Lame pentru motor oscilant	BJ90141	Bojin Med	China	Lame pentru motor oscilant	Lame pentru motor oscilant	DM000468404
33100 000-1	20.1	Proteza totala de sold adoptata spre abord minim-invaziv posterior	Tija femurala necimentata	H45 009 pana la H45 020, H45 L009 pana la H45 L020	Franta	Evolutis	Confectionată din material de titan - Acoperire cu titan poros combinat cu hidroxiapatita ce acopera toata suprafata a tijei, sau doar titan poros prezent in zona metafizara a tijei protetice; - Tija sa prezinte unul sau mai multe sarțuri metadiazifare - Disponibila in minim 10 dimensiuni - Con 12/14 mm - Offset standart si lateralizat - Fara guler - NB. Sa prezinte instrumente ce permit implantarea tijei femurale prin abord minim-invaziv posterior.	Confectionată din material de titan p44 - Acoperire cu titan poros combinat cu hidroxiapatita ce acopera toata suprafata a tijei p44,45 - Tija prezinte unul sau mai multe sarțuri metadiazifare p44 - Disponibila in 10 dimensiuni p45 - Con 12/14 mm p52 - Offset standart si lateralizat p45 - Fara guler p45 - NB. prezinte instrumente ce permit implantarea tijei femurale prin abord minim-invaziv posterior.p54,55,56	DM000205857 DM000205858 DM000205863 DM000205862 DM000205860 DM000205883 DM000205880 DM000205887 DM000205885 DM000205886 DM000205882 DM000205884 DM000205879 DM000205888 DM000205881 DM000205864 DM000205859 DM000205865 DM000205856 DM000205861 DM000205866
33100 000-1	20.2	Proteza totala de sold adoptata spre abord minim-invaziv posterior	Cupa acetabulara necimentata	H75 4640 pana la H75 6654	Franta	Evolutis	Trebuie sa fie confectionata din aliaj de titan acoperita cu titan poros, ce produce porozitate mai mare de 30 % si prezinta grosimea acoperirii de la 10 pna la 300 μm (Bile sinterizate, Fibra metalica sau Titan Poros) sau confectionată din aliaj de titan, acoperita cu titan poros asociat cu HA ; - Cupa trebuie sa prezinte forma hemisferica completa; - Sa prezinte mecanism robust de fixare a insertului polimeric in cupa (prin degajari ecuatoriale, ciocuri antirotationale sau inel de blocare al insertului); -Trebuie sa prezinte diametrele externe in minim 10 dimensiuni; - Trebuie sa accepte inserturi cu interiorul de 32, 36 mm; - Sa prezinte minim 3 orificii pentru utilizarea suruburilor ; - Sa prezinte 2 suruburi incluse la fiecare cupa livrata, minim 6 dimensiuni de lungime; - Modalitate de implantare trebuie sa fie necimentata, tip press- fit - Sa fie sterilă - NB. Sa prezinte instrumente ce permit implantarea tijei femurale prin abord minim-invaziv posterior.	confectionată din aliaj de titan, acoperita cu titan poros asociat cu HA pag49 - Cupa prezinte forma hemisferica completa pag 49; - mecanism robust de fixare a insertului polimeric in cupa (prin degajari ecuatoriale, ciocuri antirotationale); pag 47 prezinte diametrele externe in 12 dimensiuni; p51 accepte inserturi cu interiorul de 32, 36 mm; p51 prezinte 4 orificii pentru utilizarea suruburilor ; p49 prezinte 2 suruburi incluse la fiecare cupa livrata, 6 dimensiuni de lungime;p51 - Modalitate de implantare necimentata, tip press- fit p49 - sterilă - NB. prezinte instrumente ce permit implantarea tijei femurale prin abord minim-invaziv posterior.p54,55,56	DM000206083 DM000206089 DM000206086 DM000206080 DM000206087 DM000206084 DM000206082 DM000206088 DM000206079 DM000206085 DM000206081
33100 000-1	20.3	Proteza totala de sold adoptata spre abord minim-invaziv posterior	Insert cross-linkat	H75 XE4032 pana la H75 XE5432, H75 XE4436 pana la H75 XE5436	Franta	Evolutis	Sa fie confectionat din polietilena cu greutate moleculara foarte inalta UHMWPE de tip cross- link. - Sa accepte capete de 32, 36 mm - Fixarea insertului la cupa metalica trebuie sa se faca prin sistem adțional de blocare al insertului (prin degajari ecuatoriale, ciocuri antirotationale sau inel de blocare al insertului) - Sa fie steril	confectionat din polietilena cu greutate moleculara foarte inalta UHMWPE de tip cross- link.p48 - accepte capete de 32, 36 mm pag 48, 51 - Fixarea insertului la cupa metalica se faca prin sistem adțional de blocare al insertului insertului (prin degajari ecuatoriale, ciocuri antirotationale) pag 47 - steril	DM000206110 DM000206108 DM000206104 DM000206106 DM000206103 DM000206109 DM000206108 DM000206105 DM000206110 DM000206111
33100 000-1	20.4	Proteza totala de sold adoptata spre abord minim-invaziv posterior	Cap femural metalic	H10 1320 pana la H10 1323, H10 1360 pana la H101363	Franta	Evolutis	Sa fie confectionat din aliaj de Co-Cr; -Diametrul exterior trebuie sa fie de 32, 36 mm - Minim 4 lungimi de col ; -Trebuie sa prezinte con intern 12/14 ; -Sa fie steril.	confectionat din aliaj de Co-Cr; pag 52 -Diametrul exterior 32, 36 mm pag 52 - 4 lungimi de col ; pag 52 prezinte con intern 12/14 pag 52 - steril.	DM000206047 DM000206043 DM000206050 DM000206046 DM000206048 DM000206049 DM000206044 DM000206045

33100 000-1	20.5	Proteza totala de sold adoptata spre abord minim-invaziv posterior	Cap femural ceramic	H14 C1320 pana la H14 C1323, H14 C1360 pana la H14 C1363	Franta	Evolutis	Sa fie confectionat din ceramica, generatia 4-a; -Diametrul exterior trebuie sa fie de 32, 36 mm - Minim 4 lungimi de col ;	confectionat din ceramica, generatia 4-a; pag 52(Biolox) Diametrul exterior de 32, 36 mm pag 52 4 lungimi de col ; pag 52	DM000206071 DM000206070 DM000206068 DM000206067 DM000206066 DM000206072 DM000206073 DM000206069
33100 000-1	20.6	Proteza totala de sold adoptata spre abord minim-invaziv posterior	Șuruburi de cupă	H15 SB6020 pana la H15 SB6050	Franta	Evolutis	Șuruburi de cupă minim 6 dimensiuni.	Șuruburi de cupă 6 dimensiuni. Pag 51	DM000507843 DM000507844 DM000507847 DM000507841 DM000507845 DM000507842 DM000507846
33100 000-1	20.7	Proteza totala de sold adoptata spre abord minim-invaziv posterior	Set de instrumente gratuit în folosință	H01, H76 9101, H46 9107, H03 9100	Franta	Evolutis	Setul de instrumente oferit gratuit în folosință conform contractului de comodat, va corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe perioada de la prima livrare a protezelor până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusa de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalozi desenelor pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat) sau pre utilizat în stare excelentă de utilizare (să nu prezinte defecte sau uzuri excesive) În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului. 5. Pentru implantarea tijelor femurale cimentate și necimentate se va utiliza același instrumentar.	Set de instrumente dedicat abordului minim invaziv posterior, în custodie (Standard asociat cu retractoare speciale și mișcări offset pentru alezarea cotilului)	DM000555016 DM000553729 DM000555006 DM000553735
33100 000-1	20.8	Proteza totala de sold adoptata spre abord minim-invaziv posterior	Ferestru oscilator și burghiu pentru alezaj în custodie	BJ4101, BJ4107	Bojin Med	China	Ferestru oscilator și burghiu pentru alezaj în custodie (pentru fiecare beneficiar)	Ferestru oscilator și burghiu pentru alezaj în custodie (pentru fiecare beneficiar)	DM000468318 DM000468325
33100 000-1	20.9	Proteza totala de sold adoptata spre abord minim-invaziv posterior	Lame pentru motor oscilant	BJ90141	Bojin Med	China	Lame pentru motor oscilant	Lame pentru motor oscilant	DM000468404
33100 000-1	24.1	Proteza totala de genunchi de tip pivot medial	Componenta femurala	Superica femoral component 65.5001-65.5105	Marea Britanie	Covision	Sa fie confectionat din aliaje cobalt - crom (CoCr) ; - Componenta anatomica cu variante stanga-dreapta; - Sa prezinte un design cu un radius constant in ambele planuri : sagital si coronal ; - Sa prezente o grosime constanta a condiliilor postriori ; - Sa prezinte un singur radius de curbura la ambii condili, care se va extinde de la 0-90° - Sa prezinte un sant prepatelar anatomic, adincit ; - Sa fie disponibila in minim 5 dimensiuni ; - Modalitate de implantare: cimentata ; - Suprafata articulara sa fie lustruita - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării ; - Sa fie sterilizata;	confectionat din aliaj cobalt - crom (CoCr) ; pag 33 - Componenta anatomica cu variante stanga-dreapta; pag 33 n design cu un radius constant in ambele planuri : sagital si coronal ; grosime constanta a condiliilor postriori ; pag 16 singur radius de curbura la ambii condili, care se va extinde de la 0-90° pag 16 5 dimensiuni ; pag 33 - Modalitate de implantare: cimentata ; pag 33 - Suprafata articulara lustruita pag 16 - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării ; sterila;	DM000387746 DM000387748 DM000387745 DM000387744 DM000387747 DM000387751 DM000387749 DM000387752 DM000387750 DM000387753
33100 000-1	24.2	Proteza totala de genunchi de tip pivot medial	Componentul tibia	Superica tibial component 65.5201-65.5205	Marea Britanie	Covision	Sa fie confectionat din aliaj de titan sau cobalt crome (CoCr) ; - Sa prezinte o crestere proportionala la dimensiuni ; - Baza de implantare prin pin de stabilizare cu 2 aripi laterale ; - Sa prezinte o panta posterioara, cu valori de la 3-7°; - Sa permita corecta pozitionare atat cu ghid centromedular, cat si cu ghid extern ; - Sa fie disponibil in minim 5 dimensiuni ; - Sa prezinte un mecanism robust de fixare periferica al polietilenei, pentru a reduce micro miscari ; - Modalitate de implantare: cimentata ; - Termen restant al sterilizării fie de minim de 3 ani la momentul livrării	confectionat din aliaj de cobalt crome (CoCr) ; pag 33 crestere proportionala la dimensiuni ; pag 33 implantare prin pin de stabilizare cu 2 aripi laterale ; pag 15, 29 prezinta o panta posterioara, cu valori de la 3-7°; pag 19 permite corecta pozitionare atat cu ghid centromedular, cat si cu ghid extern pag 32 disponibil in 5 dimensiuni ; pag 33 prezinta un mecanism robust de fixare periferica al polietilenei, pentru a reduce micro miscari ; pag 30 - Modalitate de implantare: cimentata ; pag 33 - Termen restant al sterilizării fie de minim de 3 ani la momentul livrării	DM000387754 DM000387755 DM000387757 DM000387756 DM000387758

33100 000-1	24.3	Proteza totala de genunchi de tip pivot medial	Insert de polietilena	Superica tibial insert 65.7010- 65.7925	Marea Britanie	Covision	Confectionat din polietilena cu greutate moleculara ultra inalta (UHMWPE) - Sa prezinte varianta stanga/dreapta ; - Sa prezinte un design asimetric, partea mediala a insertului formind o depresiune sferica, concava ; La randul sau partea laterala a polietilenei sa prezinte un design arcuat. - Sa prezinte un design cu o conformitate inalta pe partea mediala ; Pe partea sa mediala, polietilena va prezenta marginile sale anterioare si posterioare inalte ; - Impleuna cu condilul femural medial al componentului femural, insertul polimeric va forma o jonctiune constrinsa de tip « minge in cos ». - Minim 5 inaltimi diferite pentru fiecare din cele minim 5 dimensiuni de tibia ; - Grosimea minima a stratului de polietilena de 6 mm -Modalitatea de implantare: sistem de prindere periferica a insertului, cu elemente de stabilizare mecanica la nivelul piesei tibiale; - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării	Confectionat din polietilena cu greutate moleculara ultra inalta (UHMWPE) pag 35 variante stanga/dreapta ; pag 35 design asimetric, partea mediala a insertului formind o depresiune sferica, concava ; La randul sau partea laterala a polietilenei sa prezinte un design arcuat. pag 17 design cu o conformitate inalta pe partea mediala ; pag 16,17 - Pe partea sa mediala, polietilena prezenta marginile sale anterioare si posterioare inalte :pag 16 - Impleuna cu condilul femural medial al componentului femural, insertul polimeric forma o jonctiune constrinsa de tip « minge in cos » . pag 16,17 6 inaltimi diferite pentru fiecare din cele minim 5 dimensiuni de tibia ; pag 35 - Grosimea minima a stratului de polietilena de 10 mm -Modalitatea de implantare: sistem de prindere periferica a insertului, cu elemente de stabilizare mecanica la nivelul piesei tibiale; pag 35 - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării	DM000387851 DM000387841 DM000387867 DM000387842 DM000387854 DM000387840 DM000387874 DM000387881 DM000387855 DM000387837 DM000387865 DM000387838 DM000387835 DM000387830 DM000387858 DM000387866 DM000387868 DM000387845 DM000387831 DM000387837 DM000387849 DM000387834 DM000387870 DM000387863 DM000387873 DM000387877 DM000387871 DM000387872 DM000387876
33100 000-1	24.4	Proteza totala de genunchi de tip pivot medial	Component patelar	Superica patellar 65.5426-65.5435	Marea Britanie	Covision	Confectionat din polietilena cu greutate moleculara ultra inalta (UHMWPE) - Sa prezinte design sferic ; - Minim 3 dimensiuni - Modalitatea de implantare: cimentata, sa prezinte pinteni de cimentare (de la 1 la 3) ; - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării ;	Confectionat din polietilena cu greutate moleculara ultra inalta (UHMWPE) pag 36 design sferic ; pag 31 4 dimensiuni pag 36 - Modalitatea de implantare: cimentata, pinteni de cimentare - 3 pag pag 31 - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării ;	DM000387885 DM000387886 DM000387887 DM000387884
33100 000-1	24.5	Proteza totala de genunchi de tip pivot medial	Set de instrumentegratuit in folosință	Superica Knee instrument full set 91.0103	Marea Britanie	Covision	Setul de instrumente oferit gratuit in folosință conform contractului de comodat, va corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe perioada de la prima livrare a protezelor până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusa de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalozi desenelor pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat) sau pre utilizat în stare excelentă de utilizare (să nu prezinte defecte sau uzuri excesive) În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului. 5. Pentru implantarea tijelor femurale cimentateși necimentate se va utiliza același instrumentar.	Setul de instrumente oferit gratuit in folosință va corespunde următoarelor cerințe: pag 37-41 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. în trusa de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. nou (neutilizat) sau re-utilat la uzina producator. 5. În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului	DM000620293
33100 000-1	24.6	Proteza totala de genunchi de tip pivot medial	Ferestrau oscilator si burghiu pentru alezaj în custodie	BJ4101, BJ4107	China	Bojin Medical	1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi nou (neutilizat) sau re-utilat la uzina producator. 5. În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului. Ferestrau oscilator 2 unitați si burghiu pentru alezaj în custodie 2 unitați	1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. nou (neutilizat) sau re-utilat la uzina producator. 5. În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	DM000468318 DM000468325
33100 000-1	24.7	Lame pentru motor oscilant	Lame pentru motor oscilant	BJ90141	China	Bojin Medical	Lame pentru motor oscilant	Lame pentru motor oscilant	DM000468404
33100 000-1	31.1	SISTEM COMPLEX DE ARTROPLASTIE DE REVIZIE CIMENTATA A SOLDULUI	TIJA FEMURALA CIMENTATA DE REVIZIE	H49 SRC012 pana la H49 SRC020 Reactiv	Franta	Evolutis	Tija confectionată din alij de CoCr sau otel inox de uz medical ; - Suprafata polisata pe toata suprafata ; - Tip de con: 12/14 mm ; - Minim 5 dimensiuni ; - Sa fie sterila	Tija confectionată din alij de otel inox de uz medical ; Pag 2 Suprafata polisata pe toata suprafata ; pag 4, mostra Tip de con: 12/14 mm ; pag 52 5 dimensiuni ; pag 2,4 sterila	DM000206031 DM000206032 DM000206030 DM000206029 DM000206033

33100 000-1	31.2	SISTEM COMPLEX DE ARTROPLASTIE DE REVIZIE CIMENTATA A SOLDULUI	CUPA CIMENTATA CU DUBLA MOBILITATE	H51 C045 pana la H51 C061 Capitele	Franta	Evolutis	Cupa confectionată din alij de CoCr sau otel inox de uz medical ; - La exterior sa prezinte santuri pentru fixare mai optima a cimentului osos ; - Suprafata interna sa fie polisata ; - Diametrele externe prezente în minim 8 dimensiuni ; - Sa fie sterilă.	Cupa confectionată din alij de otel inox de uz medical ; pag 8, pag 10 La exterior prezinte santuri pentru fixare mai optima a cimentului osos ; pag 8 Suprafata interna polisata ; pag 8 Diametrele externe prezente în 8 dimensiuni ; pag 10 sterila. pag 10	DM000206195 DM000206196 DM000206194 DM000206197 DM000206193 DM000206199 DM000206198 DM000206200 DM000206192 DM000206195 DM000206196 DM000206194 DM000206197
33100 000-1	31.3	SISTEM COMPLEX DE ARTROPLASTIE DE REVIZIE CIMENTATA A SOLDULUI	CAPUL PROTETIC	H11 1220 pana la H11 1222, H11 1280 pana la H11 1283	Franta	Evolutis	Confectionat din aliaj de CoCr sau otel inox de uz medical; - Conul intern 12 / 14mm; - Diametre disponibile: 22, 28 mm; - Lungimi disponibile: minim 3 pentru cap 22mm, minim 4 pentru cap 28mm - Sa fie steril	Confectionat din aliaj de otel inox de uz medical; pag 52 -Conul intern 12 / 14mm; pag 52 -Diametre disponibile: 22, 28 mm; pag 52 -Lungimi disponibile: 3 pentru cap 22mm, 4 pentru cap 28mm pag 52 - steril	DM000206058 DM000206057 DM000206056 DM000206053 DM000206052 DM000206055 DM000206051
33100 000-1	31.4	SISTEM COMPLEX DE ARTROPLASTIE DE REVIZIE CIMENTATA A SOLDULUI	INSERTUL ACETABULAR CU DUBLA MOBILITATE	H51 M2245 pana la H51 M2263, H51 M2847 pana la H51M2863	Franta	Evolutis	Diametrul interior 22, 28 mm ; - Confectionat din polietilena cu greutate moleculara ultrainalta UHMWPE; - Insertul sa poata fi folosit cu cupe cu dubla mobilitate de dimensiunea corespunzătoare ; - Diametrele externe prezente în minim 8 dimensiuni ; - Sa prezinte design retentiv ; - Sa fie steril.	Diametrul interior 22, 28 mm ; pag 10 Confectionat din polietilena cu greutate moleculara ultrainalta UHMWPE; page 9, 10 Insertul poata fi folosit cu cupe cu dubla mobilitate de dimensiunea corespunzătoare ; page 10 Diametrele externe prezente în 8 dimensiuni ; page 10 prezinte design retentiv ; pag 9 steril.	DM000206150 DM000206145 DM000206155 DM000206153 DM000206160 DM000206159 DM000206152 DM000206147 DM000206158 DM000206144 DM000206151 DM000206142 DM000206148 DM000206140 DM000206143 DM000206156 DM000206157 DM000206146 DM000206149 DM000206141 DM000206151 DM000206142 DM000206148 DM000206140 DM000206154
33100 000-1	31.5	SISTEM COMPLEX DE ARTROPLASTIE DE REVIZIE CIMENTATA A SOLDULUI	PLACA DE RANFORSARE ACETABULARA IN FORMA DE CRUCE	placa H13 046- H13 062, suruburi H16 S5035- H16 S5060	Franta	Evolutis	Sa fie confectionat din aliaj de otel inox de uz medical; - Minim 4 diametre exterioare ; - Sa prezinte cirlig pentru foramen obturator; - Sa prezinte o placa externa, pentru fixare pe os iliac, cu un numar de 3 sau 4 orificii; - Sa prezinte cite 4 suruburi de ancorare a placii, cu diametrul cuprins intre 4,5-5.5 mm cu cel putin 5 dimensiuni de lungime; - Sa prezinte instrument de masurare si implantare a placii date ; - Sa fie sterilă.	confectionat din aliaj de otel inox de uz medical; pag 10 4 diametre exterioare ; pag 10 prezinte cirlig pentru foramen obturator; pag 10 prezinte o placa externa, pentru fixare pe os iliac, cu un numar de 3 orificii; pag 10 - 4 suruburi de ancorare a placii, cu diametrul 5.0 mm cu 6 dimensiuni de lungime; pag 10 prezinte instrument pag 10	DM000507849 DM000507848 DM000507851 DM000507852 DM000507850 DM000507855 DM000507853 DM000507854 DM000507858 DM000507856 DM000507857
33100 000-1	31.6	SISTEM COMPLEX DE ARTROPLASTIE DE REVIZIE CIMENTATA A SOLDULUI	Set de instrumente gratuit în folosință	H50 9101, H52 9100, H03 9102, H03 9100	Franta	Evolutis	Setul de instrumente oferit gratuit în folosință conform contractului de comodat, va corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe perioada de la prima livrare a protezelor până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din cataloși desenelor pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat) sau pre utilizat în stare excelentă de utilizare (să nu prezinte defecte sau uzuri excesive) În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului. 5. Pentru implantarea tijelor femurale cimentate și necimentate se va utiliza același instrumentar.	Setul de instrumente oferit gratuit în folosință va corespunde următoarelor cerințe: 1. Compatibil cu endoprotezele livrate; 2. oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului; 3. în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. nou (neutilizat) 5. În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului	DM000553733 DM000553732 DM000553727 DM000555015

33100 000-1	31.7	SISTEM COMPLEX DE ARTROPLASTIE DE REVIZIE CIMENTATA A SOLDULUI	Ferestruu oscilator si burghiu pentru alezaj în custodie	BJ4101, BJ4107	China	Bojin Medical	Va corespunde urmatoarelor cerinte: 1. Compatibil cu endoprotezele livrate 2. Va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. Va fi nou (neutilizat) 4. În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	Va corespunde urmatoarelor cerinte: 1. Compatibil cu endoprotezele livrate 2. oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3.nou (neutilizat) 4. În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	DM000468318 DM000468325
33100 000-1	31.8	SISTEM COMPLEX DE ARTROPLASTIE DE REVIZIE CIMENTATA A SOLDULUI	Lame pentru motor oscilant	BJ90141	China	Bojin Medical	Va corespunde urmatoarelor cerinte: 1. Compatibile cu motoare livratelivrate 2. Vor fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului.	Va corespunde urmatoarelor cerinte: 1. Compatibile cu motoare livratelivrate 2. oferite pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului.	DM000468404

			Specificații de preț								
			[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]								
	Numărul licitației:			LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1737734481286						Data: 07.02.2025	
	Denumirea licitației:			În scopul atribuirii contractelor subsecvente ca urmare a acordului-cadru (nr. ocds...30646 din 14.01.2025) încheiat prin procedura de achiziție publică ocds-b3wdp1-MD-1718205130646 din 12.06.2024 privind încheierea acordului-cadru - Achiziționarea endoprotezelor pentru anii 2025-2027							
	Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Unitatea de măsură	cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare
	1		2		3	4	5	6	7	8	9
	3310 0000-1	5.1	Proteza totala de sold cu tija de revisie cimentata cu cotil dubla mobilitate cimentata	TIJA	bucată	197	10800	10800	2127600	2127600	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului
	3310 0000-1	5.2	Proteza totala de sold cu tija de revisie cimentata cu cotil dubla mobilitate cimentata	CUPA	bucată	197	8000	8000	1576000	1576000	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului
	3310 0000-1	5.3	Proteza totala de sold cu tija de revisie cimentata cu cotil dubla mobilitate cimentata	INSERT	bucată	197	3500	3500	689500	689500	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului
	3310 0000-1	5.4	Proteza totala de sold cu tija de revisie cimentata cu cotil dubla mobilitate cimentata	CAP	bucată	197	3400	3400	669800	669800	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului
	3310 0000-1	5.5	Proteza totala de sold cu tija de revisie cimentata cu cotil dubla mobilitate cimentata	Restrictor pentru canal femoral	bucată	50	0	0	0	0	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului
	3310 0000-1	5.6	Proteza totala de sold cu tija de revisie cimentata cu cotil dubla mobilitate cimentata	Set de instrumente gratuit în folosință	bucată	5	0	0	0	0	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului
	3310 0000-1	5.7	Proteza totala de sold cu tija de revisie cimentata cu cotil dubla mobilitate cimentata	Motor oscilant gratis în folosință	bucată	10	0	0	0	0	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului

3310 0000- 1	5.8	Proteza totala de sold cu tija de revisie cimentata cu cotil dubla mobilitate cimentata	Lamele pentru motor	bucată	92	0	0	0	0	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului
3310 0000- 1	17.1	Proteza totala de sold cu dubla mobilitate	Tija femurala necimentata	bucată	170	8300	8300	1411000	1411000	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului
3310 0000- 1	17.2	Proteza totala de sold cu dubla mobilitate	Cupa acetabulara necimentata	bucată	130	7500	7500	975000	975000	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului
3310 0000- 1	17.3	Proteza totala de sold cu dubla mobilitate	Insert polimeric	bucată	300	3500	3500	1050000	1050000	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului
3310 0000- 1	17.4	Proteza totala de sold cu dubla mobilitate	Cap metalic	bucată	300	3400	3400	1020000	1020000	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului
3310 0000- 1	17.5	Proteza totala de sold cu dubla mobilitate	Tija femurala cimentata	bucată	130	8300	8300	1079000	1079000	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului
3310 0000- 1	17.6	Proteza totala de sold cu dubla mobilitate	Cupa acetabulara cimentata	bucată	170	7500	7500	1275000	1275000	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului
3310 0000- 1	17.7	Proteza totala de sold cu dubla mobilitate	Set de instrumentegratuit în folosință	bucată	4	0	0	0	0	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului
3310 0000- 1	17.8	Proteza totala de sold cu dubla mobilitate	Motor oscilant si reamer în custodie	bucată	8	0	0	0	0	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului
3310 0000- 1	17.9	Proteza totala de sold cu dubla mobilitate	Lame pentru motor oscilant	bucată	45	0	0	0	0	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului

3310 0000- 1	20.1	Proteza totala de sold adoptata spre abord minim-invaziv posterior	Tija femurala necimentata	bucată	100	8500	8500	850000	850000	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului
3310 0000- 1	20.2	Proteza totala de sold adoptata spre abord minim-invaziv posterior	Cupa acetabulara necimentata	bucată	100	7800	7800	780000	780000	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului
3310 0000- 1	20.3	Proteza totala de sold adoptata spre abord minim-invaziv posterior	Insert cross-linkat	bucată	100	3500	3500	350000	350000	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului
3310 0000- 1	20.4	Proteza totala de sold adoptata spre abord minim-invaziv posterior	Cap femural metalic	bucată	65	3900	3900	253500	253500	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului
3310 0000- 1	20.5	Proteza totala de sold adoptata spre abord minim-invaziv posterior	Cap femural ceramic	bucată	35	9000	9000	315000	315000	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului
3310 0000- 1	20.6	Proteza totala de sold adoptata spre abord minim-invaziv posterior	Șuruburi de cupă	bucată	240	0	0	0	0	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului
3310 0000- 1	20.7	Proteza totala de sold adoptata spre abord minim-invaziv posterior	Set de instrumente gratuit în folosință	bucată	3	0	0	0	0	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului
3310 0000- 1	20.8	Proteza totala de sold adoptata spre abord minim-invaziv posterior	Ferestru oscilator si burghiu pentru alezaj în custodie	bucată	5	0	0	0	0	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului
3310 0000- 1	20.9	Proteza totala de sold adoptata spre abord minim-invaziv posterior	Lame pentru motor oscilant	bucată	29	0	0	0	0	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului
3310 0000- 1	24.1	Proteza totala de genunchi de tip pivot medial	Componenta femurala	bucată	100	10600	10600	1060000	1060000	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului

3310 0000- 1	24.2	Proteza totala de genunchi de tip pivot medial	Componentul tibia	bucată	100	10400	10400	1040000	1040000	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului
3310 0000- 1	24.3	Proteza totala de genunchi de tip pivot medial	Insert de polietilena	bucată	100	4300	4300	430000	430000	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului
3310 0000- 1	24.4	Proteza totala de genunchi de tip pivot medial	Component patelar	bucată	10	0	0	0	0	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului
3310 0000- 1	24.5	Proteza totala de genunchi de tip pivot medial	Set de instrumente gratuit în folosință	bucată	3	0	0	0	0	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului
3310 0000- 1	24.6	Proteza totala de genunchi de tip pivot medial	Ferestru oscilator si burghiu pentru alezaj în custodie	bucată	6	0	0	0	0	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului
3310 0000- 1	24.7	Lame pentru motor oscilant	Lame pentru motor oscilant	bucată	65	0	0	0	0	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului
3310 0000- 1	31.1	SISTEM COMPLEX DE ARTROPLASTIE DE REVIZIE CIMENTATA A SOLDULUI	TIJA FEMURALA CIMENTATA DE REVIZIE	bucată	12	12000	12000	144000	144000	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului
3310 0000- 1	31.2	SISTEM COMPLEX DE ARTROPLASTIE DE REVIZIE CIMENTATA A SOLDULUI	CUPA CIMENTATA CU DUBLA MOBILITATE	bucată	17	8500	8500	144500	144500	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului
3310 0000- 1	31.3	SISTEM COMPLEX DE ARTROPLASTIE DE REVIZIE CIMENTATA A SOLDULUI	CAPUL PROTETIC	bucată	25	4000	4000	100000	100000	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului
3310 0000- 1	31.4	SISTEM COMPLEX DE ARTROPLASTIE DE REVIZIE CIMENTATA A SOLDULUI	INSERTUL ACETABULAR CU DUBLA MOBILITATE	bucată	17	4500	4500	76500	76500	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului

3310 0000- 1	31.5	SISTEM COMPLEX DE ARTROPLASTIE DE REVIZIE CIMENTATA A SOLDULUI	PLACA DE RANFORSARE ACETABULAR A IN FORMA DE CRUCE	bucată	19	12500	12500	237500	237500	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului
3310 0000- 1	31.6	SISTEM COMPLEX DE ARTROPLASTIE DE REVIZIE CIMENTATA A SOLDULUI	Set de instrumentegratuit în folosință	bucată	2	0	0	0	0	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului
3310 0000- 1	31.7	SISTEM COMPLEX DE ARTROPLASTIE DE REVIZIE CIMENTATA A SOLDULUI	Ferestrau oscilator si burghiu pentru alezaj în custodie	bucată	3	0	0	0	0	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului
3310 0000- 1	31.8	SISTEM COMPLEX DE ARTROPLASTIE DE REVIZIE CIMENTATA A SOLDULUI	Lame pentru motor oscilant	bucată	11	0	0	0	0	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului

Suma total:

17,653,900.0000

17,653,900.0000

ORTOFIX

Societatea cu Raspundere Limitata

Republica Moldova, Chisinau, bd. Stefan cel Mare 182.
Tel. (373) 60-808-605 email: ortofix.moldova@gmail.com
Tel/fax (373) 22-295-845
Cod fiscal 1014600000772
BC "Eximbank – Gruppo Veneto Banca"
MD36EX0000002251656584MD

07.02.2025

Către Centrului Pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

DECLARAȚIE privind valabilitatea ofertei

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă pentru atribuirii contractelor subsecvente ca urmare a acordului-cadru(nr. ocds...30646 din 14.01.2025) încheiat prin procedura de achiziție publică ocds-b3wdp1-MD-1718205130646 din 12.06.2024 privind încheierea acordului-cadru - Achiziționarea endoprotezelor pentru anii 2025-2027 prin procedura de achiziție licitația publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1737734481286, pentru o durată de 30(treizeci) zile, respectiv până la data de 11 martie 2025 și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Cu respect,
administrator

V. Bolocan

ORDIN DE PLATA		Nr.	2343	DATA EMITERII	04 februarie 2025	TIP DOC : 1	
PLATITI:	353078-00	LEI	trei sute cinci zeci si trei mii sapte zeci si opt lei .00 bani				
PLATITOR	(R) "ORTOFIX" SRL			CODUL IBAN:	MD48EX000002251656584MD3		
				COD FISCAL:	1014600000772		
PRESTATORUL PLATITOR: B.C. "EXIMBANK" S.A. SUCURSALA NR.20 CHISINAU							
BENEFICIAR	(R) MF-TT Chisinau bugetul de stat Centrul pentru Achizitii Publice Centralizate in Sanatate			CODUL IBAN:	MD23TRPCCC518430B01859AA		
				COD FISCAL:	1016601000212		
PRESTATORUL BENEFICIAR: MINISTERUL FINANTELOR - TREZORERIA DE STAT							
DESTINATIA PLATII				TIPUL TRANSFERULUI			
/P102/353078.00 Garantia p/u oferta LP ocds-b3wdp1-MD-1737734481286				NORMAL/URGENT			
				N L.S.			
COD TRANZACTIE:	DATA PRIMIRII:	DATA EXECUTARII:					
101	04 februarie 2025	04 februarie 2025 14:07:45					
SEMNATURA BANCII:	1EF0D432E2D9B0B8B7EAAEC649ACBA15			SEMNATURILE EMITENTULUI			
				VASILE BOLOCAN vOhlHOKU9O0atXIQ65CeOnnUHWGumwt13W2aVv4x			
				VASILE BOLOCAN vOhlHOKU9O0atXIQ65CeOnnUHWGumwt13W2aVv4x			
				Iniiat în sistemul Eximbank Online și autorizat cu Semnătura Digitală			
MOTIVUL REFUZULUI:							

OPERATOR ECONOMIC
ORTOFIX SRL
(denumirea/numele)

DECLARAȚIE
privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 19 din
Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice

Subsemnatul(a) Ortofix SRL, , în calitate de ofertant la procedura de Licitatie deschisă ocds-b3wdp1-MD-1737734481286 În scopul atribuirii contractelor subsecvente ca urmare a acordului-cadru (nr. ocds...30646 din 14.01.2025) încheiat prin procedura de achiziție publică ocds-b3wdp1-MD-1718205130646 din 12.06.2024 privind încheierea acordului-cadru - Achiziționarea endoprotezelor pentru anii 2025-2027 organizată de CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE declar pe proprie răspundere că nu se aflam nu ne aflăm în niciuna din situațiile de excludere menționate la art.19.

În cazul în care situația se va modifica, vom informa imediat autoritatea contractantă.

Administrator
Ortofix SRL