

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)

Consiliul Raional Florești

Numărul procedurii: 21044013, ocds-b3wdp1-MD-1631014388734							Data: 20.09.2021	Alternativa nr.
Denumirea obiectului achiziției: Achiziționarea aparatajului pentru laboratorul medical din cadrul Centrului de Sănătate Sănătăuca, rl. Florești							Lot:	pag. 1 din 1
Nr d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producă- torul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
-	1	2	3	4	5	6	7	8
2	33100000-1	Analizator biochimic semiautomat	Urit 880	China	Urit	1. Sistemă deschisă 2. Termostat montat cu 16- 18 eprubete 3. Determinarea parametrilor biochimici (proteine, albumina, uree, creatinina, acid uric, bilirubina totală, bilirubina conjugată, bilirubina liberă, glucoza, proba cu timol, ALAT, AsAT, alfa amilaza, colectirol total, trigliceride, colesterol HDL, LDL); 4. Chiuveță curgătoare 5. Metoda cinetică de lucru 6. Posibilitatea de a se uni la calculator 7. Volumul mic de reactivi și material biologic pentru investigație 8. Ușor în utilizare	Analizator biochimic semiautomat. Conform specificației tehnice solicitate.	ISO, CE.

Semnăt:_____

Numele, prenumele: **Virshi Roman**

În calitate de: **Director firmă**

Ofertantul: **DAC-SpectroMed SRL**

Adresa: **MD-2060, Moldova, or. Chișinău, str. Cuza Vodă, 5/1**

Data: 20.09.2021
Valabilitatea ofertei - 60 zile.