

Numărul licitației:		LP nr. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]						Data: „__”	Alternativa nr.:
Denumirea licitației:		Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților Instituțiilor Medico Sanitare Publice (lista suplimentară 4)							
Cod	Nr.	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul	Tara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică	standarde de
33100 000-1		Dispozitiv chirurgical (cu tehnologia de 16 sigilare a vaselor)	Dispozitiv chirurgical (cu tehnologia de sigilare a vaselor)	Optima, V10GOPT4	Franta	Lamidey Noury	Descriere Dispozitiv destinat pentru tăierea și coagularea țesuturilor biologice prin livrarea curenților de frecvență înaltă RF în domeniul kHz sau prin ultrasunet, dotat cu modul sau opțiuni de sigilare a vaselor de până la 7 mm inclusiv, destinată procedurilor laparoscopice și chirurgicale deschise,- bazate pe generare de energie, pentru urologie, ginecologie, colorectal, cardiac, ORL și chirurgie generală. ParametruSpecificația Canale de ieșireMonopolar 2 port, bipolar, sigilare a vaselor Comutare de la pedală și de la bisturiu Ecran LCD touchscreen cu capacitatea de control a minim 4 moduri de lucru diferite da Moduri de lucruMonopolar Tăiere (pure cut),≥ 300 W ≥ 200 Ohm Monopolar Coagulare (fulguration), max.≥ 100 W ≥ 450 Ohm Bipolar Coagulare (forțată), max.≥ 95 W ≥ 50 Ohm Bipolar Sigilare vaselor, coagulare, max.≥ 170 W ≥ 20 Ohm Moduri de lucru: preselectate minimum 10 regimuri (Pure cut, blend, soft, spray, etc)da	Conform Anexei	DM000530447
Semnat: _____ Numele, Prenumele:Gheorghe Bunic În calitate de: director									
Ofertantul: Ericon SRL Adresa: Durlesti, str. Vasile Lupu 6									