

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1770042691449 din 02.02.2026

Obiectul achiziției: Servicii de mentenanță preventivă externă a dispozitivelor medicale pentru anul 2026

Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot 24 Servicii de mentenanță Fresenius					Lucrări efectuate în 3 vizite: 1 - Mentenanță preventivă 1 - în primul semestru 2026 2 - Verificarea tehnică de siguranță anuală (Technical Safety Checks) - în a doilea semestru 2026 3 - Mentenanță preventivă 2 - în a doilea semestru 2026 Termenul de garanție pentru serviciile efectuate minim 6 luni	
Lot 24 .1 Fresenius, 5008S (10 bucăți)	Dispozitiv pentru hemodializă Fresenius Medical Care 5008S – 10 buc.	Germania	Fresenius Medical Care	Serviciul va include manopera necesară pentru verificarea funcționalității, mentenanța recomandată de producător, verificarea parametrilor tehnici ale dispozitivelor, presiunile hidraulice, temperatura, conductivitatea, presiunea TMP, presiunile arteriale/venoase, pompa de sânge, senzorii de ultrasunet și senzorii optici. Per dispozitiv anual vor fi efectuate cel puțin 3 vizite, dintre care 2 vor fi destinate mentenanței preventive și vor fi efectuate trimestrial și a 3 vizită va fi destinată verificării tehnice de siguranță a dispozitivelor (Technical Safety Checks) conform protocolului elaborat de producător care va fi efectuată anual. Sunt 10 dispozitive model 5008S în dotarea instituției. Prețul pentru servicii nu va include costul pentru kituri de mentenanță, consumabile și piese de schimb noi care vor înlocui piesele defecte (de ex. placă de bază, valve, module pneumatice, etc.). Înălțurarea tuturor defectelor depistate, tehnice cit și cele de program. Serviciile vor fi prestate doar la solicitare. După prestarea serviciilor agentul economic va prezenta rapoarte detaliate cu descrierea lucrărilor efectuate și starea dispozitivului. Achitarea va fi efectuată în baza facturii emise după executarea cu succes a serviciilor prestate, doar dacă vor fi prezentate rapoarte ce confirmă prestarea serviciilor și starea funcțională a dispozitivului. În cazul apariției defecțiunilor tehnice timpul de reacție la locul beneficiarului 24 ore sau mai puțin, timpul de reacție la telefon 1 oră sau mai puțin; Termenul de garanție pentru serviciile efectuate minim 6 luni; Documente confirmative: Certificate de la producător ce permit ofertantului executarea lucrărilor propuse, valabile.	Mentenanță preventivă 1 Se efectuează în primul semestru 2026 Lucrări include vizita profilactică și lucrări de reparații la solicitare pentru o perioadă a primului semestru 2026. Lucrări planificate în vizita profilactică: <i>verificarea funcționalității, mentenanța recomandată de producător, verificarea parametrilor tehnici a dispozitivelor, presiunile hidraulice, temperatura, conductivitatea, presiunea TMP, presiunile arteriale/venoase, pompa de sânge, senzorii de ultrasunet și senzorii optici.</i> Verificarea tehnică de siguranță anuală (Technical Safety Checks) Se efectuează în a doilea semestru 2026. Lucrări include: verificarea funcționalității dispozitivului conform protocol producătorului. Mentenanță preventivă 2 Se efectuează în a doilea semestru 2026 Lucrări include vizita profilactică și lucrări de reparații la solicitare pentru o perioadă a doilea semestru 2026. Lucrări planificate în vizita profilactică: <i>verificarea funcționalității, mentenanța recomandată de producător, verificarea parametrilor tehnici a dispozitivelor, presiunile hidraulice, temperatura, conductivitatea, presiunea TMP, presiunile arteriale/venoase, pompa de sânge, senzorii de ultrasunet și senzorii optici.</i>	CE/ISO

Lot 24.2 Fresenius, 4008 (4 bucăți)	<i>Dispozitiv pentru hemodializă Fresenius Medical Care 4008S – 4 buc.</i>	Germania	Fresenius Medical Care	Serviciul va include manopera necesară pentru verificarea funcționalității, mentenanța recomandată de producător, verificarea parametrilor tehnici ale dispozitivelor, presiunile hidraulice, temperatura, conductivitatea, presiunea TMP, presiunile arteriale/venoase, pompa de sânge, senzorii de ultrasunet și senzorii optici. Per dispozitiv anual vor fi efectuate cel puțin 3 vizite, dintre care 2 vor fi destinate mentenanței preventive și vor fi efectuate trimestrial și a 3 vizită va fi destinată verificării tehnice de siguranță a dispozitivelor (Technical Safety Check) conform protocolului elaborat de producător care va fi efectuată anual. Sunt 4 dispozitive model 4008 în dotarea instituției. Prețul pentru servicii nu va include costul pentru kituri de mentenanță, consumabile și piese de schimb noi care vor înlocui piesele defecte (de ex. placă de bază, valve, module pneumatice, etc.). Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cit și cele de program. Serviciile vor fi prestate doar la solicitare. După prestarea serviciilor agentul economic va prezenta rapoarte detaliate cu descrierea lucrărilor efectuate și starea dispozitivului. Achitarea va fi efectuată în baza facturii emise după executarea cu succes a serviciilor prestate, doar dacă vor fi prezentate rapoarte ce confirmă prestarea serviciilor și starea funcțională a dispozitivului. În cazul apariției defecțiunilor tehnice timpul de reacție la locul beneficiarului 24 ore sau mai puțin, timpul de reacție la telefon 1 oră sau mai puțin; Termenul de garanție pentru serviciile efectuate minim 6 luni; Documente confirmative: Certificate de la producător ce permit ofertantului executarea lucrărilor propuse, valabile.	Mentenanța preventivă 1 Se efectuează <i>în primul semestru 2026</i> Lucrări include vizita profilactică și lucrări de reparații la solicitare pentru o perioadă a primului semestru 2026. Lucrări planificate în vizita profilactică: <i>verificarea funcționalității, mentenanța recomandată de producător, verificarea parametrilor tehnici a dispozitivelor, presiunile hidraulice, temperatura, conductivitatea, presiunea TMP, presiunile arteriale/venoase, pompa de sânge, senzorii de ultrasunet și senzorii optici.</i> <u>Verificarea tehnică de siguranță anuală</u> <u>(Technical Safety Checks)</u> Se efectuează <i>în a doilea semestru 2026</i>. Lucrări include: <i>verificarea funcționalității dispozitivului conform protocol producătorului.</i> Mentenanța preventivă 2 Se efectuează <i>în a doilea semestru 2026</i> Lucrări include vizita profilactică și lucrări de reparații la solicitare pentru o perioadă a doilea semestru 2026. Lucrări planificate în vizita profilactică: <i>verificarea funcționalității, mentenanța recomandată de producător, verificarea parametrilor tehnici a dispozitivelor, presiunile hidraulice, temperatura, conductivitatea, presiunea TMP, presiunile arteriale/venoase, pompa de sânge, senzorii de ultrasunet și senzorii optici.</i>	CE/ISO
Lot 24.3 Fresenius, Granumix 107S (2 bucăți)	<i>Dispozitiv de mixare a soluțiilor Fresenius Medical Care Granumix 107 S – 2 buc.</i>	Germania	Fresenius Medical Care	Serviciul va include manopera necesară pentru verificarea funcționalității, mentenanța recomandată de producător, verificarea parametrilor tehnici ale dispozitivelor, mixerului, pompei de apă și a temporizatorilor. Per dispozitiv anual vor fi efectuate cel puțin 3 vizite, dintre care 2 vor fi destinate mentenanței preventive și vor fi efectuate trimestrial și a 3 vizită va fi destinată verificării tehnice de siguranță a dispozitivelor (Technical Safety Check) conform protocolului elaborat de producător care va fi efectuată anual. Sunt 2 dispozitive model Granumix 107S în dotarea instituției. Prețul pentru servicii nu va include costul pentru kituri de mentenanță, consumabile și piese de schimb noi care vor înlocui piesele defecte (de ex. placă de bază, valve, module pneumatice, etc.). Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cit și cele de program. Serviciile vor fi prestate doar la solicitare. După prestarea serviciilor agentul economic va prezenta rapoarte detaliate cu descrierea lucrărilor efectuate și starea dispozitivului. Achitarea va fi efectuată în baza facturii emise după executarea cu succes a serviciilor prestate, doar dacă vor fi prezentate rapoarte ce confirmă prestarea serviciilor și starea funcțională a dispozitivului. În cazul apariției defecțiunilor tehnice timpul de reacție la locul beneficiarului 24 ore sau mai puțin, timpul de reacție la telefon 1 oră sau mai puțin; Termenul de garanție pentru serviciile efectuate minim 6 luni; Documente confirmative: Certificate de la producător ce permit ofertantului executarea lucrărilor propuse, valabile.	Mentenanța preventivă 1 Se efectuează <i>în primul semestru 2026</i> Lucrări include vizita profilactică și lucrări de reparații la solicitare pentru o perioadă a primului semestru 2026. Lucrări planificate în vizita profilactică: <i>verificarea parametrilor tehnici ale dispozitivelor, mixerului, pompei de apă și a temporizatorilor</i> <u>Verificarea tehnică de siguranță anuală</u> <u>(Technical Safety Checks)</u> Se efectuează <i>în a doilea semestru 2026</i>. Lucrări include: <i>verificarea funcționalității dispozitivului conform protocol producătorului.</i> Mentenanța preventivă 2 Se efectuează <i>în a doilea semestru 2026</i> Lucrări include vizita profilactică și lucrări de reparații la solicitare pentru o perioadă a doilea semestru 2026. Lucrări planificate în vizita profilactică: <i>verificarea parametrilor tehnici ale dispozitivelor, mixerului, pompei de apă și a temporizatorilor</i>	CE/ISO

Lot 24.4 Fresenius, AquaUNO (3 bucăți)	Sistem de purificare a apei Fresenius Medical Care AquaUNO – 3 buc.	Germania	Fresenius Medical Care	Serviciul va include manopera necesară pentru verificarea funcționalității, mentenanța recomandată de producător, verificarea parametrilor tehnici ale dispozitivelor, productivitatea, presiunea, conductivitatea, temperatura, schimbarea filtrelor, etc. Per dispozitiv anual vor fi efectuate cel puțin 3 vizite, dintre care 2 vor fi destinate mentenanței preventive și vor fi efectuate trimestrial și a 3 vizită va fi destinată verificării tehnice de siguranță a dispozitivelor (Technical Safety Check) conform protocolului elaborat de producător care va fi efectuată anual. Sunt 3 dispozitive model AquaUNO în dotarea instituției. Prețul pentru servicii nu va include costul pentru kituri de mentenanță, consumabile și piese de schimb noi care vor înlocui piesele defecte (de ex. placă de bază, valve, module pneumatice, etc.). Înălțurarea tuturor defectelor depistate, tehnice cît și cele de program. Serviciile vor fi prestate doar la solicitare. După prestarea serviciilor agentul economic va prezenta rapoarte detaliate cu descrierea lucrărilor efectuate și starea dispozitivului. Achitarea va fi efectuată în baza facturii emise după executarea cu succes a serviciilor prestate, doar dacă vor fi prezentate rapoarte ce confirmă prestarea serviciilor și starea funcțională a dispozitivului. În cazul apariției defecțiunilor tehnice timpul de reacție la locul beneficiarului 24 ore sau mai puțin, timpul de reacție la telefon 1 oră sau mai puțin; Termenul de garanție pentru serviciile efectuate minim 6 luni; Documente confirmative: Certificate de la producător ce permit ofertantului executarea lucrărilor propuse, valabile.	Mentenanța preventivă 1 Se efectuează în primul semestru 2026 Lucrări include vizita profilactică și lucrări de reparații la solicitare pentru o perioadă a primului semestru 2026. Lucrări planificate în vizita profilactică: <i>verificarea funcționalității, mentenanța recomandată de producător, verificarea parametrilor tehnici ale dispozitivelor, productivitatea, presiunea, conductivitatea, temperatura, schimbarea filtrelor în caz de necesitate</i> <u>Verificarea tehnică de siguranță anuală</u> (Technical Safety Checks) Se efectuează în a doilea semestru 2026. Lucrări include: <i>verificarea funcționalității dispozitivului conform protocol producătorului.</i> Mentenanța preventivă 2 Se efectuează în a doilea semestru 2026 Lucrări include vizita profilactică și lucrări de reparații la solicitare pentru o perioadă a doilea semestru 2026. Lucrări planificate în vizita profilactică: <i>verificarea funcționalității, mentenanța recomandată de producător, verificarea parametrilor tehnici ale dispozitivelor, productivitatea, presiunea, conductivitatea, temperatura, schimbarea filtrelor în caz de necesitate</i>	CE/ISO
TOTAL						
Semnat: _____ Dumitru Babinețchi în calitate de: administrator Ofertantul: “PRO-BIODIAGNOSTIC” SRL Adresa: mun. Chișinau, str. Testemițanu 17/6 ap.153						