

Specificatii tehnice

	Numărul licitației:		LP nr.21224182	Data: „16”.06.2024		Alternativa nr.:	NU		
	Denumirea licitației:		Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Institutul de Cardiologie			pagina:	__ din __		
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Tara de origine	Prod- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificatia tehnică propusă de operatorul economic	8
33100 000-1	2			3	4	5	6		
	5	Lampa chirurgicala cu 2 sateliti (caracteristici avansate)	Lampa chirurgicala cu 2 sateliti (caracteristici avansate)	OL95705050	China	Heyer Medical Co.Ltd	Lampa chirurgicala cu 2 sateliti (caracteristici avansate) Cod 130250 Descriere Lampa chirurgicală fără umbre destinată pentru iluminare în investigații chirurgicale majore cu fixare pe tavan cu 2 sateliți Parametrul Specificația Caracteristici tehnice Sistem de iluminare bazat pe tehnologia LED (Light Emitting Diodes) obligatoriu Numărul de sateliți 2 Temperatura culorii 4.500 ±500 K reglabilă Reglarea intensității luminei obligatoriu Indexul de culoare ≥ 95 Dimensiunea cimpului, cm Focusabil obligatoriu Diametrul ajustabil diapazon minim 24 - 33 cm Adâncimea ≥ 80 cm Distanța de lucru 0.7-1.5 m Nivelul de iluminare la 1 m distanța satelitul nr.1 ≥ 160 000 lux, satelitul nr.2 ≥ 160 000 lux Rotăția 360 grade Ajustare pe verticală, cm ≥80 Cresterea temperaturii în câmpul operator <1° C Alimentarea Rețeaua electrică 220V, 50Hz Durata medie de viață a LED-urilor min 50000 h Mișcarea capului luminos ≥ 4 grade de libertate Minere detasabile sterilizabile	Conform broșurii anexate	

33100 000-1	6	Masă pentru operatii, cu 6 secții	Masă pentru operatii, cu 6 secții	OP350	China	Heyer Medical Co.Ltd	<p>Masă pentru operatii cu 6 secții (caracteristici avansate) Cod 140150 Parametrii Specificația</p> <p>Descriere Masa de operatii oferă o suprafață corespunzătoare care susține corpul pacientului în timpul procedurilor chirurgicale, stabilizarea poziției pacientului și furnizarea cîmpului chirurgical de expunerea optimă.</p> <p>Tip masă Electrohidraulică obligatoriu</p> <p>Mărimile mesei Lungimea ≥ 210 cm</p> <p>Lățimea ≥ 55 cm</p> <p>Poziționarea mesei Reglarea înălțimii minim 75 - 100 cm</p> <p>Deplasarea longitudinală ≥ 34 cm</p> <p>Trendelenburg ≥ 35 grade</p> <p>Inversarea trendelenburgului ≥ 35 grade</p> <p>Secțiile mesei ≥ 6 secții</p> <p>Inclinarea: Laterală ≥ 30 grade</p> <p>Secția din spate de la +80 la -40 grade (minim)</p> <p>Secția de la talpa/picior de la +25 la - 90 grade (minim)</p> <p>detasabilă</p> <p>divizată</p> <p>Secția cap de la +45 la - 45 grade (minim)</p> <p>Greutatea pacientului ≥ 250 kg</p> <p>Utilizarea radiografiei sau fluoroscopice Tunel pentru casete X-ray pe toată lungimea mesei</p> <p>Radiotransparență obligatoriu</p> <p>Accesibilitatea brațului C obligatoriu</p>	Conform brosurii anexate	
----------------	---	--------------------------------------	--------------------------------------	-------	-------	-------------------------	--	--------------------------	--

33100 000-1						<p>Pat multifuncțional pentru adulti</p> <p>Cod</p> <p>Descriere Pat motorizat pentru terapie intensiva și/sau Recuperare/post-chirurgie</p> <p>Parametri Descriere</p> <p>Dimensiuni externe cu bare de protecție și bampier în 4 colțuri 220 x 99.5, ±5 cm</p> <p>Extindere pat integrată 0 cm/20 cm/30 cm</p> <p>Ajustare înălțime pat (nivel minim - maxim) diapazon min. 45 - 80 cm</p> <p>Dimensiuni pe interior / (compatibil cu lățimea saltelei) 200 x 90 cm, ±5 cm</p> <p>Saltea activa cu compresor integrată Da</p> <p>Înălțimea saltelei: 17 - 20 cm</p> <p>Înălțime bare laterale despărțite (side-rail) 42 cm, ±5 cm</p> <p>Sarcina de lucru sigură (SWL) min. 250 kg</p> <p>Înclinare laterală (stânga / dreapta), electrică 15° / 15°</p> <p>Poziție trendelenburg / reverse trendelenburg 14° / 14°</p> <p>Standarde de conformitate a produsului EN ISO 9001:2000; EN ISO 13485:2003; EN 60601-1; EN ISO 14971;</p> <p>Protecție la lichide și praf Minim IP X4</p> <p>Lumină de noapte: lumină de noapte + lumină de siguranță (verde) Da</p> <p>Capete pat (cap, picioare)</p> <p>Structură din plastic cu mâner 2 unități</p> <p>Deșeurile Cu sistem de blocare</p> <p>Support pentru fixarea stativului de infuzie minim 2</p> <p>Material PP sau alte materiale analogice, rezistente</p> <p>Bare laterale (side-rail)</p> <p>Bare laterale (side-rail), despărțite Cu funcție de decuplare ușoară</p>	<p>Conform broșurii anexate</p>		
33100 000-1	15	Aspirator chirurgical (performanță avansată)	Aspirator chirurgical (performanță avansată)	F-100R/F4	Italia	Fazzini	<p>Aspirator chirurgical (performanță avansată)</p> <p>Cod 130350</p> <p>Descriere Aspiratoarele chirurgicale sunt capabile să creeze o presiune de vid > 600 mmHg. Cele mai multe proceduri chirurgicale necesită aspirare pentru a elimina singele și lichidele care se acumulează în zona operatorie și obstrucționează vizibilitatea chirurgicală.</p> <p>Parametri Specificația</p> <p>Vacuum Limita maximă ≥ 670 mmHg</p> <p>Rata de flux, l/min. ≥ 80 l/min</p> <p>Indicator vacuum da, eroarea $\geq \pm 5\%$</p> <p>Reglator aspirație obligatoriu</p> <p>Nivelul de zgomot, dBA ≤ 50 dBA</p> <p>Vas colector În timpul aspirării se utilizează doar un vas colector obligatoriu</p> <p>Selector mecanic de vas obligatoriu</p> <p>Numărul vaselor 2 buc (să se indice codul sau modelul produsului oferit)</p> <p>Capacitatea, L ≥ 4 L</p> <p>Protecție la umplere pentru fiecare vas obligatoriu</p> <p>Vas tip reutilizabil obligatoriu</p> <p>Support mobil</p> <p>(să se indice codul sau modelul oferit) Continer pentru amplasarea tubului de aspirare sau alt mecanism de fixare a tubului de aspirare obligatoriu</p> <p>Support cu roțile ≥ 4 roți</p> <p>Roți cu frână da, ≥ 2 buc</p> <p>Miner pentru transportare obligatoriu</p>	<p>Conform broșurii anexate</p>	

33100 000-1	20	Ventilator pulmonar adult (caracteristici avansate)	Ventilator pulmonar adult (caracteristici avansate)	VT8000	China	Heyer Medical Co.Ltd	<p>Ventilator pulmonar adult (caracteristici avansate)</p> <p>Cod</p> <p>Descriere Ventilatoarele mecanice oferă suport ventilator temporar sau permanent pentru pacienții care nu pot respira pe cont propriu sau care au nevoie de asistență, menținând o ventilație adecvată.</p> <p>Parametrul Specificația</p> <p>Tip Mobil, pe suport cu roțile da</p> <p>Tip pacient adult da</p> <p>Gama de control/setări Volum total 20-2,500 mL</p> <p>Flux inspir 6-180 L/min</p> <p>Presiune inspir 0-100 cm H2O</p> <p>Rata respiratorie 1-100 rpm</p> <p>Timp inspir 0.1 - 8 s.</p> <p>Rata I:E 1:8 to 4:1</p> <p>Pauză la inspir da</p> <p>Pauză la expir da</p> <p>FiO2, % 21-100</p> <p>Buton pentru respirație manuală da</p> <p>PEEP/CPAP 0-50 cm H2O</p> <p>Support presiune 0-100 cm H2O</p> <p>Nebulizator da</p> <p>Mecanism trigger Presiune -20 - -1 cmH2O</p> <p>Flux 1 - 20 L/min</p> <p>Ajustarea presiunii pantă/rampă da</p> <p>Funcția suspin da</p>	Conform brosurii anexate	
----------------	----	---	---	--------	-------	----------------------	--	--------------------------	--



Semnata: Numele Prenumele: Beregoi Valeriu În calitate de: Director
Ofertantul: IM Vivamed International SRL Adresa: Mun. Chisinau, Bogdan Voievod, 7

Specificații de preț

Numărul licitației: LP nr. 21224182

Data: 16.06.2024

Alternativa nr.: nu

Denumirea licitației: Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Institutul de Cardiologie

Pagina: ___ din ___

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Termenul de livrare/prestare
1		2		3	4	5	6	7	8	9
33100000-1	5	Lampa chirurgicala cu 2 sateliti (caracteristici avansate)	Lampa chirurgicala cu 2 sateliti (caracteristici avansate)	bucată	1	141666,67	170000,00	141666,67	170000,00	11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vânmuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS
33100000-1	6	Masă pentru operații, cu 6 secții	Masă pentru operații, cu 6 secții	bucată	1	325000,00	390000,00	325000,00	390000,00	11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vânmuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS
33100000-1	10	Pat multifunctional pentru adulti	Pat multifunctional pentru adulti	bucată	8	30833,33	37000,00	246666,67	296000,00	11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vânmuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS
33100000-1	15	Aspirator chirurgical (performanță avansată)	Aspirator chirurgical (performanță avansată)	bucată	3	14416,67	17300,00	43250,00	51900,00	11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vânmuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS
33100000-1	20	Ventilator pulmonar adult (caracteristici avansate)	Ventilator pulmonar adult (caracteristici avansate)	bucată	2	316666,67	380000,00	633333,33	760000,00	11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vânmuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS
								1389916,67	1667900,00	

Semnat: Director, Beregoi Valeriu Numele, Prenumele: Beregoi Valeriu În calitate de: Director

Ofertantul: AM Vivamed International SRL Adresa: Mun. Chisinau, str. Bogdan Voievod, 7



266 667

391 667

833333

45833

750000