

Specificații tehnice (anexa 22)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: LP ocds-b3wdp1-MD-1747239512686 / 21418009, din 20/05/2025	Data: 20/05/2025	Alternative: nu sunt
Obiectul achiziției: Mentenanța dispozitivelor medicale conform necesităților pentru anul 2025 REPTAT	Lot: 6.	Pagina: 1 din _

Codul CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelului articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1		2		3	4	5	6	7	8
50421000-4	6	Sistem de diagnostic radiologic (GXR-SD, DRGEM)	Sistem de diagnostic radiologic (GXR-SD, DRGEM)	Service pentru Sistem de diagnostic radiologic GXR-SD, DRGEM	Republica Moldova	SC Imunotehnomed SRL	—Lucrările de mentenanță preventivă/corectivă se vor efectua numai la solicitarea Beneficiarului și va include următoarele operațiuni: —Inspecția vizuală a dispozitivului privind integritatea acestuia; —Curățarea părților de lucru; —Dezinfectarea și curățarea părților funcționale; —Diagnosticarea defecțiunilor tehnice și software; —Efectuarea inspecțiilor conform manualului de servis; —Înlocuirea la necesitate a pieselor și consumabilelor; —Înlăturarea tuturor defectelor depistate tehnice cit și cele de program; —Calibrarea dispozitivului; —Predarea actelor de efectuare a lucrărilor și punere în funcțiune a dispozitivului; —Training pentru utilizatori, la necesitate. Producător: DRGEM Model : GXR-SD Numărul de servicii per an- 3 ori	Lucrările de mentenanță preventivă/corectivă se vor efectua conform solicitării.	N/A

Semnăt: _____Numele, prenumele: Petru Bolea În calitate de: Șef Departament Comercial

Ofertantul: S.C. Imunotehnomed S.R.L. Adresa: Str. Gheorghe Asachi 42, MD-2028, Chisinau, Moldova