

Specificații Tehnice

Numărul procedurii de achiziție: Licitație deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1780993820199 din 24.06.2026						
Obiectul de achiziție: Reactive de laborator pentru activitatea științifică						
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri:						
60. Mediu DMEM	AL007S-500ML	India	HIMEDIA LABORATORIES PVT. LTD.	Mediu pentru cultivarea celulelor (D-MEM (ATCC® 30-2002™), cu nivel înalt de Glucoza, L-Glutamina) Mediu DMEM cu glucoză, glutamină și piruvat de sodiu.sau echivalent minim 500 ml Mediu DMEM: 1 Cu L-glutamină (glutaMAX), nivel crescut de glucoză, sodium piruvat si bicarbonat de sodiu, fara HEPES, lichid, filtrat steril, potrivit pentru cultura celulara de mamifere. Indicator de pH - fenol red. Fără: Piruvat de sodiu, HEPES	Mediu pentru cultivarea celulelor (D-MEM (ATCC® 30-2002™), cu nivel înalt de Glucoza, L-Glutamina) Mediu DMEM cu glucoză, glutamină și piruvat de sodiu.sau echivalent minim 500 ml Mediu DMEM: 1 Cu L-glutamină (glutaMAX), nivel crescut de glucoză, sodium piruvat si bicarbonat de sodiu, fara HEPES, lichid, filtrat steril, potrivit pentru cultura celulara de mamifere. Indicator de pH - fenol red. Fără: Piruvat de sodiu, HEPES. Instrucțiunea se anexează.	Certificat de Calitate, Certificat ISO
63. PBS	TL1006-500ML	India	HIMEDIA LABORATORIES PVT. LTD.	DPBS 1X PBS, 50 pastile DPBS, fără calciu, fără magneziu DPBS lichid, ambalaj de 500 ml	DPBS 1X PBS, 50 pastile DPBS, fără calciu, fără magneziu DPBS lichid, ambalaj de 500 ml. Instrucțiunea se anexează.	Certificat de Calitate, Certificat ISO
82. Set pentru determinarea Imunoglobulinei clasa M Metoda ELISA	K277	Ucraina	XEMA LLC	Set pentru determinarea Imunoglobulinei clasa M Metoda ELISA (96teste)	Set pentru determinarea Imunoglobulinei clasa M Metoda ELISA (96teste). Instrucțiunea se anexează.	Declarație de Conformitate CE, Certificat ISO
83. Set pentru determinarea Imunoglobulinei clasa A Metoda ELISA	K275	Ucraina	XEMA LLC	Set pentru determinarea Imunoglobulinei clasa A Metoda ELISA (96teste)	Set pentru determinarea Imunoglobulinei clasa A Metoda ELISA (96teste). Instrucțiunea se anexează.	Declarație de Conformitate CE, Certificat ISO
84. Set pentru determinarea Imunoglobulinei clasa G Metoda ELISA	K271	Ucraina	XEMA LLC	Set pentru determinarea Imunoglobulinei clasa G Metoda ELISA (96teste)	Set pentru determinarea Imunoglobulinei clasa G Metoda ELISA (96teste). Instrucțiunea se anexează.	Declarație de Conformitate CE, Certificat ISO
85. Set pentru determinarea Imunoglobulinei clasa E-total Metoda ELISA	K200	Ucraina	XEMA LLC	Set pentru determinarea Imunoglobulinei clasa E-total Metoda ELISA (96teste)	Set pentru determinarea Imunoglobulinei clasa E-total Metoda ELISA (96teste). Instrucțiunea se anexează.	Declarație de Conformitate CE, Certificat ISO

107. DMEM/F12+glutaMAX (1x)	AL007G	India	HIMEDIA LABORATORIES PVT. LTD.	Utilizare: culturi celulare. Pastrare la 2-8C. Caracteristici: Cu L-glutamină (glutaMAX), nivel crescut de glucoză, sodiu piruvat si bicarbonat de sodiu, fara HEPES, lichid, filtrat steril, potrivit pentru cultura celulara de mamifere. Indicator de pH - fenol red. Împachetare: flacon cu 500 ml mediu Păstrare: în frigider la 2-8°C; Livrare: conform recomandărilor producătorului	Utilizare: culturi celulare. Pastrare la 2-8C. Caracteristici: Cu L-glutamină (glutaMAX), nivel crescut de glucoză, sodiu piruvat si bicarbonat de sodiu, fara HEPES, lichid, filtrat steril, potrivit pentru cultura celulara de mamifere. Indicator de pH - fenol red. Împachetare: flacon cu 500 ml mediu Păstrare: în frigider la 2-8°C; Livrare: conform recomandărilor producătorului. Instrucțiunea se anexează.	Certificat de Calitate, Certificat ISO
109. Hank's Balanced Salt Solution cu calciu și magneziu	TL1010	India	HIMEDIA LABORATORIES PVT. LTD.	Utilizare: spălarea și fixarea celulelor aderente de soluțiile de lucru și normalizarea pH-lui. Caracteristici: Obligatoriu cu bicarbonat de sodiu, altfel reactivul nu va putea fi utilizat pentru culturi celulare. Soluție de HBSS fără fenol roșu, cu calciu și cu magneziu. Sterilizat prin filtrare. Pentru culturi celulare Împachetare: flacon cu 500 ml soluție Livrare și păstrare: la temperatura camerei	Utilizare: spălarea și fixarea celulelor aderente de soluțiile de lucru și normalizarea pH-lui. Caracteristici: Obligatoriu cu bicarbonat de sodiu, altfel reactivul nu va putea fi utilizat pentru culturi celulare. Soluție de HBSS fără fenol roșu, cu calciu și cu magneziu. Sterilizat prin filtrare. Pentru culturi celulare Împachetare: flacon cu 500 ml soluție Livrare și păstrare: la temperatura camerei. Instrucțiunea se anexează.	Certificat de Calitate, Certificat ISO
123. Staphylococcus aureus (MRSA) NCTC 12493	MM64-10	Marea Britanie	TCS BIOSCIENCES LTD.	Flacon de 10 discuri. Testarea activității antibacteriene a substanțelor noi sintetizate	Flacon de 10 discuri. Testarea activității antibacteriene a substanțelor noi sintetizate. Broșura se anexează.	Declarație de Conformitate CE, Certificat ISO
124. Salmonella Typhimurium ATCC® 14028	MM11-10	Marea Britanie	TCS BIOSCIENCES LTD.	Flacon de 10 discuri. Testarea activității antibacteriene a substanțelor noi sintetizate	Flacon de 10 discuri. Testarea activității antibacteriene a substanțelor noi sintetizate. Broșura se anexează.	Declarație de Conformitate CE, Certificat ISO
125. Klebsiella pneumoniae NCTC 13440	MM55-10	Marea Britanie	TCS BIOSCIENCES LTD.	Flacon de 10 discuri. Testarea activității antibacteriene a substanțelor noi sintetizate	Flacon de 10 discuri. Testarea activității antibacteriene a substanțelor noi sintetizate. Broșura se anexează.	Declarație de Conformitate CE, Certificat ISO
126. Enterococcus faecalis ATCC 19433	MM17-10	Marea Britanie	TCS BIOSCIENCES LTD.	Flacon de 10 discuri. Testarea activității antibacteriene a substanțelor noi sintetizate	Flacon de 10 discuri. Testarea activității antibacteriene a substanțelor noi sintetizate. Broșura se anexează.	Declarație de Conformitate CE, Certificat ISO
127. Proteus mirabilis ATCC 14153	MM43-10	Marea Britanie	TCS BIOSCIENCES LTD.	Flacon de 10 discuri. Testarea activității antibacteriene a substanțelor noi sintetizate	Flacon de 10 discuri. Testarea activității antibacteriene a substanțelor noi sintetizate. Broșura se anexează.	Declarație de Conformitate CE, Certificat ISO

128. Staphylococcus epidermidis ATCC® 12228	MM15-10	Marea Britanie	TCS BIOSCIENCES LTD.	Flacon de 10 discuri. Testarea activității antibacteriene a substanțelor noi sintetizate	Flacon de 10 discuri. Testarea activității antibacteriene a substanțelor noi sintetizate. Broșura se anexează.	Declarație de Conformitate CE, Certificat ISO
129. Escherichia coli ATCC® 25922	MM02-10	Marea Britanie	TCS BIOSCIENCES LTD.	Flacon de 10 discuri. Testarea activității antibacteriene a substanțelor noi sintetizate	Flacon de 10 discuri. Testarea activității antibacteriene a substanțelor noi sintetizate. Broșura se anexează.	Declarație de Conformitate CE, Certificat ISO
130. Pseudomonas aeruginosa ATCC® 27853	MM10-10	Marea Britanie	TCS BIOSCIENCES LTD.	Flacon de 10 discuri. Testarea activității antibacteriene a substanțelor noi sintetizate	Flacon de 10 discuri. Testarea activității antibacteriene a substanțelor noi sintetizate. Broșura se anexează.	Declarație de Conformitate CE, Certificat ISO
131. Acinetobacter baumannii (t. ATCC 19606)	MM25-10	Marea Britanie	TCS BIOSCIENCES LTD.	Flacon de 10 discuri. Testarea activității antibacteriene a substanțelor noi sintetizate	Flacon de 10 discuri. Testarea activității antibacteriene a substanțelor noi sintetizate. Broșura se anexează.	Declarație de Conformitate CE, Certificat ISO

Semnat: _____ Numele, prenumele: Goreacii Vitalie. În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL Sanmedico Adresa: Mun Chișinău, str. A. Corobceanu 7A, ap.9