

OXIVIT MED

IDNO: 1007600044280;
adresa: mun. Chișinău, str. Decebal 82-90
tel. 022 808 002, 022 808 003
e-mail: oxivit.medical@gmail.com

Anexa nr. 7
la Documentația standard
conform Ordin MF Nr. 115
din 15.09.2021

CERERE DE PARTICIPARE

Către: CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE
adresa: MD-2005, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, mun. Chișinău MD-
2005, bd. Grigore Vieru, 22/2

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și/sau SIA RSAP MTender, nr. ocds-b3wdp1-MD-1753872475738 din 05.09.2025, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de Achiziționarea implanturilor spinale, consumabilelor pentru neurochirurgia fracturilor coloanei vertebrale conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2026 noi, S.C. OXIVIT-MED S.R.L, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării: 04.09.2025

Cu stimă,

Ofertant/candidat

S.C. OXIVIT-MED S.R.L _____

(semnătura autorizată)

OXIVIT MED

IDNO: 1007600044280;
adresa: mun. Chișinău, str. Decebal 82-90
tel. 022 808 002, 022 808 003
e-mail: oxivit.medical@gmail.com

Anexa nr. 7
la Documentația standard
conform Ordin MF Nr. 115
din 15.09.2021

DECLARAȚIE privind valabilitatea ofertei

Către: CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE
adresa: MD-2005, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, mun. Chișinău MD-2005, bd.
Grigore Vieru, 22/2

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea de:
"Achiziționarea implanturilor spinale, consumabilelor pentru neurochirurgia
fracturilor coloanei vertebrale conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul
2026"

prin procedura de achiziție - Licitatie deschisă Nr. ocds-b3wdp1-MD-
1753872475738 din 05.09.2025

pentru o durată de 160 (una sută șaizeci) zile, respectiv până la data de
12.02.2026, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând
înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării: 04.09.2025

Cu stimă,

Ofertant/candidat

S.C. OXIVIT-MED S.R.L. _____

(semnătura autorizată)

Specificații Tehnice

		Numărul procedurii de achiziție:		ocds-b3wdp1-MD-1753872475738 din 05.09.2025				
		Obiectul achiziției:		Achiziționarea implanturilor spinale, consumabilelor pentru neurochirurgia fracturilor coloanei vertebrale conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2026				
Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.1	Implante spinale. Instrumentație pediculară toraco-lombară minim invazivă	Implante spinale. Instrumentație pediculară toraco-lombară minim invazivă	75445030; 75445035; 75445040; 75445045; 75445050; 75445530; 75445535; 75445540; 75445545; 75445550; 75445555; 75446030; 75446035; 75446040; 75446045; 75446050; 75446055; 75446530; 75446535; 75446540; 75446545; 75446550; 75446555; 75447530; 75447535; 75447540; 75447545; 75447550; 75447555; 75448530; 75448535; 75448540; 75448545; 75448550; 75448555; 55840024530 ; 55840024535 ; 55840024540 ; 55840024545 ; 55840024550 ; 55840024555 ; 55840024560 ; 55840025530 ; 55840025535 ; 55840025540 ; 55840025545 ; 55840025550 ; 55840025555 ; 55840026530 ; 55840026535 ; 55840026540 ; 55840026545 ; 55840026550 ; 55840026555 ; 55840026560 ; 55840026570 ; 55840026580 ; 55840027530 ; 55840027535 ; 55840027540 ; 55840027545 ; 55840027550 ; 55840027555 ; 55840027560 ; 55840027570 ; 55840027580 ; 55840028530 ; 55840028535 ; 55840028540 ; 55840028545 ; 55840028550 ; 55840028555 ; 55840028560 ; 55840028565 ; 55840028570 ; 55840028575 ; 55840028580 ; 55840029530 ; 55840029535 ; 55840029540 ; 55840029545 ; 55840029550 ; 55840029555 ; 55840029560 ; 55840029565 ; 55840029570 ; 55840029575 ; 55840029580 ; 55840021540 ; 55840021545 ; 55840021550 ; 55840021555 ; 55840021560 ; 55840021565 ; 55840021570 ; 55840021575 ; 55840021580 MULTI AXIAL SCREWS/SCREW 5.5-6.0 FNS MAS CC.	SUA	Medtronic	Instrumentație pediculară toraco-lombară minim invazivă Designul implantului să fie constituit din 2 părți: a) șurubul propriu-zis și b) pivotul de manipulare multifuncțională. Diametrul șurubului - de la 5.0mm la 8.0 cu posibilitate de alegere a diametrului incremental cu 0.5 mm (colorate diferit). Lungimea - 30-55mm cu posibilitate de alegere a lungimii incremental cu 0.5 mm Să prezinte posibilitate de reducere prin înșurubare prin brațul de reducere a șurubului cu pasul minim de 25mm. Să prezinte variantele: poliaxial (cu unghi de deschidere de până la 55°) și/sau quadriaaxial transversal/sagital. Să fie canalat pentru inserarea pe borșa de ghidaj și cu cel puțin 2 orificii laterale pentru posibilitatea augmentării cu ciment. Să prezinte o canulă specială pentru umplere cu ciment osos pentru augmentarea șuruburilor. Să se conecteze la tija longitudinală prin tehnica „SnapOff”. Pivotul de manipulare multifuncțională să aibă diametrul de 12mm și o legătură rigidă la șurub. Cu și prin acesta (pivotul de manipulare), se efectuează toți pașii chirurgicali. Șuruburile și tijele să fie produse de același producător. Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI. Să fie compatibile CT și RMN. Pivotul de manipulare multifuncțională să aibă diametrul de 12mm și o legătură rigidă la șurub. Cu și prin acesta (pivotul de manipulare), se efectuează toți pașii chirurgicali. Șuruburile și tijele să fie produse de același producător. Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI. Să fie compatibile CT și RMN”.	”Legacy.signed”/”SoteraFenestratedScrewSpinalSystemSurgicalTechniqueBrochure.signed” Instrumentație pediculară toraco-lombară minim invazivă Designul implantului să fie constituit din 2 părți: a) șurubul propriu-zis și b) pivotul de manipulare multifuncțională. Diametrul șurubului - de la 5.0mm la 8.0 cu posibilitate de alegere a diametrului incremental cu 0.5 mm (colorate diferit). Lungimea - 30-55mm cu posibilitate de alegere a lungimii incremental cu 0.5 mm Să prezinte posibilitate de reducere prin înșurubare prin brațul de reducere a șurubului cu pasul minim de 25mm. Să prezinte variantele: poliaxial (cu unghi de deschidere de până la 55°) și/sau quadriaaxial transversal/sagital. Să fie canalat pentru inserarea pe borșa de ghidaj și cu cel puțin 2 orificii laterale pentru posibilitatea augmentării cu ciment. Să prezinte o canulă specială pentru umplere cu ciment osos pentru augmentarea șuruburilor. Să se conecteze la tija longitudinală prin tehnica „SnapOff”. Pivotul de manipulare multifuncțională să aibă diametrul de 12mm și o legătură rigidă la șurub. Cu și prin acesta (pivotul de manipulare), se efectuează toți pașii chirurgicali. Șuruburile și tijele să fie produse de același producător. Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI. Să fie compatibile CT și RMN”.	ISO, CE Cod înregistrare AEMD: DM000009645; DM000011751; DM000011752; DM000012503; DM000012504; DM000011705; DM000012507; DM000011703; DM000012415; DM000011704; DM000011930; DM000011929; DM000012111; DM000012092; DM000012175; DM000012176; DM000012177; DM000012172; DM000012173; DM000011754; DM000011928; DM000012034; DM000012310; DM000012296; DM000012359; DM000012403; DM000012576; DM000012591; DM000012618; DM000012819; DM000012495; DM000012621; DM000011933; DM000013109; DM000012622; DM000013108; DM000012676; DM000011755; DM000011756; DM000012845; DM000012646; DM000011753; DM000011754; DM000010121; DM000011764; DM000011750; DM000012122; DM000012123; DM000013038; DM000012611; DM000012817; DM000012412; DM000011934; DM000011931; DM000012453; DM000012457; DM000012458
2.2	Implante spinale. Instrumentație pediculară toraco-lombară minim invazivă	set de instrumente	1850077 DOUBLE GENERIC OUTER CASE; 7480220 Wide Blade Laminar Elevator; 7480225 Pedicle Elevator; 7480221 Narrow Blade Laminar Elevator; 7480222 Transverse Process Elevator; 7480231 Hook Pusher for Implant Holder; 7480230 Implant Pusher for Dual Purpose Instrument; 7480211 Lateral Implant Holder; 7480205 Dual Purpose Instrument; 7480216 Straight Implant Holder; 7480112 Thoracic Ball Handle Probe; 7480110 Lumbar Ball Handle Probe; 7480104 In-Line Round Awl; 9339082 Quick Connect Ratcheting Handle; 8683750 Tap; 8684000 Tap; 8684500 Tap; 8685000 Tap; 836-015 Tap; 836-016 Tap; 836-018 Tap; 7480100 Dual Ended Feeler Probe; 8572102 Sounding/Feeler Probe; 7486280 Fixed Angle Screwdriver; 7480113 Multi-Axial Screwdriver; 7486113 Multi-Axial Screwdriver; 7480109 Multi-Axial Screwdriver; 808-575 Rod Template; 7480182 French Bender; 7480235 Rod Pusher; 7480236 C-Shaped Rod Pusher; 7480134 Beale Rod Reducer; 7480142 Forceps Rocker; 7480277 Lateral Rod Reducer; 7480278 Lateral Rod Reducer; 7480240 Lateral Translator; 7480245 Lateral Translator; 7480265 Coronal Benders; 7480270 Coronal Benders; 7486265 Coronal Benders; 7486270 Coronal Benders; 7480255 In Situ Benders; 7480260 In Situ Benders; 7486255 In Situ Benders; 7486260 In Situ Benders; 7480175 Rod Gripper; 7480165 Parallel Compressor, Small; 7480166 Parallel Compressor, Large; 7480171 Distractor; 7480131 Provisional Driver; 7480150 Counter Torque; 7480144 Self-Retaining Break-Off Driver; 7480154 T27 Obturator; 7480122 Dual Ended Plug Starter; 8110530 3.0mm Hex Driver; 815-517 Tor x 20 Shaft; 815-518 Tor x 25 Shaft	SUA	Medtronic	Gratuit în folosință. Componenta minimă a setului: 1. trusă de sterilizare specială – 1buc. 2. țepusa pentru penetrarea stratului osos cortical – 1buc 3. mâner-cheie dinamometrică – 1buc. 4. tarod – 2 buc 5. șurubelnița pentru șurubul pedicular – 2 buc 6. șurubelnița pentru piulița de blocare – 2 buc 7. mâner în Z – 1 buc 8. mâner în T cu clichet – 2 buc 9. mâner în T cu limitator de cuplu – 1 buc 10. dSPINALozitive de distracție/compresie – 2 buc 11. dSPINALozitiv- bender pentru modelarea tije – 1 buc 12. mâner-cheie pentru inserare tije – 2 buc 13. adaptoare scurt/lung – 4 buc/4buc 14. mâner-cheie antirotatie – 2 buc 15. dSPINALozitiv de tăiere a tubusului – 2 buc	Gratuit în folosință. Componenta minimă a setului: 1. trusă de sterilizare specială – 1buc. 2. țepusa pentru penetrarea stratului osos cortical – 1buc 3. mâner-cheie dinamometrică – 1buc. 4. tarod – 2 buc 5. șurubelnița pentru șurubul pedicular – 2 buc 6. șurubelnița pentru piulița de blocare – 2 buc 7. mâner în Z – 1 buc 8. mâner în T cu clichet – 2 buc 9. mâner în T cu limitator de cuplu – 1 buc 10. dSPINALozitive de distracție/compresie – 2 buc 11. dSPINALozitiv- bender pentru modelarea tije – 1 buc 12. mâner-cheie pentru inserare tije – 2 buc 13. adaptoare scurt/lung – 4 buc/4buc 14. mâner-cheie antirotatie – 2 buc 15. dSPINALozitiv de tăiere a tubusului – 2 buc	ISO, CE Cod înregistrare AEMD: DM000009645; DM000011751; DM000011752; DM000012503; DM000012504; DM000011705; DM000012507; DM000011703; DM000012415; DM000011704; DM000011930; DM000011929; DM000012111; DM000012092; DM000012175; DM000012176; DM000012177; DM000012172; DM000012173; DM000011754; DM000011928; DM000012034; DM000012310; DM000012296; DM000012359; DM000012403; DM000012576; DM000012591; DM000012618; DM000012819; DM000012495; DM000012621; DM000011933; DM000013109; DM000012622; DM000013108; DM000012676; DM000011755; DM000011756; DM000012845; DM000012646; DM000011753; DM000011754; DM000010121; DM000011764; DM000011750; DM000012122; DM000012123; DM000013038; DM000012611; DM000012817; DM000012412; DM000011934; DM000011931; DM000012453; DM000012457; DM000012458

2.3	Implante spinale. Instrumentație pediculară toraco-lombară minim invazivă	set de instrumente	1850077 DOUBLE GENERIC OUTER CASE; 7480220 Wide Blade Laminar Elevator; 7480225 Pedicle Elevator; 7480221 Narrow Blade Laminar Elevator; 7480222 Transverse Process Elevator; 7480231 Hook Pusher for Implant Holder; 7480230 Implant Pusher for Dual Purpose Instrument; 7480211 Lateral Implant Holder; 7480205 Dual Purpose Instrument; 7480216 Straight Implant Holder; 7480112 Thoracic Ball Handle Probe; 7480110 Lumbar Ball Handle Probe; 7480104 In-Line Round Awl; 9339082 Quick Connect Ratcheting Handle; 8683750 Tap; 8684000 Tap; 8684500 Tap; 8685000 Tap; 836-015 Tap; 836-016 Tap; 836-018 Tap; 7480100 Dual Ended Feeler Probe; 8572102 Sounding/Feeler Probe; 7486280 Fixed Angle Screwdriver; 7480113 Multi-Axial Screwdriver; 7486113 Multi-Axial Screwdriver; 7480109 Multi-Axial Screwdriver; 808-575 Rod Template; 7480162 French Bender; 7480235 Rod Pusher; 7480236 C-Shaped Rod Pusher; 7480134 Beale Rod Reducer; 7480142 Forceps Rocker; 7480277 Lateral Rod Reducer; 7480278 Lateral Rod Reducer; 7480240 Lateral Translator; 7480245 Lateral Translator; 7480265 Coronal Benders; 7480270 Coronal Benders; 7486265 Coronal Benders; 7486270 Coronal Benders; 7480255 In Situ Benders; 7480260 In Situ Benders; 7486255 In Situ Benders; 7486260 In Situ Benders; 7480175 Rod Gripper; 7480165 Parallel Compressor, Small; 7480166 Parallel Compressor, Large; 7480171 Distractor; 7480131 Provisional Driver; 7480150 Counter Torque; 7480144 Self-Retaining Break-Off Driver; 7480154 T27 Obturator; 7480122 Dual Ended Plug Starter; 8110530 3.0mm Hex Driver; 815-517 Tor x 20 Shaft; 815-518 Tor x 25 Shaft	SUA	Medtronic	Gratuit în folosința. Componenta minimă setului: 1. trusa de sterilizare specială – 1buc. 2. retractor de radicol – 1buc 3. retractor de sac dural – 1buc 4. carlig neurochirurgical – 1buc 5. saver triunghiular -1buc 6. osteotom pedicular toracal – 1buc 7. osteotom pedicular lombar – 1buc 8. osteotom vertebral drept – 1buc 9. osteotom vertebral angulat – 1buc. 10. cureta dreapta toracală – 1buc 11. cureta dreapta lombară – 1buc 12. cureta angulată toracală – 1buc 13. cureta angulată lombară – 1buc 14. retractor ajustabil vertebral toracal – 2buc 12. retractor ajustabil vertebral lombar – 2buc 13. impactor angular perete posterior vertebrei toracale – 1buc 14. impactor angular perete posterior vertebrei lombare – 1buc.	Gratuit în folosința. Componenta minimă setului: 1. trusa de sterilizare specială – 1buc. 2. retractor de radicol – 1buc 3. retractor de sac dural – 1buc 4. carlig neurochirurgical – 1buc 5. saver triunghiular -1buc 6. osteotom pedicular toracal – 1buc 7. osteotom pedicular lombar – 1buc 8. osteotom vertebral drept – 1buc 9. osteotom vertebral angulat – 1buc. 10. cureta dreapta toracală – 1buc 11. cureta dreapta lombară – 1buc 12. cureta angulată toracală – 1buc 13. cureta angulată lombară – 1buc 14. retractor ajustabil vertebral toracal – 2buc 12. retractor ajustabil vertebral lombar – 2buc 13. impactor angular perete posterior vertebrei toracale – 1buc 14. impactor angular perete posterior vertebrei lombare – 1buc.	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM00009645; DM000011751; DM000011752; DM000012033; DM000012504; DM000011705; DM000012997; DM000011703; DM000012415; DM000011704; DM000011830; DM000011929; DM000012111; DM000012092; DM000012175; DM000012178; DM000012177; DM000012177; DM000012176; DM000012172; DM000012173; DM000012174; DM000011528; DM000012034; DM000012310; DM000012298; DM000012309; DM000012403; DM000012576; DM000012591; DM000012818; DM000012819; DM000012408; DM000012821; DM000011933; DM000013109; DM000012823; DM000013108; DM000012876; DM000011755; DM000011758; DM000012849; DM000012646; DM000011753; DM000011754; DM000013121; DM000011764; DM000011750; DM000012122; DM000012123; DM000013038; DM000012411; DM000012817; DM000012412; DM000011934; DM000011931; DM000012453; DM000012457; DM000012458
20	Set vertebroplastie	Set vertebroplastie	T15J Ac vertebroplastie INTRODUCER T15J OIS ONE STEP TRO AND DIA 2 buc+C01A-INT Ciment	SUA	Medtronic	Set vertebroplastie Compus din 2 troacare spinale și cimentul cu dizolvant	"Kyphon Product Catalogue 2017.pdf": Set vertebroplastie Compus din 2 troacare spinale și cimentul cu dizolvant	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000627410 DM000627474
30	Set pentru kyphoplastie/vertebroplastie în caz de fracturi, tumori, hemangioame vertebrale sau augmentarea combinată a construcțiilor din titan	Set pentru kyphoplastie/vertebroplastie în caz de fracturi, tumori, hemangioame vertebrale sau augmentarea combinată a construcțiilor din titan	F18A BONE BIOPSY F18A BONE BIOPSY KIT	SUA	Medtronic	Set pentru kyphoplastie/vertebroplastie în caz de fracturi, tumori, hemangioame vertebrale sau augmentarea combinată a construcțiilor din titan 2 bucăți ac acces cu mâner special ergonomic, din oțel inov AISI 302 ȘI 304 de uz medical și policarbonat, diametru de 11 G și lungimea de 15 cm și 2 canule; 1 bucată burghiu metalic de mare precizie; 2 bucată baloane gonflabile dSPINALonibile în 3 mărimi 10/15/20 mm; 2 bucăți sistem digital de umflare balon kyphoplastie.	"Kyphon Product Catalogue 2017.pdf" si "F18A_IFU.pdf": Set pentru kyphoplastie/vertebroplastie în caz de fracturi, tumori, hemangioame vertebrale sau augmentarea combinată a construcțiilor din titan 2 bucăți ac acces cu mâner special ergonomic, din oțel inov AISI 302 ȘI 304 de uz medical și policarbonat, diametru de 11 G și lungimea de 15 cm și 2 canule; 1 bucată burghiu metalic de mare precizie; 2 bucată baloane gonflabile dSPINALonibile în 3 mărimi 10/15/20 mm; 2 bucăți sistem digital de umflare balon kyphoplastie.	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000627403
31	Kit pentru accesul osos minim invaziv (canulat) prin pediculul vertebral în cadrul kyphoplastiei și vertebroplastiei	Kit pentru accesul osos minim invaziv (canulat) prin pediculul vertebral în cadrul kyphoplastiei și vertebroplastiei	T15J INTRODUCER T15J OIS ONE STEP TRO AND DIA	SUA	Medtronic	Kit pentru accesul osos minim invaziv (canulat) prin pediculul vertebral în cadrul kyphoplastiei și vertebroplastiei Diametrul acului de acces - 9G. În set trebuie sa fie cel puțin 2 tipuri de vîrf al acului. Lungimi: 100 - 150mm	"Kyphon Product Catalogue 2017.pdf": Kit pentru accesul osos minim invaziv (canulat) prin pediculul vertebral în cadrul kyphoplastiei și vertebroplastiei Diametrul acului de acces - 9G. În set trebuie sa fie cel puțin 2 tipuri de vîrf al acului. Lungimi: 100 - 150mm	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000627410
32	Kit pentru accesul osos minim invaziv (canulat) prin pediculul vertebral în cadrul kyphoplastiei și vertebroplastiei	DSPINALozitiv pentru introducerea manuală sau semi-automată a cimentului vertebral radioopac, compatibil cu sistemele și seturile pentru accesul osos transpedicular	F04B BONE FILLER DEVICE F04B SIZE 3	SUA	Medtronic	DSPINALozitiv pentru introducerea manuală sau semi-automată a cimentului vertebral radioopac, compatibil cu sistemele și seturile pentru accesul osos transpedicular Compatibil cu sistemul Luer-lock	"Kyphon Product Catalogue 2017.pdf": DSPINALozitiv pentru introducerea manuală sau semi-automată a cimentului vertebral radioopac, compatibil cu sistemele și seturile pentru accesul osos transpedicular Compatibil cu sistemul Luer-lock	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000202001
33	Kit pentru accesul osos minim invaziv (canulat) prin pediculul vertebral în cadrul kyphoplastiei și vertebroplastiei	Ac pentru acces osos transpedicular	NEEDLE A02A 11 GAUGE	SUA	Medtronic	Ac pentru acces osos transpedicular Dimesiuni - 9-11G. Lungime - 150 mm	"Kyphon Product Catalogue 2017.pdf": Ac pentru acces osos transpedicular Dimesiuni - 9-11G. Lungime - 150 mm	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000627400

34	Kit pentru accesul osos minim invaziv (canulat) prin pediculul vertebral în cadrul kyphoplastiei și vertebroplastiei	Sistem semi-automat de livrare a cimentului prin troacarele vertebrale	CDS3A CEMENT GUN AND BONE FILLER CDS3A SIZE 3	SUA	Medtronic	Sistem semi-automat de livrare a cimentului prin troacarele vertebrale Sistemul trebuie să permită o livrare stepată a cimentului, operatorul trebuie să poată să se îndepărteze de la sursa de radiație ionizantă. Sistemul trebuie să aibă mecanism de reducere rapidă a presiunii intravertebrale, distanța minimă de la sursa ionizată minimă 155 cm	"Kyphon Product Catalogue 2017.pdf": Sistem semi-automat de livrare a cimentului prin troacarele vertebrale Sistemul trebuie să permită o livrare stepată a cimentului, operatorul trebuie să poată să se îndepărteze de la sursa de radiație ionizantă. Sistemul trebuie să aibă mecanism de reducere rapidă a presiunii intravertebrale.	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000202000
38	Spongii pentru tamponadă postoperatorie a cavității nazale	Spongii pentru tamponadă postoperatorie a cavității nazale	440402 Merocel™ standard dressing With string	SUA	Medtronic	Spongii pentru tamponadă postoperatorie a cavității nazale Material - Polyvinylalcohol (PVA), Dimensiuni - fâșii de 6 - 10 cm. Biocompatibil, cu capacitate de absorbție de cel puțin 20 de ori mai mare decât greutatea proprie. Existența capacității de stentare, efect hemostatic la presiune ușoară. Calități anti-aderențiale. Detectabil la X-ray. Posibilitate de modelare intraoperatorie.	"ent-product-catalog.pdf": Spongii pentru tamponadă postoperatorie a cavității nazale Material - Polyvinylalcohol (PVA), Dimensiuni - fâșii de 6 - 10 cm. Biocompatibil, cu capacitate de absorbție de cel puțin 20 de ori mai mare decât greutatea proprie. Existența capacității de stentare, efect hemostatic la presiune ușoară. Calități anti-aderențiale. Detectabil la X-ray. Posibilitate de modelare intraoperatorie.	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000613755
39	Cușcă intervertebrală din PEEK pentru aplicare prin abord posterior și transforaminal către coloana vertebrală lombară prin chirurgie deschisă, proceduri chirurgicale mici și proceduri minim invazive	Cușcă intervertebrală din PEEK pentru aplicare prin abord posterior și transforaminal către coloana vertebrală lombară prin chirurgie deschisă, proceduri chirurgicale mici și proceduri minim invazive	2991032INT 2991232INT CAPSTONE® PEEK Spinal System Implants + kit de instrumente cu titlu gratuit pe perioada utilizării consumabilelor	SUA	Medtronic	Cușcă intervertebrală din PEEK pentru aplicare prin abord posterior și transforaminal către coloana vertebrală lombară prin chirurgie deschisă, proceduri chirurgicale mici și proceduri minim invazive Forma cuștii trebuie să permită introducerea ușoară și reducerea necesității de rezecție a osului. Capetele cuștii trebuie să fie rotunjite pentru a permite o penetrare ușoară în spațiul intervertebral. Designul cuștii trebuie să corespundă anatomiei spațiului intervertebral. Parte superioară și inferioară trebuie să aibă o suprafață serată, pentru a reduce probabilitatea extruziei cuștii. Dimensiuni: Adâncime 10 mm Lungime: 30-32 mm, înălțime: 10-12 mm. Oferirea instrumentariului cu titlu gratuit pe perioada utilizării consumabilelor.	"Capstone Family Surgical Technique_RO.pdf": Cușcă intervertebrală din PEEK pentru aplicare prin abord posterior și transforaminal către coloana vertebrală lombară prin chirurgie deschisă, proceduri chirurgicale mici și proceduri minim invazive Forma cuștii trebuie să permită introducerea ușoară și reducerea necesității de rezecție a osului. Capetele cuștii trebuie să fie rotunjite pentru a permite o penetrare ușoară în spațiul intervertebral. Designul cuștii trebuie să corespundă anatomiei spațiului intervertebral. Parte superioară și inferioară trebuie să aibă o suprafață serată, pentru a reduce probabilitatea extruziei cuștii. Dimensiuni: Adâncime 10 mm Lungime: 30-32 mm, înălțime: 10-12 mm. Oferirea instrumentariului cu titlu gratuit pe perioada utilizării consumabilelor.	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000401247 DM000401251 DM000609788; DM000610775; DM000609785; DM000609880; DM000609881; DM000609792; DM000609780; DM000609787; DM000609781; DM000611806; DM000611808; DM000609786; DM000609784; DM000609782; DM000609791; DM000609879; DM000609783; DM000609882;
57.1	Platforma de ablație osoasă neurochirurgicală	Kit de ablație osoasă	OCP207-INT PROBE OCP207-INT OSTEOCOOLRF 17G7MMX2 OCP210-INT PROBE OCP210-INT OSTEOCOOLRF 17G10MMX2 OCP220-INT PROBE OCP220-INT OSTEOCOOLRF 17G20MMX2	SUA	Medtronic	Kit de ablație osoasă Setul steril compatibil cu platforma de ablație osoasă conține: - sonda bipolară de radiofrecvență și cu sistem de răcire internă (vârful activ de lucru 7, 10, 20 de mm) - recipient gradat și tuburi de conectare	"osteocool-brochure.signed" Kit de ablație osoasă Setul steril compatibil cu platforma de ablație osoasă conține: - sonda bipolară de radiofrecvență și cu sistem de răcire internă (vârful activ de lucru 7, 10, 20 de mm) - recipient gradat și tuburi de conectare	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000748064; DM000748065; DM000748066

57.2	Proteza expandabila de corp vertebral in caz de vertebrectomie	Set retractor bazat pe un cerc	OTO-BX 10 01-N Otelo MIS retractor	Elvetia	Spineart	Gratuit in folosinta. Componenta minima setului: 1. trusa de sterilizare speciala – 1buc 2. semicerc – 2 buc 3. prelungitor cerc – 2 buc 4. fixator cerc de masa – 2 buc 5.lame rentghen transparente culoare neagra antireflectanta 200mmx50mm – 3 bu,160mmx50mm – 3 buc, 140mmx50mm – 3 buc, 200mmx50mm – 3 buc, 120mmx50mm – 3 buc, 100mmx50mm – 3 buc, 220mmx26mm – 3 buc, 200mmx26mm – 3 buc, 180mmx26mm – 3 buc, 160mmx26mm – 3 buc, 140mmx26mm – 3 buc, 120mmx26mm – 3 buc, 100mmx26mm – 3 buc, 80mmx26mm – 3 buc, 160mmx16mm – 3 buc, 140mmx16mm – 3 buc, 120mmx16mm – 3 buc, 100mmx16mm – 3 buc, 80mmx16mm – 3 buc) 6.fixator lama-cerc – 6 buc .	Gratuit in folosinta. Componenta minima setului: 1. trusa de sterilizare speciala – 1buc 2. semicerc – 2 buc 3. prelungitor cerc – 2 buc 4. fixator cerc de masa – 2 buc 5.lame rentghen transparente culoare neagra antireflectanta 200mmx50mm – 3 bu,160mmx50mm – 3 buc, 140mmx50mm – 3 buc, 200mmx50mm – 3 buc, 120mmx50mm – 3 buc, 100mmx50mm – 3 buc, 220mmx26mm – 3 buc, 200mmx26mm – 3 buc, 180mmx26mm – 3 buc, 160mmx26mm – 3 buc, 140mmx26mm – 3 buc, 120mmx26mm – 3 buc, 100mmx26mm – 3 buc, 80mmx26mm – 3 buc, 160mmx16mm – 3 buc, 140mmx16mm – 3 buc, 120mmx16mm – 3 buc, 100mmx16mm – 3 buc, 80mmx16mm – 3 buc) 6.fixator lama-cerc – 6 buc .	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000687794
57.3	Platforma de ablatie osoasa neurochirurgicala	Platforma de ablatie osoasa neurochirurgicala	OC01-R GENERATOR OSTEOCOOL RFG, OC02-R PUMP UNIT OSTEOCOOL PUMP, OC04 CONNECTOR OSTEOCOOL HUB	SUA	Medtronic	Platforma de ablatie osoasa neurochirurgicala Gratuit in folosinta. Sistem de radiofrecvență destinat pentru ablația tumorilor osoase benigne cum ar fi osteomul osteoid și tratamentul paliativ prin ablația leziunilor maligne bucată 1 metastatice care implică osul, inclusiv corpul vertebral.Sistemul de ablatie minim invaziva a tumorilor vertebrale este alcătuit din generatorul de radiofrecventa, sistemul de conectare, sistemul de pompare și cablurile de pompa. Generatorul de radiofrecventa are o putere de minim 40W cu două canale de lucru (de minim 20W pentru fiecare canal). Prezinta interfata de lucru cu ecran tactil. Sondele vin în 3 dimensiuni, respectiv 7mm/10mm și 20mm, iar generatorul recunoaste dimensiunea sondei și preseteaza automat timpul de ablatie, respectiv. Urmareste temperatura și puterea de lesire pentru a reduce riscul de deteriorare termica a structurilor adiacente. Genereaza niveluri de putere specifice dimensiunilor osoase. Monitorizeaza impedanta și intrerupe automat ablația înainte ca arderea sa aiba loc. Oprește automat livrarea de energie RF odata cu ablația. Foloseste doua sonde in acelasi timp. Setul de livrare: Generator de radiofrecvență, Sistemul de pompare și cablurile de pompă din două pompe care acționează independent. Sistem mobil de rafturi suprapuse 4 roți cu frâne. Kit de ablatie osoasa cu sonda de temperatura pentru 5 proceduri.	"IFU OsteoCool RF Generator_rom.signed" Platforma de ablatie osoasa neurochirurgicala Gratuit in folosinta. Sistem de radiofrecvență destinat pentru ablația tumorilor osoase benigne cum ar fi osteomul osteoid și tratamentul paliativ prin ablația leziunilor maligne bucată 1 metastatice care implică osul, inclusiv corpul vertebral.Sistemul de ablatie minim invaziva a tumorilor vertebrale este alcătuit din generatorul de radiofrecventa, sistemul de conectare, sistemul de pompare și cablurile de pompa. Generatorul de radiofrecventa are o putere de minim 40W cu două canale de lucru (de minim 20W pentru fiecare canal). Prezinta interfata de lucru cu ecran tactil. Sondele vin în 3 dimensiuni, respectiv 7mm/10mm și 20mm, iar generatorul recunoaste dimensiunea sondei și preseteaza automat timpul de ablatie, respectiv. Urmareste temperatura și puterea de lesire pentru a reduce riscul de deteriorare termica a structurilor adiacente. Genereaza niveluri de putere specifice dimensiunilor osoase. Monitorizeaza impedanta și intrerupe automat ablația înainte ca arderea sa aiba loc. Oprește automat livrarea de energie RF odata cu ablația. Foloseste doua sonde in acelasi timp. Setul de livrare: Generator de radiofrecvență, Sistemul de pompare și cablurile de pompă din două pompe care acționează independent. Sistem mobil de rafturi suprapuse 4 roți cu frâne. Kit de ablatie osoasa cu sonda de temperatura pentru 5 proceduri.	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000748068; DM000748058; DM000748059
58	Set de biopsie si vertebroplastie.	Set de biopsie si vertebroplastie.	F18A BONE BIOPSY F18A BONE BIOPSY KIT	SUA	Medtronic	Set de biopsie si vertebroplastie. Set steril de unica folosinta. Setul sa contina: troacar de acces osos percutan cu stilet, diametrul de 11G -1 bucata, brosa de ghidaj - 2 bucati (una ascutita si una cu capete boante), canula de lucru cu stilet canulat, diametrul de 8G, lungime de 120mm, cu gradatie la fiecare 10mm - 1 bucata, spatiator/drill - 1 bucata, dSPINALenser (bone-filler) pentru aplicarea lentă, manuală a cimentului vertebral cu volum efectiv de 1.5ml - 1 bucata. Recipient pentru materialul de biopsie - 2 bucati si pinceta accesorie – 1 bucata.	"Kyphon Product Catalogue 2017.pdf": Set de biopsie si vertebroplastie. Set steril de unica folosinta. Setul sa contina: troacar de acces osos percutan cu stilet, diametrul de 11G -1 bucata, brosa de ghidaj - 2 bucati (una ascutita si una cu capete boante), canula de lucru cu stilet canulat, diametrul de 8G, lungime de 120mm, cu gradatie la fiecare 10mm -1 bucata, spatiator/drill - 1 bucata, dSPINALenser (bone-filler) pentru aplicarea lentă, manuală a cimentului vertebral cu volum efectiv de 1.5ml - 1 bucata. Recipient pentru materialul de biopsie - 2 bucati si pinceta accesorie – 1 bucata.	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000627403
61	Implante spinale. Instrumentație pediculară toraco-lombară minim invazivă	Implante spinale. Instrumentație pediculară toraco-lombară minim invazivă	6950315 SET SCREW 6950315 M6 SET SCREW	SUA	Medtronic	Piuliță de blocare pentru șuruburile pentru instrumentare transpediculară minim-invazivă compatibile cu sistemul Medtronic" Legacy" USA, preexistente în spital. Șuruburile și piulițele să fie produse de același producător. Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI. Să fie compatibile CT și RMN. Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI. Să fie compatibile CT și RMN".	"VERTEX-SELECT.-SGT-DepuySynthes.pdf" Piuliță de blocare pentru șuruburile pentru instrumentare transpediculară minim-invazivă compatibile cu sistemul Medtronic" Legacy" USA, preexistente în spital. Șuruburile și piulițele să fie produse de același producător. Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI. Să fie compatibile CT și RMN. Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI. Să fie compatibile CT și RMN".	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000202004

62	Șunt ventriculo-peritoneal	Șunt ventriculo-peritoneal cu valvă programabilă	92866 VALVE 92866 FP STRATA 2 REG BG	SUA	Medtronic	Presiunea valvei trebuie să fie progrmabilă cu ajutorul unui dispozitiv magnetic în diapazonul presiunii de la joasă la presiune mare. Găuri rotunde. Contine cateter ventricular radioopac. Dispozitibul magnetic de ajustare a presiuni valvei trebuie să fie oferit în custodie.	"catalog_csfmtg_criticalcare_cranialrepair_neuroendoscopy_uc201709479EN" Presiunea valvei trebuie să fie progrmabilă cu ajutorul unui dispozitiv magnetic în diapazonul presiunii de la joasă la presiune mare. Găuri rotunde. Contine cateter ventricular radioopac. Dispozitibul magnetic de ajustare a presiuni valvei trebuie să fie oferit în custodie.	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000635131
----	----------------------------	--	---	-----	-----------	---	--	---

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Dmitrii Kojevnikov În calitate de: Administrator

Ofertantul: S.C. OXIVIT-MED S.R.L Adresa: mun. Chişinău, str. Decebal 82-90

Specificații de Preț

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1753872475738 din 05.09.2025												
Obiectul achiziției: Achiziționarea implanturilor spinale, consumabilelor pentru neurochirurgia fracturilor coloanei vertebrale conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2026												
Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/ prestare	Cod CPV	Clasificare bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.1	Implante spinale. Instrumentație pediculară toraco-lombară minim invazivă	Implante spinale. Instrumentație pediculară toraco-lombară minim invazivă	bucată	170	3 211.00	3 211.00	545 870.00	545 870.00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026	33100000-1	-	-
2.2	Implante spinale. Instrumentație pediculară toraco-lombară minim invazivă	set de instrumente	bucată	2	0.00	0.00	0.00	0.00		33100000-1	-	-
2.3	Implante spinale. Instrumentație pediculară toraco-lombară minim invazivă	set de instrumente	bucată	2	0.00	0.00	0.00	0.00		33100000-1	-	-
Total lot							545 870.00	545 870.00				
20	Set vertebroplastie	Set vertebroplastie	bucată	150	3 762.00	4 514.40	564 300.00	677 160.00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026	33100000-1	-	-
Total lot							564 300.00	677 160.00				
30	Set pentru kyphoplastie/vertebroplasti e în caz de fracturi, tumori, hemangioame vertebrale sau augmentarea combinată a construcțiilor din titan	Set pentru kyphoplastie/vertebroplastie în caz de fracturi, tumori, hemangioame vertebrale sau augmentarea combinată a construcțiilor din titan	bucată	50	2 964.00	3 556.80	148 200.00	177 840.00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026	33100000-1	-	-
Total lot							148 200.00	177 840.00				

31	Kit pentru accesul osos minim invaziv (canulat) prin pediculul vertebral în cadrul kyphoplastiei și vertebroplastiei	Kit pentru accesul osos minim invaziv (canulat) prin pediculul vertebral în cadrul kyphoplastiei și vertebroplastiei	bucată	3	2 257.20	2 708.64	6 771.60	8 125.92	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026	33100000-1	-	-
Total lot							6 771.60	8 125.92				
32	Kit pentru accesul osos minim invaziv (canulat) prin pediculul vertebral în cadrul kyphoplastiei și vertebroplastiei	DSPINALozitiv pentru introducerea manuală sau semi-automată a cimentului vertebral radioopac, compatibil cu sistemele și seturile pentru accesul osos transpedicular	bucată	30	1 254.00	1 504.80	37 620.00	45 144.00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026	33100000-1	-	-
Total lot							37 620.00	45 144.00				
33	Kit pentru accesul osos minim invaziv (canulat) prin pediculul vertebral în cadrul kyphoplastiei și vertebroplastiei	Ac pentru acces osos transpedicular	bucată	70	752.40	902.88	52 668.00	63 201.60	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026	33100000-1	-	-
Total lot							52 668.00	63 201.60				
34	Kit pentru accesul osos minim invaziv (canulat) prin pediculul vertebral în cadrul kyphoplastiei și vertebroplastiei	Sistem semi-automat de livrare a cimentului prin troacarele vertebrale	bucată	5	7 524.00	9 028.80	37 620.00	45 144.00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026	33100000-1	-	-
Total lot							37 620.00	45 144.00				
38	Spongie pentru tamponadă postoperatorie a cavității nazale	Spongie pentru tamponadă postoperatorie a cavității nazale	bucată	65	227.13	272.56	14 763.45	17 716.40	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026	33100000-1	-	-
Total lot							14 763.45	17 716.40				

39	Cușcă intervertebrală din PEEK pentru aplicare prin abord posterior și transforaminal către coloana vertebrală lombară prin chirurgie deschisă, proceduri chirurgicale mici și proceduri minim invazive	Cușcă intervertebrală din PEEK pentru aplicare prin abord posterior și transforaminal către coloana vertebrală lombară prin chirurgie deschisă, proceduri chirurgicale mici și proceduri minim invazive	bucată	10	9 430.00	11 316.00	94 300.00	113 160.00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026	33100000-1	-	-
Total lot							94 300.00	113 160.00				
57.1	Platforma de ablatie osoasa neurochirurgicala	Kit de ablatie osoasa	bucată	20	39 000.00	46 800.00	780 000.00	936 000.00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026	33100000-1	-	-
57.2	Proteza expandabila de corp vertebral in caz de vertebrectomie	Set retractor bazat pe un cerc	bucată	1	0.00	0.00	0.00	0.00		33100000-1	-	-
57.3	Platforma de ablatie osoasa neurochirurgicala	Platforma de ablatie osoasa neurochirurgicala	bucată	1	0.00	0.00	0.00	0.00		33100000-1	-	-
Total lot							780 000.00	936 000.00				
58	Set de biopsie si vertebroplastie.	Set de biopsie si vertebroplastie.	bucată	40	2 964.00	3 556.80	118 560.00	142 272.00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026	33100000-1	-	-
Total lot							118 560.00	142 272.00				
61	Implante spinale. Instrumentație pediculară toraco-lombară minim invazivă	Implante spinale. Instrumentație pediculară toraco-lombară minim invazivă	bucată	100	546.00	655.20	54 600.00	65 520.00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026	33100000-1	-	-
Total lot							54 600.00	65 520.00				

IDNO: 1007600044280;
adresa: mun. Chişinău, str. Decebal 82-90
tel. 022 808 002, 022 808 003
e-mail: oxivit.medical@gmail.com

OXIVIT MED

Anexa nr. 23
la Documentația standard
conform Ordin MF Nr. 115
din 15.09.2021

62	Șunt ventriculo-peritoneal	Șunt ventriculo-peritoneal cu valvă programabilă	bucată	1	39 375.00	47 250.00	39 375.00	47 250.00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026	33100000-1	-	-
Total lot							39 375.00	47 250.00				
TOTAL Oferta							2 494 648.05	2 884 403.92				

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Dmitrii Kojevnikov În calitate de: Administrator

Ofertantul: S.C. OXIVIT-MED S.R.L Adresa: mun. Chişinău, str. Decebal 82-90

OXIVIT MED

IDNO: 1007600044280;
adresa: mun. Chișinău, str. Decebal 82-90
tel. 022 808 002, 022 808 003
e-mail: oxivit.medical@gmail.com

**Către Grupul de lucru pentru evaluarea
Procedurii de achiziție Nr:
ocds-b3wdp1-MD-1753872475738 din 05.09.2025
din cadrul CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE**

DECLARAȚIE

Prin prezenta, SRL „Oxivit-med”, declara ca:

- Termen restant al sterilizării nu mai mic de 18 luni la momentul livrării

- Eșantioane (mostre) vor fi prezentate în 2 bucăți- în termen de 10 zile de la solicitarea autorității contractante, într-o cutie pe care se va indica denumirea operatorului economic și numărul procedurii de achiziție publică. Se va prezenta lista mostrelor incluse în cutie și numărul de lot al acestora cu scrisoare de însoțire semnată. Pe fiecare produs (mostră) în parte va fi indicat numărul lotului și denumirea operatorului economic. Eșantioane (mostre) vor fi prezentate pentru verificarea conformității documentelor ofertei tehnice cu realitatea.

Mostrele vor fi ambalate și etichetate conform prevederilor HG 702/703/704 din 2018.

Obligativ vor fi indicate pe ambalaj mostrele date de identitate precum: denumirea, modelul articolului, producătorul, țara producerii, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de sterilizare și păstrare ale produsului. Informația indicată pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligativ cu eticheta produsului.

Data completării: 04.09.2025

Cu stimă,

Dmitrii Kojevnikov

Administrator

S.C. OXIVIT-MED S.R.L. _____
(semnătura)