

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție <u>ocds-b3wdp1-MD-1669902787884</u> din „12” decembrie 2022
Denumirea procedurii de achiziție: <u>Reagenți și Consumabile de laborator, pentru anul 2023</u>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producă-torul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 8. Eprubete cu citrat de Na pentru analizatorul VSH XC-A30	TYK-21 Eprubete cu vacuum, volum 1.6ml, 1.28+0.32 ml citrat de Na	China	NTL Co., Ltd	Vacumata, 1.28+0.32 ml citrat de Na, Certificat calitate producător	Eprubete cu vacuum, volum util 1.6ml, 1.28 ml sânge + 0.32 ml citrat de Na 0.129mol/l 1:4	CE, ISO

Semnat: Numele, Prenumele: **Andrei Ionașcu** În calitate de: **Director vânzări și marketing**

Ofertantul: „**LifeMed Group**” SRL Adresa: **MD-3733, mun.Chișinău, com.Trușeni, str.Răzeșilor, 9**