

## Specificații tehnice F 4.1

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1628667490432 din 23.08.2021

Denumirea procedurii de achiziție: Articole parafarmaceutice, instrumente medicale, hîrtie ECG, filme radiografice, produse stomatologice și diverse ustensii (repetat)

Cod CPV	Denumirea serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2				3	4	5
	<b>Lotul 23</b>						
33600000-6	Instalație p/u iradier bactericid cu 2 lampi 30 Watt	Lampa UV 2x30	RM MOLDOVA	Caravan Express SRL	Lungime 893 mm Diametru 23 mm 8000 ore Cu ozon	Lungime 893 mm 8000 ore Cu ozon Tuburi – 2 buc Instrucțiuni: da Montare : Perete /pod	Aviz sanitar

33600000-6	Instalatie p/u iradier bactericid cu 2 lampi 15 Watt		RM MOLDOVA	Caravan Express SRL	Lungime 435 mm Diametru 23 mm 8000 ore Cu ozon	Lungime 435 mm Diametru 23 mm 8000 ore Cu ozon Tuburi – 3 buc Tuburi de rezervă :3 buc Timer-cu telecomandă :1 buc Instructiuni: da Montare : Perete /pod Garanția 24 luni la instalație	Aviz sanitar
------------	--	--	------------	---------------------	---	---	--------------

Semnat: \_\_\_\_\_

Numele, Prenumele: Chiperi Valentin

În calitate de: administrator

Ofertantul: Caravan Express SRL

Adresa: or. Cimișlia, str. Ion Popușoi,16